LABBRANDS S.A.S

Autopista Bogotá- Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegan°1 Tenjo.
Tel.8966220
E-mail: alejandro.galindo@labbrands.com
NIT 860028662-8

Reporte de Servicio

No. 26892

FOP-16 V02

Cliente: Instituto Nacional de Salud	*Usuario: Laboratorio Microbiología.*	
Dirección: Avenida Calle 26 # 51-20 Bogotá.	*Teléfono: 2207700 Ext 1273*	
Equipo: INCUBADORA REFRIGERADA BINDER.	*Serie: 20230000009792*	*Referencia: KB-240*
Accesorios: Bandejas, Manija seguro de Puerta, Cable de Poder		
Fecha último servicio: N/A	*Fecha y hora de entrada: 19/11/2024*	
Recibido para: Mantenimiento Preventivo		
Inventario:GMR-145		

Concepto técnico

Equipo en buen estado físico exterior, ubicación en superficie firme y nivelada. Temperatura y humedad relativa del ambiente adecuadas para el funcionamiento del equipo.
Se evidencia seguro de puerta suelto se realiza ajuste.
Registro de temperatura:
Set point 29°C Temperatura medida 29.2°C
El equipo se encuentra en correcto funcionamiento y estado físico adecuado para su operación

Servicio realizado

Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo. Verificación y chequeo de funcionamiento. Se hace revisión de teclado display, señales de control, memorización de programas, medición de sensor de temperatura, control de temperatura, control de sistema de recirculación. Se hace verificación de voltaje de alimentación general 120.7VAC, voltaje de sistema de recirculación, voltaje de alimentación de sistema de calentamiento.
Sensor de temperatura
Conexiones y cableado: verificación de estado físico del cableado, relevos de estado sólido y motor de convección.
Se realiza limpieza general interna, externa y verificación de desgaste físico de componentes mecánicos. El equipo queda funcionando correctamente

Repuestos requeridos

Ninguno.

Repuestos utilizados.

Ninguno.

Recomendaciones.

Seguir las instrucciones del manual del usuario y aplicarlo como herramienta instructiva, limpieza con alcohol al 70%

Disponibilidad de repuestos:	
Realizado por: Lab Brands	*Fecha:19 /11/2024*
Responsable: Jeferson Duarte	*Cliente: Gloria Malaver C.C.1030597688*

Condiciones Comerciales: Aclaración: Los precios de revisión, reparación o verificaciones son excluyentes entre si. Toda revisión se cobra. Al aprobar la cotización de reparación de le quipo se deberá generar una orden de servicio formal, a los 4 días hábiles siguientes se entregará el equipo; excepto en importaciones especiales las cuales están sujetas al tiempo de disponibilidad del repuesto