LABBRANDS S.A.S

Autopista Bogotá- Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegan°1 Tenjo.7
Tel.8966220
E-mail: alejandro.galindo@labbrands.com
NIT 860028662-8

Reporte de Servicio

No. 26840

FOP-16

Cliente: Instituto Nacional de Salud	*Usuario: Aseguramiento de Calidad*	
Dirección: Ac. 26 #51-20, Bogotá	*Teléfono: (601)220770*	
Equipo: Incubadora Refrigerada Binder	*Serie: 20220000019730*	*Referencia: KT 170-UL E3.1*
Accesorios: 2 bandejas y Cable de poder.		
Fecha último servicio: N/A	*Fecha y hora de entrada:* 07/11/2024	
Recibido para: mantenimiento preventivo		

Concepto técnico

Se procede a hacer mantenimiento en sitio, se realizan pruebas de funcionamiento, la incubadora enciende sin problemas, los botones responden a sus funciones sin fallas y llega a su temperatura sin errores, externamente no se evidencian daños en su estructura e internamente tampoco muestra daños que impidan su funcionamiento. Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo de su parte externa e interna, sin evidenciar daño alguno. Se hace prueba de calentamiento mostrando unas lecturas correctas de operación.

N° de inventario: 41642
N° metrológico: AC-344

Servicio realizado

Se hace revisión de:

Sistema eléctrico: Se revisa cableado interno, protección de sobretemperatura y de voltaje, relé de estado solido. Se hace medición de voltaje de entrada: 117,0 VAC.
Sistema electrónico: La tarjeta de potencia, de control, buses de datos, los demás componentes electrónicos no presentan daño que impida su funcionamiento.
Control de temperatura: Se realiza medición de la resistencia de calentamiento, su sistema de refrigeración Peltier, estado de ventilador interno y medición de los sensores de temperatura dando resultados correctos de control y de operación de sus funciones

Setpoint de temperatura: 32,5°C
Medición de temperatura: 32,7

Repuestos requeridos

Ninguno.

Repuestos utilizados.

Ninguno.

Recomendaciones.

Seguir el manual de operación y utilizarlo como herramienta instructiva.

Realizado por: Lab. Brands S.A.S	*Fecha* 07/11/2024
Responsable: José Carlos Pinzón / J. Mauricio Duarte	*Cliente:*

Condiciones Comerciales:
Aclaración: Los precios de revisión, reparación o verificaciones son excluyentes entre si. Toda revisión se cobra.
Al aprobar la cotización de reparación de le quipo se deberá generar una orden de servicio formal, a los 4 días hábiles siguientes se entregará el equipo; excepto en importaciones especiales las cuales están sujetas al tiempo de disponibilidad del repuesto