
Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
6044480388 | info@equiposylaboratorio.com
Carrera 57 #74 - 04 bodega 117 / Colombia-Antioquia-Itagüi

F-020-A Instalación de Equipos Nº: 400

27/11/2024 11:58

Santiago Sierra Bedoya
v 1

FECHA	27-11-2024
CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD	Bogotá
EQUIPO	Nanodrop One
MARCA	Thermo Scientific
MODELO	Nanodrop One
NUMERO DE SERIE	AZY2436848
NUMERO DE ODS	-
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Santiago Sierra
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura 21,6 Humedad 45%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	Se realizan pruebas de funcionamiento, pantalla touch, propiedad hidrofóbica, prueba de intensidad de lampara, prueba de imagen del pedestal.
RECOMENDACIONES GENERALES	Mantener el equipo en un lugar limpio y libre de vibraciones, realizar acondicionamiento del pedestal de forma regular con la solución PV-1, entre lecturas de muestras realizar limpieza de pedestal con papel de arroz
CAPACITACION	Por especialista jorge Cárdenas
EQUIPO SE ENTREGA CON ACCESORIOS INCLUIDOS	Cable de poder, PR-1 PV1, Paño de microfibra , cable de poder y adaptador de voltaje
OBSERVACIONES	Equipo en buen estado de funcionamiento
RECIBE	Gloria Malaver



FIRMA



FIRMA