ECOMEDICAL PLUSS	**REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO**	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 4**

FECHA DICIEMBRE 2 DE 2024

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
CC ó NIT:	890.501.438-1	Ciudad:	OCAÑA
Dirección:	CALLE # 29 - 144 BARRIO LA PRIMAVERA	Teléfonos:	5636330

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	SAMSUNG MEDISON	Modelo	MYSONO U6
N° Serial	S0SPM3HH200001A	Versión Software actual	1.02.02.1117

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo	X	Mant. Correctivo		Instalación		Diagnóstico		Garantía	


PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK		SOFTWARE	
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	X
FILTROS DE AIRE	x	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	X
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN	X	BORRADO EXAMENES	
TECLADO ALFANUMERICO	X	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO	X	FUENTE DE PODER	X		
MONITOR		TRANSDUCTORES	X		

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo según los protocolos, limpieza teclado ultrasonido, teclado alfanumerico, ductos de aire, fan cooler, trackball, tarjetas electronicas, transductor, carro base, impresora, lubricacion de partes electromecanicas, cambio de siliconas termicas y bateria BIOS.. **OBSERVACION:** Base bisagras partidas, se recomienda cambio. Despues de realizado dicho procedimiento segun reporte anexo y realizadas las pruebas minuciosas de confiabilidads se entrega el equipo en su 100% de funcionabilidad.

Equipo en perfectas condiciones físicas y funcionales, apto para el diagnóstico médico.

Se anexa registro fotográfico. Próximo mantenimiento preventivo **JUNIO 2 DE 2025**

SERVICIO TÉCNICO		**CLIENTE**
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
		
Ing. Arturo Pedraza	Ing. Arturo Pedraza	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO












REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO

