	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

Acta Nº 001 Correspondiente al mes de noviembre de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30 de noviembre de 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	124-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Contratista	EQUIPOS CASABLANCA SAS
Identificación (Cedula o Nit)	900.469.101-4
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE VACUNACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATELITES Y REGIONAL CENTRO.
Valor Total del Contrato	$89.381.166,64 M/CTE
Plazo de Ejecución	UNA VEZ SE ENCUENTREN CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	CB 702
Valor de la Factura	$ 71.627.290,00
Saldo del contrato	$ 17.753.876,64 (80,14 % ejecutado)
No CDP	24324 26/06/2024
No RP	30824 15/11/2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 124-ARC-DISAN-DMBOG-2024, manifiesta que el contratista EQUIPOS CASA BLANCA SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO					
Descripción	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA**
	1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	1	APRAMED	$ 1.109.080
	2	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de	1	OTOPRONT	$ 1.109.080

		componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido			
	3	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio o reparación del mismo. Reemplazo interruptor de encendido	1	ATMOS	$ 1.109.080
	4	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	LED SPA	$ 794.920
	5	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	LED SPA	$ 843.710
	6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD: Mantenimiento	1	THERMO SCIENTIFIC	$ 723.520

		Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento			
	7	VENTILADORMECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	BIOMED	$ 869.890
	8	VENTILADOR MECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	BIOMED	$ 869.890
	9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL: Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificación funcionamiento general	1	INTERACOUSTI CS	1.706.460
	10	AUDIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrillas	1	MAICO	$ 1.652.910
	11	IMPEDANCIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento	1	MAICO	$ 1.652.910
	12	DOOPLER FETAL: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería	1	EDAN	$ 481.950

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

	13	EQUIPO DE ORGANO: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio	1	WELCH ALLY	$ 2.698.920
	14	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	1	EUROSEAL	$ 312.970
	15	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$ 1.286.390
	16	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$ 1.286.390
	17	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral,	1	RITTER	$ 1.286.390

		cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	18	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$ 1.286.390
	19	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$ 1.286.390
	20	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio	1	AMERICAN DENTAL	$1.286.390

		devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	21	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	AMERICAN DENTAL	$1.286.390
	22	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$1.286.390
	23	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de	1	RITTER	$2.795.310

		regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	24	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$2.795.310
	25	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$2.795.310
	26	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza	1	AMERICAN DENTAL	$2.795.310

		general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	27	U|NIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	AMERICAN DENTAL	$2.795.310
	28	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	AMERICAN DENTAL	$2.795.310
	29	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de	1	RITTER	$2.795.310

		microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	30	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$2.795.310
	31	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	RITTER	$2.795.310
	32	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de	1	AMERICAN DENTAL	$2.795.310

		funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario			
	33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamien	1	CASTLE	$6.771.100
	34	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. -Cambio de cinta térmica	1	GETINGE	$1.276.870
	35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques,	1	GETINGE	$5.061.070

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

		Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. - Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento			
	36	LAVADORA ULTRASÓNICA: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	GETINGE	$1.229.270
	37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con	1	B.MEDICAL SYSTEM SARL	$1.036.490

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

		nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos			
	38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios ·	1	B.MEDICAL SYSTEM SARL	$1.036.490

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

		verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos			
	39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes	1	B.MEDICAL SYSTEM SARL	$1.036.490

		entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitores de los equipos			

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

	VALOR TOTAL	**$71.627.290**
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 124-ARC-DISAN-DMBOG-2024, manifiesta que el contratista EQUIPOS CASABLANCA SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.	

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha noviembre 2024.

Suboficial Primero GOMEZ SUAREZ EDWIN FABIAN
Jefe Sección Ingeniería Biomédica Dispensario Médico Nivel II Bogotá

C.C. 1.048.847.936 de Garagoa
Supervisor contrato No. 124-ARC-DISAN-DMBOG-2024

CONTRATO O CONVENIO No.	124-ARC-DISAN-DMBOG-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	13/11/2024
CONTRATISTA:	EQUIPOS CASABLANCA SAS
NIT:	900.469.101-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30/11/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	20/11/2024 al 30/11/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE VACUNACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATELITES Y REGIONAL CENTRO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
2	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
3	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080

	deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio o reparación del mismo. Reemplazo interruptor de encendido				
4	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 709.000	$ 134.710	$ 843.710
5	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 668.000	$ 126.92	$ 843.710
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento	1	$ 608.000	$ 115.520	$ 723.520
7	VENTILADORMECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
8	VENTILADOR MECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL: Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificación funcionamiento general	1	$ 1.434.000	$ 272.460	1.706.460
10	AUDIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrillas	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910
11	IMPEDANCIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910

	fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				
12	DOOPLER FETAL: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería	1	$ 405.000	$ 76.950	$ 481.950
13	EQUIPO DE ORGANO: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio	1	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920
14	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	1	$ 263.000	$ 49.970	$ 312.970
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390

	verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
18	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
20	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
21	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390

22	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
23	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
24	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
25	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
26	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
27	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
28	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
29	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
30	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras,	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
31	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
32	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamien	1	$ 5.690.000	$ 1.081.10	$6.771.100
34	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación	1	$ 1.073.000	$ 203.870	$1.276.870

	exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. - Cambio de cinta termica				
35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques, Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 4.253.000	$ 808.070	$5.061.070
36	LAVADORA ULTRASÓNICA: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 1.033.000	$ 196.270	$1.229.270
37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los	1	$ 871.000	$ 196.270	$1.036.490

	accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de	1	$ 871.000	$ 165.490	$1.036.490

	refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de	1	$ 871.000	$ 165.490	$1.036.490

	acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitores de los equipos				
				VALOR TOTAL	$71.627.290,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 89.381.166,64
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 89.381.166,64

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 89.381.166,64

3.2. OBSERVACIONES

N/A.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	24324	26/06/2024	$89.381.166,64	30824	15/11/2024	$89.381.166,64

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	455000107496

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10/12/2024
PLAZO DE DURACIÓN	30 Días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	10/12/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101455810
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2024	10/08/2025	$ 17.876.233,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/11/2024	10/08/2025	$ 17.876.233,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2024	10/04/2028	$ 8.938.116,60

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	21-40-101243516
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/11/2024	10/04/2025	$ 260.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	$ 0,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 89.381.166,64
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 71.627.290,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$71.627.290,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

Al 30 de noviembre se encuentra tramitado un presupuesto de $71,627,290 con un saldo por ejecutar de $17,753.876,64 y un porcentaje de ejecución de 80,14%

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
2	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
3	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio o reparación	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080

	del mismo. Reemplazo interruptor de encendido				
4	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 709.000	$ 134.710	$ 843.710
5	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 668.000	$ 126.92	$ 794.920
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento	1	$ 608.000	$ 115.520	$ 723.520
7	VENTILADORMECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
8	VENTILADOR MECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL: Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificación funcionamiento general	1	$ 1.434.000	$ 272.460	1.706.460
10	AUDIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrillas	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910
11	IMPEDANCIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general,	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910

	verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				
12	DOOPLER FETAL: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería	1	$ 405.000	$ 76.950	$ 481.950
13	EQUIPO DE ORGANO: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio	1	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920
14	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	1	$ 263.000	$ 49.970	$ 312.970
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390

	de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
18	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
20	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
21	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390

22	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
23	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$ 2.795.310
24	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$ 2.795.310
25	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
26	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
27	U|NIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
28	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
29	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
30	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras,	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
31	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
32	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamien	1	$ 5.690.000	$ 1.081.10	$ 6.771.100
34	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación	1	$ 1.073.000	$ 203.870	$1.276.870

	exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. - Cambio de cinta termica				
35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques, Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 4.253.000	$ 808.070	$ 5.061.070
36	LAVADORA ULTRASÓNICA: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 1.033.000	$ 196.270	$ 1.229.270
37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los	1	$ 871.000	$ 196.270	$ 1.036.490

	accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de	1	$ 871.000	$ 165.490	$ 1.036.490

	refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de	1	$ 871.000	$ 165.490	$ 1.036.490

	acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitores de los equipos				
				VALOR TOTAL	**$ 71.627.290,00**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben a satisfacción los servicios anteriormente relacionados de acuerdo al contrato No. 124 ARC-DISAN-DMBOG-2024, en las instalaciones de Dispensario Médico Nivel II Bogotá, localidad de Puente Aranda, Barrio Salazar Gómez, Carrera 58 No. 9-67 Puente Aranda, satélites y Establecimientos de la regional centro el día 30 de noviembre de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES

Aporto la planilla de parafiscales del mes de noviembre de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido de acuerdo a lo pactado en el contrato No. 124 ARC-DISAN-DMBOG-2024.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance actual del contrato es de un 80,14%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A.

18. ANEXOS

- Lista de chequeo
- Acta satisfacción parcial
- Informe de supervisión
- Factura CB 702
- Certificado de pago y parafiscales a mes de noviembre 2024
- Rut Casablanca
- Certificado cuenta bancaria

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



MANTANIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA.



DDOPLER FETAL




CENTRIGUGA




UNIDAD DE OFTALMOLOGIA




UNIDAD DE ODONTOLOGIA




UNIDAD DE OTORRINO



UNIDAD DE ODONTOLOGIA.



ELECTROBISTURI




VENTILADORES MCACNICOS






UNIDAD DE ODONTOLOGIA



AUTOCLAVE



LAVADORA ULTRASONICA

	
LAVADORA TERMODESINFECTADORA	UNIDAD DE ODONTOLOGIA
	
IMPEDANCIOMETRO, OTOEMISIONES ACUSTICAS Y AUDIOMETRO	CAMBIO DE CABEZAS EQUIPO DE ORGANOS

Suboficial Primero GOMEZ SUAREZ EDWIN FABIAN
Supervisor de Contrato No. 124-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Jefe Sección Ingeniería Biomédica Dispensario Médico Nivel II Bogotá



EQUIPOS CASABLANCA S.A.S.
NIT 900.469.101-4
CRA 3 N 21-46 INT 1
Tel: 3004431519
Chía - Colombia
equiposcasablanca@gmail.com
www.equiposcasablanca.com

Factura Electrónica de venta
No. CB 702

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ		
NIT	901.541.302-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 13:57
Expedición	02/12/2024, 14:11
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Marca	Modelo	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA SERIE: 8911463 APRAMED EVIDENCE PLUS EX 2	UNIDAD OFTALMOLÓGICA SERIE: 8911463 APRAMED EVIDENCE PLUS EX 2 Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.				1.00	932,000.00	19 %	177,080.00	1,109,080.00
2	UNIDAD OTORRRINO SERIE: 50232 OTOPRONT SMART ENT UNIT / SIT 4 PLUS	UNIDAD OTORRRINO SERIE: 50232 OTOPRONT SMART ENT UNIT / SIT 4 PLUS Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido				1.00	932,000.00	19 %	177,080.00	1,109,080.00
3	UNIDAD OTORRRINO SERIE:1001785 ATMOS C11	UNIDAD OTORRRINO SERIE:1001785 ATMOS C11 Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido				1.00	932,000.00	19 %	177,080.00	1,109,080.00
		ELECTROBISTURI S/N: 5180243967 LED SPA SURTRON 400HP Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante,								

4	5180243967 LED SPA SURTRON 400HP	funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo				1.00	709,000.00	19 %	134,710.00	843,710.00
5	ELECTROBISTURI S/N: 5180243968 LED SPA SURTRON 400HP	ELECTROBISTURI S/N: 5180243968 LED SPA SURTRON 400HP Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo.				1.00	668,000.00	19 %	126,920.00	794,920.00
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD S/N: 42195989 THERMO SCIENTIFIC SL40-75004513	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD S/N: 42195989 THERMO SCIENTIFIC SL40-75004513 Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				1.00	608,000.00	19 %	115,520.00	723,520.00
7	VENTILADORMECANICOS S/N 302001128 BIOMED CROSSVENT3+	VENTILADOR MECANICOS S/N 302001128 BIOMED CROSSVENT3+ Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas				1.00	731,000.00	19 %	138,890.00	869,890.00
8	VENTILADOR MECANICO S/N 302001118 BIOMED CROSSVENT3+	VENTILADOR MECANICO S/N 302001118 BIOMED CROSSVENT3+ Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas				1.00	731,000.00	19 %	138,890.00	869,890.00
9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL SERIE: 0959603 INTERACOUSTICS ECLIPSE	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL SERIE: 0959603 INTERACOUSTICS ECLIPSE Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificacion funcionamiento general				1.00	1,434,000.00	19 %	272,460.00	1,706,460.00
10	AUDIOME TRO S/N: MA9064355 MAICO MA42	AUDIOME TRO S/N: MA9064355 MAICO MA42 Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				1.00	1,389,000.00	19 %	263,910.00	1,652,910.00

EQUIPOS CASABLANCA

Bogotá DC, 15 de noviembre de 2024.

A QUIEN LE CORRESPONDA

Yo **JOSE LIBARDO FORERO MOLANO**, identificado (a) con **C.C. No. 79.247.199** de Bogotá DC y con Tarjeta Profesional No: **123022-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **EQUIPOS CASABLANCA S.A.S** identificada con Nit: **900.469.101-4**,

CERTIFICO QUE

La empresa debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 04 de octubre de 2011 con matrícula mercantil 02147606, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

NOMBRE REVISOR FISCAL: JOSE LIBARDO FORERO MOLANO

TARJETA PROFESIONAL: No: 123022-T

FIRMA REVISOR FISCAL:

Carrera 3 # 11 - 46
Interior: 1
Chia (Cundinamarca) Colombia

Tel: 885 0385
Cel: 300 443 1519

gerencia@equiposcasablanca.com
comercial@equiposcasablanca.com
www.equiposcasablanca.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LIBARDO FORERO MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79247199 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

		ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrilas								
11	IMPEDANCIOMETRO MAICO TOUCHTYMP	IMPEDANCIOMETRO MAICO TOUCHTYMP				1.00	1,389,000.00	19 %	263,910.00	1,652,910.00
12	**Doppler Fetal**	**Doppler Fetal EDAN SONOTRAX Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería**				**1.00**	**405,000.00**	**19 %**	**76,950.00**	**481,950.00**
13	EQUIPO DE ORGANO WELCH ALLYN GS777	EQUIPO DE ORGANO WELCH ALLYN GS777 Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio				1.00	2,268,000.00	19 %	430,920.00	2,698,920.00
14	**SELLADORA CALLE 45**	**SELLADORA CALLE 45 Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica**				**1.00**	**263,000.00**	**19 %**	**49,970.00**	**312,970.00**
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumático, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electroválvulas, cambio de micro switch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	1,081,000.00	19 %	205,390.00	1,286,390.00
16	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE**	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario**				**1.00**	**1,081,000.00**	**19 %**	**205,390.00**	**1,286,390.00**
		UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo								

17	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE	de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	1,081,000.00	19 %	205,390.00	1,286,390.00
18	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE**	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario**				**1.00**	**1,081,000.00**	**19 %**	**205,390.00**	**1,286,390.00**
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	1,081,000.00	19 %	205,390.00	1,286,390.00
20	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 AMERICAN DENTAL AD SMART**	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 AMERICAN DENTAL AD SMART Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control**				**1.00**	**1,081,000.00**	**19 %**	**205,390.00**	**1,286,390.00**

21	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 AMERICAN DENTAL AD SMART	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 AMERICAN DENTAL AD SMART Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	1,081,000.00	19 %	205,390.00	1,286,390.00
22	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE**	**UNIDAD ODONTOLÓGICA NORTE RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario**				**1.00**	**1,081,000.00**	**19 %**	**205,390.00**	**1,286,390.00**
23	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE	UNIDAD ODONTOLÓGICA CARREÑO RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
24	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 RITTER EXCELLENCE**	**UNIDAD ODONTOLÓGICA CARREÑO RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T**				**1.00**	**2,349,000.00**	**19 %**	**446,310.00**	**2,795,310.00**

		válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario								
25	UNIDAD ODONTOLOGICA LETICIA RITTER 166000000440	UNIDAD ODONTOLOGICA LETICIA RITTER 166000000440 Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
26	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD ODONTOLOGICA BARRANCABERMEJA AMERICAN DENTAL AD Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
27	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD ODONTOLOGICA PUERTO INIRIDA AMERICAN DENTAL Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
		UNIDAD ODONTOLOGICA PUERTO INIRIDA AMERICAN DENTAL Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio								

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

28	UNIDAD ODONTOLOGICA	reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
29	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD ODONTOLOGICA (DISPENSARIO BNL03) RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
30	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD ODONTOLOGICA PTO LEGUIZAMO RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
31	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD ODONTOLOGICA PTO LEGUIZAMO RITTER EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00

32	UNIDAD ODONTOLOGICA	EXCELLENCE Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, cambio de mangueras del sistema neumáticos, hidráulico, cambio de válvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presión, cambio de uniones y T neumáticas, limpieza general de tarjeta electrónica y electro válvulas, cambio de microswitch de activación de succión alta y baja, verificación de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				1.00	2,349,000.00	19 %	446,310.00	2,795,310.00
33	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01 CASTLE CASTLE/SMART-S250 Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software - Cambio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamiento				1.00	5,690,000.00	19 %	1,081,100.00	6,771,100.00
34	SELLADORA CALLE 45	SELLADORA S/N: PPL10180039 GETINGE PROSEAL PLUS Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. -Cambio de cinta termica				1.00	1,073,000.00	19 %	203,870.00	1,276,870.00
35	LAVADORA	LAVADORA ERMODESINFECTADORA S/N: WAA084304 GETINGE WD46-5T Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de				1.00	4,253,000.00	19 %	808,070.00	5,061,070.00

		Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. - Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento								
36	**LAVADORA**	**LAVADORA ULTRASÓNICA S/N: 101249107 GETINGE S300H Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. - Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento**				**1.00**	**1,033,000.00**	**19 %**	**196,270.00**	**1,229,270.00**
37	REFIRGERADOR	REFIRGERADOR HORIZAONTAL B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N°° 1221970 TCW3000 AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR EL COORDINADOR DE VACUNACIÓN CON NOMBRE LEGIBLE NUMERO DE IDENTIFICACION Y TEL CEL ULAR · MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO · LIMPIEZA				1.00	871,000.00	19 %	165,490.00	1,036,490.00

		VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG. (SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).								
38	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR HORIZONTAL B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N° 0375122 TCW3000 AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR EL COORDINADOR DE VACUNACIÓN CON NOMBRE LEGIBLE NUMERO DE IDENTIFICACION Y TEL				1.00	871,000.00	19 %	165,490.00	1,036,490.00

		ESPECIALIZADO · LIMPIEZA DE SERPERTIN. · APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG. (SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).								
39	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR HORIZAONTAL B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N° 1352996 TCW3000 AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR				1.00	871,000.00	19 %	165,490.00	1,036,490.00

		DE IDENTIFICACION Y TEL CEL ULAR · MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO · LIMPIEZA DE SERPERTIN. · APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG. (SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).								

Total items: 39

Valor en Letras: Setenta y un millones seiscientos veintisiete mil doscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	60,191,000.00
IVA 19%	11,436,290.00
Total a Pagar	**71,627,290.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 71,627,290.00

Observaciones: POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA N°455000100496 O BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 034782037
#$15-01-02-001; Contrato No124-ARC-DISAN-DMBOG-2024;edwin.gomez.su@armada.mil.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075667057 aprobado en 20240724 prefijo CB desde el número 658 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: 146e470c4d5a624641698e9d47d3d23e0aaac9e97ec6588da327f2cdd4fe145e5cd3fba97aa39ef21f76bc4929bd837d

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141062407500

(415)7707212489984(8020) 000014106240750 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 9 1 0 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EQUIPOS CASABLANCA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EMCB S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

41. Dirección principal
CR 3 11 46 IN 1

42. Correo electrónico equiposcasablanca@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 0 1	3 0 0 4 4 3 1 5 1 9	6 0 1 4 6 1 8 0 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 1 1 0 4 2 1	3 3 1 2	2 0 1 1 0 4 2 1	3 3 1 3	4 6 4 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 17 / 12 : 50: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL DIAZ CARLOS GUSTAVO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141062407500

(415)7707212489984(8020) **000014106240750 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 9 1 0 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 1 1 0 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 4 7 6 0 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 1 0 0 4		-
2	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141062407500

(415)7707212489984(8020) **000014106240750 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 9 1 0 1	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 2 6 4 3 5 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERNAL	DIAZ	CARLOS	GUSTAVO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141062407500

(415)7707212489984(8020) **000014106240750 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 9 1 0 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 4 7 1 9 9		1 2 3 0 2 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FORERO	MOLANO	JOSE	LIBARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 7 7 6 0 4		1 4 2 7 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTIZ	ZAMBRANO	MARIA	TERESA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EQUIPOS CASABLANCA SAS** con **NIT 900.469.101-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 455000107496

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SCALPEL

LISTA DE CHEQUEO DE SERVICIO

VISITA TÉCNICA

CÓDIGO	FOR-SCA-022
VERSIÓN	03
REVISIÓN	ABR-2022

Nº 1733

FECHA VISITA	19 Noviembre 2024
MANTENIMIENTO	Preventivo [X] Correctivo [ ]
ULTIMA VISITA	2022
CONTRATO	- - -
VIGENCIA GARANTÍA	6 meses
UBICACIÓN	Bodega Vacunación
TELÉFONO	

MODELO	ICW 3000 AC
No. PRODUCTO	991.2366.5+
SERIAL	1221970
CLIENTE	Armada Nacional
RESPONSABLE / CARGO	

	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES
PUERTA SOLIDA, CIERRE	OK	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE O PROTECTOR	Estabilizador y Protector
PUERTA VIDRIO, CIERRE	NA	CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	OK
AJUSTE DE LA PUERTA	OK	ENCHUFE	OK
BISAGRAS DE LA PUERTA	OK	LECTURA VOLTAJE ALIMENTACIÓN	116V
EMPAQUES PUERTA	OK	OPERACIÓN DEL PANEL	OK
PUERTA	OK	OPERACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS	OK
EXTERIOR DEL EQUIPO	OK	INTERIOR DE LA CAMARA	OK
ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO	OK	BANDEJAS INTERNAS	OK
NIVELACIÓN DEL EQUIPO	OK	TEMPERATURA INTERNA EQUIPO	Set=5.0°C
RUEDAS	OK	SEGURO CON LAS LLAVES	OK
PRESENCIA DE FUENTES DE CALOR	NO	LIMPIEZA COMPARTIMENTO COMPRESOR	Realizado
TEMPERATURA DEL LUGAR	20.1°C	LIMPIEZA COMPRESOR	Realizado
VENTILACIÓN LUGAR	Ambiental	LIMPIEZA CONDENSADOR	Realizado

Recomendaciones / Observaciones: Se realiza visita de mantenimiento preventivo. Se realiza limpieza externa, limpieza del serpentin, limpieza del compresor y partes electromecanicas, se realiza limpieza interna, verificación de los niveles de aceite de los ICEPACKS, equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza del evaporador y cantidad, se realiza verificación del Sistema RIMD y actualización en la plataforma Vacdag.

ENCUESTA

	Bueno	Regular	Deficiente	Si es deficiente, ¿porqué?
Puntualidad de prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Profesionalidad en la prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Calidad del servicio prestada:	[ ]	[ ]	[ ]	

	SI	NO	Comentarios:
¿Se resolvieron todas sus inquietudes?	[ ]	[ ]	

Recibido por: Alexandra Burgos	Entregado por: Diego Fernando Urquijo
Firma Alexbs	Firma
Cargo: Auxiliar Enfermeria Vacunacion Fecha: 19/11/24	Cargo: Tecnico de Mantenimiento Fecha: 19/11/24

Cra. 52 No. 144-35 Tel.: +(57) 601 274 7694 Bogotá. D.C. - Colombia contacto@scalpel.com.co - www.scalpel.com.co

SCALPEL

LISTA DE CHEQUEO DE SERVICIO

VISITA TÉCNICA

CÓDIGO	FOR-SCA-022
VERSIÓN	03
REVISIÓN	ABR-2022

Nº 1735

FECHA VISITA	19/ Noviembre/ 2024
MANTENIMIENTO	Preventivo [X] Correctivo [ ]
ULTIMA VISITA	2022
CONTRATO	-/-/-
VIGENCIA GARANTÍA	6 meses
UBICACIÓN	Bodega Vacunacion
TELÉFONO	

MODELO	TCW 3000 AC
No. PRODUCTO	agt. 2366. 24
SERIAL	1352996
CLIENTE	Armada Nacional Puente Aranda
RESPONSABLE / CARGO	

	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES
PUERTA SOLIDA, CIERRE	OK	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE O PROTECTOR	Elevador de voltaje
PUERTA VIDRIO, CIERRE	NA	CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	OK
AJUSTE DE LA PUERTA	OK	ENCHUFE	OK
BISAGRAS DE LA PUERTA	OK	LECTURA VOLTAJE ALIMENTACIÓN	220 V
EMPAQUES PUERTA	OK	OPERACIÓN DEL PANEL	OK
PUERTA	OK	OPERACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS	OK
EXTERIOR DEL EQUIPO	OK	INTERIOR DE LA CAMARA	OK
ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO	OK	BANDEJAS INTERNAS	OK
NIVELACIÓN DEL EQUIPO	OK	TEMPERATURA INTERNA EQUIPO	STT = -20.0 C
RUEDAS	OK	SEGURO CON LAS LLAVES	OK
PRESENCIA DE FUENTES DE CALOR	NO	LIMPIEZA COMPARTIMIENTO COMPRESOR	Realizado
TEMPERATURA DEL LUGAR	20.2 C	LIMPIEZA COMPRESOR	Realizado
VENTILACIÓN LUGAR	Ambiental	LIMPIEZA CONDENSADOR	Realizado

Recomendaciones / Observaciones: Se realiza visita de mantenimiento preventivo, se realiza descongelacion del equipo, se realiza limpieza externa, limpieza del serpentin, limpieza del compresor y partes electromecanicas, se realiza limpieza interna, equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza del evaporador y ventiladores, se realiza verificación del sistema RIMD y actualizacion en la plataforma vaclog

ENCUESTA

	Bueno	Regular	Deficiente	Si es deficiente, ¿porqué?
Puntualidad de prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Profesionalidad en la prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Calidad del servicio prestado:	[ ]	[ ]	[ ]	

	SI	NO	Comentarios:
¿Se resolvieron todas sus inquietudes?	[ ]	[ ]	

Recibido por: Alexandra Burgos
Firma Alexabs
Cargo: Aux - enfermeria vacunacion Fecha: 19/11/24

Entregado por: Diego Fernando Ojeda
Firma
Cargo: Ingeniero de Mantenimiento Fecha: 19 11 24

SCALPEL

LISTA DE CHEQUEO DE SERVICIO
VISITA TÉCNICA

Nº 1734

CÓDIGO	FOR-SCA-022
VERSIÓN	03
REVISIÓN	ABR-2022

MODELO	Tew 3000 AC
No. PRODUCTO	997.2366.37
SERIAL	0373722
CLIENTE	Armada Nacional Puente Aranda
RESPONSABLE / CARGO	

FECHA VISITA	19/ Noviembre/ 2024
MANTENIMIENTO	Preventivo [X] Correctivo [ ]
ULTIMA VISITA	2022
CONTRATO	---
VIGENCIA GARANTÍA	6 meses
UBICACIÓN	Bodega de Vacunación
TELÉFONO	

	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES
PUERTA SOLIDA, CIERRE	OK	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE O PROTECTOR	Estabilizador
PUERTA VIDRIO, CIERRE	NA	CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	OK
AJUSTE DE LA PUERTA	OK	ENCHUFE	OK
BISAGRAS DE LA PUERTA	OK	LECTURA VOLTAJE ALIMENTACIÓN	117 V
EMPAQUES PUERTA	OK	OPERACIÓN DEL PANEL	OK
PUERTA	OK	OPERACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS	OK
EXTERIOR DEL EQUIPO	OK	INTERIOR DE LA CAMARA	OK
ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO	OK	BANDEJAS INTERNAS	OK
NIVELACIÓN DEL EQUIPO	OK	TEMPERATURA INTERNA EQUIPO	Set = 5.0 C
RUEDAS	OK	SEGURO CON LAS LLAVES	OK
PRESENCIA DE FUENTES DE CALOR	NO	LIMPIEZA COMPARTIMENTO COMPRESOR	Realizado
TEMPERATURA DEL LUGAR	21 C	LIMPIEZA COMPRESOR	Realizado
VENTILACIÓN LUGAR	Ambiental	LIMPIEZA CONDENSADOR	Realizado

Recomendaciones / Observaciones: Se realiza visita de mantenimiento preventivo, se realiza limpieza externa, limpieza del serpentin, limpieza del compresor y partes electromecanicas, se realiza limpieza interna, verificación de los niveles de grasa de los ICE PACKS, equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza del evaporador y ventilador, se realiza verificación del sistema RIMD y actualización en la plataforma Vaclog.

ENCUESTA

	Bueno	Regular	Deficiente	Si es deficiente, ¿porqué?
Puntualidad de prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Profesionalidad en la prestación del servicio:	[ ]	[ ]	[ ]	
Calidad del servicio prestado:	[ ]	[ ]	[ ]	

	SI	NO	Comentarios:
¿Se resolvieron todas sus inquietudes?	[ ]	[ ]	

Recibido por: Alexandra Burgos	Entregado por: Diego Leonardo Urrego
Firma: Alexbs	Firma:
Cargo: Aux. Enfermeria Fecha: 19/11/24	Cargo: Ingeniero de Mantenimiento Fecha: 19/11/24

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0117

FECHA DE VISITA: 29 11 2024	**ENTIDAD:** DMS06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** DM606
Marca: RITTER	**Ubicación:** ODONTOLOGIA C145.
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo: X	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
MANGUERAS DE AGUA Y AIRE KIT	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FÍSICA, AJUSTE, MANGUERAS DE AGUA Y AIRE; AJUSTE, CAMBIO BOMBILLO LAMPARA, CALIBRACIÓN UNIDAD Y SOCKET DE CONEXIÓN PARA PIEZA DE MANO; REVISIÓN Y AJUSTE DE FILTROS Y PEDAL; CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80.191.944	C.C.: 1.119.816.483
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0118

FECHA DE VISITA: 29/11/2024	**ENTIDAD:** OMB06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMB06
Marca: RITTER	**Ubicación:** ODONTOLOGIA CIL 45
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo: X	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
KIT MANGUERAS AGUA Y AIRE	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCION FISICA, AJUSTE, MANGUERAS DE AGUA Y AIRE; AJUSTE, CAMBIO BOMBILLO LAMPARA, VERIFICACION VALVULAS Y SOCKET DE CONEXION PARA PIEZA DE MANOS, REVISION Y AJUSTE DE FILTROS Y PODA; VERIFICACION Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80194194	C.C.: 1.114.816.433
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0119

FECHA DE VISITA: 1 / 12 / 2024.	**ENTIDAD:**
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:**
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** ODONTOLOGIA BARRANCABERMEJA.
Modelo: AD.	**Contrato No:**
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo: X	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
KIT MANGUERAS AGUA Y AIRE.	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCION FISICA, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE; AJUSTE CABLEADO BOMBILLO LAMPARA; VERIFICACION CANULAS Y SOCKET DE CONEXION PARA PIEZAS DE MANO; REVISION Y AJUSTE DE FICTROS Y PEDAL; VERIFICACION Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: MISAEL MALPUD	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191940	C.C.: 1045547936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0120

FECHA DE VISITA: 5 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: RITTER	**Ubicación:** PUESTO CALLEJON
Modelo: EXCELENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓

Otro:

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN VISUAL, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE. AJUSTE CABEZAL, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN VALVULAS DE SOCKET DE ASPIRACIÓN PARA PIEZAS DE MANO. REVISIÓN Y AJUSTE DE FILTROS DE AGUA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALVUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1048849936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0121

FECHA DE VISITA: 2 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OMBOG
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMBOG.
Marca: KAVO	**Ubicación:** ODONTOLOGIA CM 45.
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE; AJUSTE CABLEADO BOMBILLO LAMPARA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y SUCKET DE EYECTOR PARA PIEZAS DE MANO; REVISIÓN Y AJUSTE DE FICHAS Y PEDAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1048547936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0122

FECHA DE VISITA: 2/12/2024	**ENTIDAD:** OMBOG
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMBOG
Marca: BELTEC	**Ubicación:** ODONTOLOGIA CLL 45-
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124.
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE; AJUSTE CABLEADO CAMBIO LAMPARA. VERIFICACIÓN CIRCUITOS Y SOCKET DE CONEXIÓN PARA PIEZAS DE MANO. REVISIÓN Y AJUSTE DE FILTROS Y PEDAL, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1048842936
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0123

FECHA DE VISITA: 2 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OM 506
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OM506
Marca: KAVO	**Ubicación:** ODONTOLOGIA CN 45
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE. AJUSTE CABEZOTE BOMBILLO LAMPARA. VERIFICACIÓN VALVULAS Y SOCKET DE CONEXIÓN RAPIDA PIEZA DE MANO. REVISIÓN Y AJUSTE DE FILTROS DE PURGA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALPUD	*Nombre:* Edwin. F Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1048824936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	*Cargo:* Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0124

FECHA DE VISITA: 3 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DM506
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA.	**Centro de Atención:** DM506
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** Odontología CII 95.
Modelo: AO SMART.	**Contrato No:** 174
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓

Otro:

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O: INSPECCIÓN FÍSICA, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE. AJUSTE CABLEADO GOMITO LAMPARA, VERIFICACIÓN VALVULAS Y SOCKET DE CONEXIÓN PARA PIEZAS DE MANO. REVISIÓN Y AJUSTE DE FILTROS DE PRIMARIO VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN F. GOMEZ
C.C. 80191949	C.C.: 1014184936
Cargo: INGENIERO BIOMÉDICO	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0125

FECHA DE VISITA: 3 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DMBOG
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA.	**Centro de Atención:** DMBOG
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** ODONTOLOGIA CII 45.
Modelo: AD SMART	**Contrato No:** 424
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento (unidad)	Equipo (unidad)
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCION FISICA. AJUSTE MANGUERA DE AGUA Y AIRE. AJUSTE CABEZAL COMBINADO LAMPARA. VERIFICACION VALVULA Y SOCKET DE CONEXION RAPIDA PIEZAS DE MANO. REVISION Y AJUSTE DE FILTROS Y PODA. VERIFICACION Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALAVER	Nombre: Edwin F. Gomez.
C.C. 80601944	C.C.: 1048547936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0126

FECHA DE VISITA: 4 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DM 806
Equipo: OTOEMISIONES ACUSTICAS CON POSTATIL	**Centro de Atención:** DM 806
Marca: INTER ACOUSTICS	**Ubicación:** AUDIOMETRIA
Modelo: ECLIPSE	**Contrato No:** 124
Serie: 09591603	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento (unidad)	Equipo (unidad)
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1018847936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0127

FECHA DE VISITA: 4 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DM606
Equipo: AUDIOMETRO	**Centro de Atención:** DM606
Marca: MAICO	**Ubicación:** AUDIOMETRIA
Modelo: MA42	**Contrato No:** 124
Serie: MA9064355	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	

Otro:

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento (unidad)	Equipo (unidad)
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS, VALORACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO ENTREGADO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191944	C.C.: 1048847936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0128

FECHA DE VISITA: 4 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DM606
Equipo: IMPEDANCIOMETRO	**Centro de Atención:** DM606
Marca: MADSEN	**Ubicación:** AUDIOMETRIA
Modelo: TOUCHTYMP	**Contrato No:** 184
Serie: NO PORTA	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento (unidad)	Equipo (unidad)
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VALIDACIÓN DE CURVAS Y CORRELACIONES, REVISIÓN SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

OBSERVACIONES:

EQUIPO SE ENTREGA PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MADRID	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80 191 914	C.C.: 1048547936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0129

FECHA DE VISITA: 5 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OMBOG
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMBOG
Marca: RITTER	**Ubicación:** PUERTO CARREÑO.
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
KIT MANGUERAS AGUA Y AIRE	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, AJUSTE CABLE BOMBILLO LAMPARA, VERIFICACION DE VALVULAS Y SOCKETS DE CONEXION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FILTROS.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PRESTADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191996	C.C.: 1045342936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0130

FECHA DE VISITA: 6 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OM 306
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OM 306
Marca: RITTER	**Ubicación:** LETICIA
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCION FISICA, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE FILTROS Y REGULADORES, VERIFICACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, VALORACION DE BOMBILLO Y CONTACTOS, VERIFICACION DE MOTORES, VALVULAS Y PEDAL.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PRESTADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80.191.944	C.C.: 1048847936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0131

FECHA DE VISITA: 7/ 12 /2024	**ENTIDAD:** DM506
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA.	**Centro de Atención:** DM506
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** PUERTO INIRIDA
Modelo: AO	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: ∞	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: ✓	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: ✓	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA, AJUSTE DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, VERIFICACION DE REGULADOR Y VALVULAS, LIMPIEZA DE FILTROS, AJUSTE DE SISTEMAS NEUMATICOS E HIDRAULICOS, VALORACION DE BOMBILLO Y LUBRICADO, BOTONERIA

OBSERVACIONES:
EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN F. GOMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1048547936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0132

FECHA DE VISITA: 7/12/2024	**ENTIDAD:** DM506
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** DM506
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** PUERTO GAITAN
Modelo: AO.	**Contrato No:** 124.
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: ✓	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FÍSICA, AJUSTE DE MANGUERAS DE AIRE Y AGUA REVISIÓN DE REGULADOR Y VALVULAS, LIMPIEZA DE FILTROS, AJUSTE DE SISTEMA NEUMATICO E HIDRAULICO, VALORACION DE BOMBILLO Y CABLEADO, VALORACIÓN DE BOTONERIA

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: Edwin F. Gomez
C.C. 80191941	C.C.: 1048847936
Cargo: ING. BIOMEDICA.	Cargo: Biomedico

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0133

FECHA DE VISITA: 9 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** PMB06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA.	**Centro de Atención:** PMB06
Marca: LITTER	**Ubicación:** PUERTO LEGUIZAMO
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE SISTEMA NEUMATICO E HIDRAULICO, MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, REGULADORES Y VALVULAS, LIMPIEZA DE FILTROS. VULCANIZACION DE CABEZALES Y BOMBILLO, POSICION DE BOTONERA.

OBSERVACIONES:

EQUIPO DEJADO FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN F. GOMEZ
C.C. 80191904	C.C.: 1048347036
Cargo: ING BIOMEDICO.	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0134

FECHA DE VISITA: 9 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OMBOG
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMBOG
Marca: KITTEL	**Ubicación:** PUERTO GUZMAN
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: REVISIÓN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE SISTEMA NEUMATICO, MANGUERAS DE AIRE Y SISTEMA HIDRAULICO MANGUERAS DE AGUA, PEDAL, REGULADORES, AJUSTE DE PRESIONES, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRÓNICO, BOMBILLO Y BOTONERA.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN F. GOMEZ
C.C. 80 [illegible]	C.C.: 1014847936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0135

FECHA DE VISITA: 9 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** OMBOS
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** OMBOS
Marca: RITTER.	**Ubicación:** PUERTO LEGUIZAMO
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: ✓	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓

Otro:

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

REVISIÓN GENERAL, AJUSTE DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, LIMPIEZA DE FILTROS Y VALVULAS, VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTRICO Y ELECTRONICO, VALORACION DE BOMBILLO Y BOTONERIA.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL MALPUD	Nombre: EDWIN F. GOMEZ
C.C. SOCIEDAD.	C.C.: 1048847936
Cargo: INGENIERO BIOMEDICO.	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0136

FECHA DE VISITA: 9 / 12 / 2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA.	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: AMERICAN DENTAL	**Ubicación:** PUERTO LEGUIZAMO
Modelo: AD	**Contrato No:** 124.
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓

Otro:

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISION GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, AJUSTE DE REGULADOR DE PRESIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISIÓN DE VALVULAS, BOQUILLA Y BOMBILLA, SISTEMAS ELECTRICO Y ELECTRONICO.

OBSERVACIONES:

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: Edwin F. Gomez.
C.C. 80191984	C.C.: 1048847936
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0116

FECHA DE VISITA: 29/11/2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: KISTEL	**Ubicación:** ODONTOLOGIA UM45.
Modelo: EXCELLENCE	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo: X	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico: X	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
KIT MANGUERAS DE AIRE Y AGUA	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
JERINGA TRIPLE	1		
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCION FISICA, AJUSTE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE AJUSTE CABLEADO BOMBILLO LAMPARA VERIFICACION VALVULA Y SOCKET DE CONEXION PARA PIEZAS DE MANO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FILTRO Y REGULADOR DE AIRE. PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. ING. BIOMEDICO	C.C.: 1.114.816.433
Cargo: 80191944	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0114

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: UNIDAD OTORRINO	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: ATMOS	**Ubicación:** CONSULTORIO MEDICO OTORINO
Modelo: C11	**Contrato No:** 124
Serie: 100185	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
CAMBIO DE SWITCH ON-OFF	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA: DESTAPE EQUIPO, LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA Y CONTROL, AJUSTE DE IGBTS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTORES; DELICADEZA BOTONERIA; CABLEADO Y CONEXIONES PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:
EQUIPO ENTREGADO, PROBADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80.910.46	C.C.: 1.144.116.433
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo: ING. BIOMEDICO.

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0115

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: UNIDAD OFTALMOLOGICA	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: APLANED	**Ubicación:** CONSULTORIO OFTALMOLOGIA
Modelo: EVIDENCE PLUS EX2	**Contrato No:**
Serie: 8911463.	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O: REVISIÓN GENERAL INSPECCIÓN FISICA, AJUSTE EQUIPO COMPLETA TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA Y CONTROL, AJUSTE DE REELES, PRUEBAS FUNCIONAMIENTOS DE MOTORES, VERIFICACIÓN ESTANDAR CARGADO Y CONEXIONES, PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1.114 816. 493
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0101

FECHA DE VISITA: 25/11/2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: AUTOCLAVE	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: CASTLE	**Ubicación:** ESTERILIZACION
Modelo: SMART S250	**Contrato No:** 124
Serie: TR 250 - CM10-050917-12-01	**Teléfono:**
Placa inventario: NO PORTA	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
MANGUERAS TERMORESISTENTES KIT AIRE	6	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS SEGUN MANUAL DE FABRICANTE, INSPECCIÓN DE ELECTROVALVULAS, CALOZEIN, PUERTA SENSORES, MOTOBOMBAS DE AGUA Y MANGUERAS, PRUEBA FINAL BOWIE DICK.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80191944	C.C. 1144816433
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo: ING BIOMEDICO.

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0104

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** OM606
Equipo: LAVADORA ULTRASONICA	**Centro de Atención:** OM606
Marca: GETTICE	**Ubicación:** 124
Modelo: S300H	**Contrato No:** ESTERILIZACION
Serie: 10124907	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

REVISIÓN GENERAL DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE, INSPECCIÓN EFECTIVIDAD, PRUEBAS SENSORES, METODOLOGÍA DE AGUA Y LIMPIEZA.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARTINEZ	Nombre: EDWIN GÓMEZ
C.C. 80191944	C.C. 1114816433
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo:

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0105

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** OM606
Equipo: DESTILADOR MECANICO	**Centro de Atención:** OM606
Marca: BIONEO	**Ubicación:** PORTATIL
Modelo: CLOSSVENT 3+	**Contrato No:** 124
Serie: 30200 1128	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:		Metrología:		Otro:	
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:		No Funciona:		Otro:	
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:	

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo:*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
CELDA DE OXIGENO	1.	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

VERIFICACION ENCENDIDO Y ALARMAS; PRUEBA FUGAS CIRCUITO CERRADO DE PACIENTE CON BALON VERIFICACION CONEXION REDES MEDICINALES; DRENAJE CONDENSADOS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICO VALVULAS EXPIRACION, INSPIRACION, ALARMAS, BATERIAS.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1.114.816.433
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0106

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** DMB06
Equipo: VERTICAL MECANICO	**Centro de Atención:** DMB06
Marca: BIOMED.	**Ubicación:** PORTATIL
Modelo: CLOSEVENT 3+	**Contrato No:** 124
Serie: 30200 1118	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:	Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:	No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:	Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

VERIFICACIÓN EXCESOS, ARAÑAS, FUGAS, CIERRE PUERTA, PRESENTE CON BACA, CONEXIÓN RED GASES MEDICINALES, PRESENTE CONDENSADOS, VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN, EQUIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, ANCLAJE Y LATERALES

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GÓMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1 114 816 433
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0107

FECHA DE VISITA: 26 / MAY / 2024	**ENTIDAD:** OMBOO
Equipo: ELECTROBISTURI	**Centro de Atención:** OMB06
Marca: LEO SPA	**Ubicación:** TALLER BIOMEDICA
Modelo: SURTRON 400 HP.	**Contrato No:** 124
Serie: 518024396?	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos		*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

INSPECCIÓN CUIDADOSA AMBIENTALES; LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA; VERIFICACIÓN LÁPIZ QUIRÚRGICO; VERIFICACIÓN TECNICA POTENCIA; REVISIÓN CABLE PLACA RETORNO, CORRECTIVO CAMBIO AJUSTE PIEZAS; PRUEBA FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA FUGA.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN SERVICIO.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MALDONADO	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1.114.816.433
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0108

FECHA DE VISITA:	26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:**	CMBOO
Equipo:	ELECTROBISTURI	**Centro de Atención:**	CMBOO
Marca:	LED SPA	**Ubicación:**	TALLER BIOMEDICA
Modelo:	SURTRON 400 HP	**Contrato No:**	124
Serie:	S1801493968	**Teléfono:**	
Placa inventario:		**Sello Garantía No:**	

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos		*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

INSPECCIÓN FÍSICOQUÍMICA, AMBIENTAL; LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA; VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS QUIRÚRGICO; VERIFICACIÓN REGULACIÓN POTENCIA; REVISIÓN PLACA RETORNO; VERIFICACIÓN CORTE, AJUSTE PIEZAS; REVISIÓN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA FINAL

OBSERVACIONES:

EQUIPO REVISADO, VERIFICADO FUNCIONANDO DE SERVICIO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN SOSA
C.C. 80191944	C.C.: 1144[illegible]453
Cargo: TEC. BIOMEDICO.	Cargo: TEC BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0109

FECHA DE VISITA: 26/ NOV/ 2024.	**ENTIDAD:** DMBOG
Equipo: DOPPLER FETAL.	**Centro de Atención:** DMBOG
Marca: EDAN	**Ubicación:** TALLER BIOMEDICA
Modelo: SONOTRAX	**Contrato No:** 124
Serie:	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:		Metrología:		Otro:	
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:		No Funciona:		Otro:	
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:	

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	Lubricación y engrase	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	Limpieza interna y externa	✓
Ajuste de parámetros del equipo		Test de Prueba del equipo	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	Prueba de fugas	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
BATERIA DE GEL.	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

VERIFICACION CONDICIONES AMBIENTALES; LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA VERIFICACION SISTEMA ELECTRICO; INSPECCION DE TRANSDUCTOR; VALORACION PACIENTE, BATERIA CABLEADO Y CONEXIONES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y ENTREGADO.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MORALES	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80.19.19 49.	C.C.: 1114 816 453
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0110

FECHA DE VISITA: 26/ 11 / 2014		**ENTIDAD:** OM 606	
Equipo: DE JUEGO.		**Centro de Atención:** OMB06	
Marca: WELCH ALLYN		**Ubicación:** TALLER BIOMEDICA	
Modelo: 95777		**Contrato No:** 124	
Serie:		**Teléfono:**	
Placa inventario:		**Sello Garantía No:**	

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:	
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:	
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:	

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
CABEZA DE OTOSCOPIO	1	Instrumento ( )	Equipo ( )
CABEZA DE OFTALMOSCOPIO	1.		
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

INSPECCIÓN CONDICIONES AMBIENTALES; LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA; LIJO PARTES SUCIAS; VERIFICO BOMBILLOS; REVISO OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO; REVISO ESTADO BATERIAS; VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA FINAL.

OBSERVACIONES:

ENTREGO EQUIPO PROBADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1114 816 233
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0111

FECHA DE VISITA: 26/11/2024	**ENTIDAD:** DM606
Equipo: CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD.	**Centro de Atención:** DM606
Marca: THERMO SCIENTIFIC	**Ubicación:** LABORATORIO
Modelo: 42195989	**Contrato No:** 124
Serie: SL40-75025513	**Teléfono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico / eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: REVISIÓN GENERAL, PRUEBAS INICIALES. DESARME DE SISTEMA ROTATORIO ACCESO A MOTOR; REVISIÓN DE ESCOBILLAS, AJUSTE DE SISTEMA ROTATORIO. VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE REVOLUCIONES, ARMADO EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES.

OBSERVACIONES:
EQUIPO ENTREGADO, PROBADO, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GÓMEZ
C.C. 80191944	C.C.: 1.174 816 433
Cargo: ING. BIOMEDICO.	Cargo: ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0102

FECHA DE VISITA: 25 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** DM 506
Equipo: SELLADORA	**Centro de Atención:** DM 506
Marca: GETINGE	**Ubicación:** ESTERILIZACION
Modelo: PROSEAL PLUS	**Contrato No:** 124
Serie: PPL 10180039	**Teléfono:**
Placa inventario: N	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:		Metrología:	Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:		No Funciona:	Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	Odontológico:		Laboratorio:	Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónica/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:
REVISIÓN SELLADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIÓN SISTEMAS SEGÚN MANUAL FABRICANTE, REVISIÓN SISTEMA DE CALENTAMIENTO TÉRMICO

OBSERVACIONES: EQUIPO SE ENTREGA PROBADO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GÓMEZ
C.C. 80191944	C.C. 1.114.816.433
Cargo: ING. BIOMÉDICO.	Cargo: ING. BIOMÉDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0103

FECHA DE VISITA: 26 / 11 / 2024	**ENTIDAD:** OMBOG
Equipo: LAVADORA TERMODESINFECTADORA	**Centro de Atención:** OMBOG
Marca: GETINGE	**Ubicación:** ESTERILIZACION
Modelo: WD46 – 5T	**Contrato No:** 124
Serie: WAA084304	**Telefono:**
Placa inventario:	**Sello Garantía No:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo: X	Correctivo:		Metrología:		Otro:	
Estado inicial del equipo:	Funcionando: X	Falla:		No Funciona:		Otro:	
Clase de Equipo:	Médico: X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:	

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo		*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	✓
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	CANT.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJ O:

REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE, INSPECCIÓN DE ELECTROVALVULAS, PRUEBA SENSORES, MOTOBOMBAS DE AGUA Y LAVACHATAS.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: X Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	Firma
Nombre: RAFAEL MARQUEZ	Nombre: EDWIN GOMEZ
C.C. 80919484	C.C.: 1144846433
Cargo: ING. BIOMEDICO	Cargo: ING. BIOMEDICO

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia

EQUIPOS CASABLANCA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE 0113

FECHA DE VISITA:	26/11/2024.	**ENTIDAD:**	OMBOG
Equipo:	UNIDAD OTORRINO	**Centro de Atención:**	OMBOG
Marca:	OTORCOUT	**Ubicación:**	CONSULTORIO MEDICO OTORRINO
Modelo:	SMART EOT OUIT/SIT 4 PLUS	**Contrato No:**	124
Serie:	50232.	**Teléfono:**	
Placa inventario:		**Sello Garantía No:**	

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo:	X	Correctivo:		Metrología:		Otro:
Estado inicial del equipo:	Funcionando:	X	Falla:		No Funciona:		Otro:
Clase de Equipo:	Médico:	X	Odontológico:		Laboratorio:		Industrial:

SERVICIO PRESTADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Verificación de sistemas electrónico/eléctrico	✓	*Lubricación y engrase*	✓
Verificar parámetros de funcionamiento	✓	*Limpieza interna y externa*	✓
Ajuste de parámetros del equipo	✓	*Test de Prueba del equipo*	✓
Verificar Sistemas mecánicos	✓	*Prueba de fugas*	
Otro:			

REPUESTO UTILIZADO	**CANT.**	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**	
		Instrumento ( )	Equipo ( )
		Info. Instrumento:	

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: INSPECCIÓN FISICA; DESTAPE EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA Y CONTROL; AJUSTE DE RELES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTORES, CALIFICACIÓN BATERIA, CABLEADO Y CONEXIONES, PRUEBAS FINALES.

OBSERVACIONES:

EQUIPO PROBADO, ENTREGADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Funcionando: Con falla: Fuera de servicio:

ENTREGADO:	**RECIBIDO:**
Firma	**Firma**
Nombre: RAFAEL VALCARCEL	*Nombre:* EDWIN GOMEZ
C.C. 80191966	*C.C.:* 1.114.816.483
Cargo: ING. BIOMEDICO	*Cargo:* ING. BIOMEDICO.

Dirección: Carrera 71 No. 50 - 31 **Tel.:** 885 0385 **Cel.:** 300 443 1519 **Email:** gerencia@equiposcasablanca.com

Bogotá, D.C. - Colombia