HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
EQUIPO: ANALIZADOR HETAMOLOGIA	MARCA: URIT
MODELO: URIT-5180	SERIE/TIPO: 5180E-01463
N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE	REGISTRO INVIMA: 2018DM-0018727
SERVICIO: LABORATORIO CLINICO	UBICACIÓN:

REGISTRO DE COMPRA				REGISTRO TECNICO	
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X]	COMODATO [ ]	DONACION [ ]		VOLTAJE: 100V	FRECUENCIA: 60Hz
FECHA DE ADQUISICION	04/dic.2024			AMPERAJE: 2,5A	POTENCIA: 250 VA
FECHA DE INSTALACION					
FECHA VENC. GARANTIA	04/dic.2025			HUMEDAD:	TEMPERATURA: 15° - 35°C
PROVEEDOR	DISMEDPHARMA	VIDA UTIL (AÑOS)			
FABRICANTE	URIT			TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRONICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
				DIAGNOSTICO	
[ ] I	[X] IIA	[ ] IIB	[ ] III	PREVENCION	
				REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	X
OPERACION	SI	MANTENIMIENTO		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	NO
SEMESTRAL		ANUAL		PERIOCIDAD DE CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: DISMEDPHARMA Ing. Paola Escobar Del Cairo	Revisado por:	Aprobado por: