EQUIPO	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA **URIT. 3010 - 2900 3000 y 5180**	  - El lugar de instalación debe estar bien ventilado. - El analizador debe ser conectado a una UPS de 1Kva. - Evite exponerlo a lugares con altas temperaturas y luz solar directa. - Temperatura de área de trabajo: 15°C - 35°C (Optima 25°C) - Humedad Relativa: <=85% - Requerimiento de voltaje: AC 100 - 240V 50/60Hz - Potencia disipada: 150VA - Se recomienda uso de aire acondicionado en el lugar de ubicacióndel equipo. - Toma eléctrica REGULADA cercana al equipo. - 20 cm de espacio detrás del analizador. - Más de 30cm de espacio a cada lado del analizador para accesode servicio técnico. - Espacio suficiente para colocar reactivos y desechos. - Debe instalar en una superficie resistente al peso del equipo (45Kg). - Dimensiones del equipo: L580mm x H550mm x W400mm.

WWW.LABTRONICS.NET