LABTRONICS S.A.S CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO** **ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA 5180**	Versión: 0

MES:_____	AÑO:_____	AREA:_____

MANTENIMIENTO DIARIO	**DIA DEL MES**																														
ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza externa de la sonda de aspiración con alcohol.																															
Revisión de Volumen de Reactivos																															
PRIME para eliminar burbujas																															
Realización de blanco de aire																															
Al final de la jornada: Limpieza del sistema (Tubing Clean) con **PROBE CLEAN.**																															
RESPONSABLE																															

MANTENIMIENTO SEMANAL	**DIA DEL MES**																														
ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Apagado preventivo y lavado del sistema.																															
Limpieza de la superficie del equipo con una solución de detergente neutro.																															
Encendido y realización mtto diario normal.																															
Al final de la jornada: Limpieza del sistema (Tubing Clean) con **PROBE CLEAN**																															
Al final de la jornada: Cauterización preventiva del sistema (**HV Cautery**)																															
FLUSH del sistema																															
RESPONSABLE																															

Realizado por:	Aprobado por:
Revisado por:	Fecha de Aprobacion: