HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
EQUIPO: AUTOCLAVE 24 L	MARCA: TUTTNAUER
MODELO: MESA 2340 EA	SERIE/TIPO: 20050855
N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE	REGISTRO INVIMA: 2020DM-0022376
SERVICIO: ODONTOLOGIA	UBICACIÓN:

REGISTRO DE COMPRA				REGISTRO TECNICO	
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]				VOLTAJE: 120 V	FRECUENCIA: 60 Hz
FECHA DE ADQUISICION	04/dic.2024			AMPERAJE: 11.7 A	POTENCIA: 1400 W
FECHA DE INSTALACION					
FECHA VENC. GARANTIA	04/dic.2025			HUMEDAD:	TEMPERATURA: max 134°C
PROVEEDOR	DISMEDPHARMA	VIDA UTIL (AÑOS)	10		
FABRICANTE	TUTTNAUER			TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRONICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
3 bandejas			

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
				DIAGNOSTICO	
	X			PREVENCION	X
I	IIA	IIB	III	REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	
OPERACION	SI	MANTENIMIENTO	SI	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

El agua destilada o libre de minerales suministrada al autoclave debe tenerlas características físicas y el nivel máximo aceptable decontaminantes indicados en el manual
La prueba Bowie & Dick diaria y la prueba de esporas semanal son parte del plan de mantenimiento preventivo junto con la validación anual de los procesos de esterilización, que asegura la dispersión apropiada de la temperatura dentro de la cámara.
Nunca use la autoclave para esterilizar productos corrosivos como: ácidos, bases, fenoles, compuestos volátiles o soluciones como etanol, metanol o cloroformo ni sustancias radioactivas
Una vez al año, o más frecuentemente, se deben realizar pruebas efectivas, como la calibración y la validación.

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	SI
SEMESTRAL	X	ANUAL		PERIOCIDAD DE CALIBRACION	ANUAL

Elaborado por: DISMEDPHARMA Ing. Paola Escobar Del Cairo	Revisado por:	Aprobado por: