Ultraschall De Colombia Equipamiento Integral Médico Hospitalario	**GUIA RAPIDA DE MANEJO AUTOCLAVE**	Tuttnauer

DESCRIPCION GENERAL

La función de este autoclave es esterilizar equipos y materiales de manera eficaz y segura mediante un proceso automatizado que emplea vapor saturado. Esto incluye instrumentos quirúrgicos, utensilios médicos, cristalería de laboratorio, textiles, entre otros

PARTES Y COMPONENTES





Programa	Instrumentos y materiales
	Instrumentos y materiales no envueltos
	Instrumentos envueltos y cargas porosas
	Líquidos: Para agua destilada y preparados líquidos en botellas cerradas
	Secado: Programa de secado opcional para continuar el secado del ciclo en proceso

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Utilizar paño desechable humedecido con detergente neutro o alcohol

No usar ningún desinfectante a base de mentol para la limpieza y desinfección

Los valores de PH de los productos desinfectantes utilizados deben encontrarse entre un 4.5 y un 10.

ADVERTENCIAS

⚠

No sumerja el equipo en liquidos.

No utilizar el equipo en superficies con posible riesgo de caida del equipo