# HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

## HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



| INFORMACIÓN DEL EQUIPO | |
|---|---|
| EQUIPO: BAÑO DE MARIA | MARCA: MEMMERT |
| MODELO: WNB-10 | SERIE/TIPO: L422,1077 |
| N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE | REGISTRO INVIMA: NO REQUIERE |
| SERVICIO: LABORATORIO CLINICO | UBICACIÓN: |

| REGISTRO DE COMPRA | | | | REGISTRO TECNICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] | COMODATO [ ] | DONACION [ ] | | VOLTAJE: 110 V | FRECUENCIA: 60 Hz |
| FECHA DE ADQUISICION | 04/dic.2024 | | | AMPERAJE: 5.2 A | POTENCIA: 1200W |
| FECHA DE INSTALACION | | | | | |
| FECHA VENC. GARANTIA | 04/dic.2025 | | | HUMEDAD: | TEMPERATURA: 10° - 95°C |
| PROVEEDOR | DISMEDPHARMA | VIDA UTIL (AÑOS) | | | |
| FABRICANTE | MEMMERT | | | TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRICO | |

### REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

| NOMBRE | MARCA | MODELO | SERIE |
|---|---|---|---|
| Tapa inclinada. | MEMMERT | NT | NT |

### REGISTRO DE APOYO TECNICO

| CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO | | | | CLASIFICACION BIOMEDICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIAGNOSTICO | |
| [X] | [ ] | [ ] | [ ] | PREVENCION | |
| I | IIA | IIB | III | REHABILITACION | |
| MANUALES | | | | ANALISIS DE LABORATORIO | X |
| OPERACION | SI | MANTENIMIENTO | | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | |

### RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

| PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO | | | | CALIBRACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIMESTRAL | | TRIMESTRAL | | REQUIERE CALIBRACION | SI |
| SEMESTRAL | X | ANUAL | | PERIOCIDAD DE CALIBRACION | ANUAL |

| Elaborado por: DISMEDPHARMA<br>Ing. Paola Escobar Del Cairo | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|