GUÍA DE MANEJO---- BAÑO SEROLOGICO WNB-14 MARCA MEMMERT



1. Conectar el equipo a una toma 110v.
2. Encender el equipo presionando la perilla.



3. Presionar el botón set (señalado)



4. Mientras tiene presionado el botón set gire la perilla hasta llegar a la temperatura deseada. (espere un tiempo hasta que la temperatura se establezca)



IMCOLMEDICA S.A.