HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
EQUIPO: LARINGOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	MARCA: WELCH ALLYN
MODELO: 60813	SERIE/TIPO: NO APLICA
N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE	REGISTRO INVIMA: 2018DM-0018133
SERVICIO: URGENCIAS	UBICACIÓN:

REGISTRO DE COMPRA				REGISTRO TECNICO	
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]				VOLTAJE: 3 VDC	FRECUENCIA: NA
FECHA DE ADQUISICION	04/dic.2024			AMPERAJE:	POTENCIA:
FECHA DE INSTALACION					
FECHA VENC. GARANTIA	04/dic.2025			HUMEDAD:	TEMPERATURA: 0° - 40°C
PROVEEDOR	DISMEDPHARMA	VIDA UTIL (AÑOS)	NR		
FABRICANTE	WELCH ALLYN			TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BOMBILLO	WELCH ALLYN	HPX	NT
2 BATERIAS	ALCALINAS	TIPO C	NT
MANGO PARA LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60815	NT
PORTA BOMBILLO	WELCH ALLYN	REF: 608125-501	NT
BOMBILLO	WELCH ALLYN	HPX060	NT
VALVA	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA MAC 2 - MAC3	NT
VALVA	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA MIL 1 - MIL 2 - MIL3	NT

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
				DIAGNOSTICO	X
[X]	[ ]	[ ]	[ ]	PREVENCION	
I	IIA	IIB	III	REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	
OPERACION	SI	MANTENIMIENTO	SI	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

Las valvas del laringoscopio deben reprocesarse después de cada uso
Solamente personal capacitado debe utilizar un laringoscopio para intubación.
Deseche cualquier componente que muestre signos de daños o deterioro.v
El equipo no es adecuado para utilizarse en campos magnéticos intensos.
Utilice únicamente limpiadores de tipo enzimático de pH neutro (6,0-8,0).

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	NA
SEMESTRAL		ANUAL	X	PERIOCIDAD DE CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: DISMEDPHARMA Ing. Paola Escobar Del Cairo	Revisado por:	Aprobado por:

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
EQUIPO: LARINGOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	MARCA: WELCH ALLYN
MODELO: 60813	SERIE/TIPO: NO APLICA
N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE	REGISTRO INVIMA: 2018DM-0018133
SERVICIO: URGENCIAS	UBICACIÓN:

REGISTRO DE COMPRA				REGISTRO TECNICO	
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]				VOLTAJE: 3 VDC	FRECUENCIA: NA
FECHA DE ADQUISICION	04/dic.2024			AMPERAJE:	POTENCIA:
FECHA DE INSTALACION					
FECHA VENC. GARANTIA	04/dic.2025			HUMEDAD:	TEMPERATURA: 0° - 40°C
PROVEEDOR	DISMEDPHARMA	VIDA UTIL (AÑOS)	NR		
FABRICANTE	WELCH ALLYN			TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BOMBILLO	WELCH ALLYN	HPX	NT
2 BATERIAS	ALCALINAS	TIPO C	NT
MANGO PARA LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60815	NT
PORTA BOMBILLO	WELCH ALLYN	REF: 608125-501	NT
BOMBILLO	WELCH ALLYN	HPX060	NT
VALVA	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA MAC 2 - MAC3	NT
VALVA	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA MIL 1 - MIL 2 - MIL3	NT

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
				DIAGNOSTICO	X
[X]	[ ]	[ ]	[ ]	PREVENCION	
I	IIA	IIB	III	REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	
OPERACION	SI	MANTENIMIENTO	SI	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

Las valvas del laringoscopio deben reprocesarse después de cada uso
Solamente personal capacitado debe utilizar un laringoscopio para intubación.
Deseche cualquier componente que muestre signos de daños o deterioro.v
El equipo no es adecuado para utilizarse en campos magnéticos intensos.
Utilice únicamente limpiadores de tipo enzimático de pH neutro (6,0-8,0).

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	NA
SEMESTRAL		ANUAL	X	PERIOCIDAD DE CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: DISMEDPHARMA Ing. Paola Escobar Del Cairo	Revisado por:	Aprobado por: