TÉCNICA ELECTROMÉDICA

| FICHA TECNICA | | | |
|---|---|---|---|
| Mango para laringoscopio de fibra óptica | | | |
| MODELO | 60813 | MARCA | WELCH ALYN |
| REGISTRO INVIMA | 2008DM-0001919 | RIESGO | I |




| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | • Iluminación blanca con luz led ofrece una visión clara de color corregido, que viene incorporada en el mango. |
| | • Mango de tamaño Mediano, se usa con dos baterías de tamaño C |
| | • El acabado estriado asegura una sujeción segura |
| | • El diseño del bombillo HPX es utilizado en todos los tamaños de mangos |
| | •Acoplado con una reducción del 50% en el peso de la hoja. |
| | • Garantía de 2 año para la batería |

WelchAllyn®

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C (32 °F) a 40°C (104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento/ transporte | -20 °C (-4 °F )- 49 °C (120 °F) |
| Energía | (2) Baterías tipo C |
| COMPONENTES / ACCESORIOS | |
| Batería de níquel-cadmio recargable | |
| Set de cartucho de bombillo | |
| Bombillo LED | |
| REFERENCIAS | |
| 60814. Mango para laringoscopio de fibra óptica delgado. | |
| 60815. Mango para laringoscopio de fibra óptica mediano. | |