FICHA TECNICA			
HOJAS DE LARINGOSCOPIO			
MODELO	MACLNTOSH	MARCA	WELCH ALYN
REGISTRO INVIMA	2008DM-0001919	RIESGO	l
			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
CARACTERÍSTICA GENERALES	• La construcción en una sola pieza de las hojas de Welch Allyn elimina una unión soldada potencialmente más débil.		
	• Liviana, para obtener un mejor equilibrio y maniobrabilidad que facilita incluso las intubaciones más difíciles.		
	• Convertible. Las hojas se convierten fácilmente de lámpara a iluminación de fibra óptica. Disminuye los gastos por actualización.		
	• Reparables. Reemplace el canal de luz deterioradas por una fracción del costo de una hoja de repuesto		
	• Diseño mejorado. La altura de la hoja favorece intubaciones en pacientes de cavidad bucal reducida		
	• Construcción de una pieza. La hoja de acero inoxidable de una sola pieza asegura la integridad de la hoja (sin uniones soldadas) y minimiza la corrosión.		
	• Iluminación HPX™ halógena. Nuestras hojas de fibra óptica incluyen lámparas halógenas HPX™ para observar el color real del tejido, y proporciona una luz que es un 30% más blanca y brillante que las lámparas halógenas tradicionales.		

METODO DE ESTERILIZACION
• Limpieza y esterilización en autoclave por gravedad
• Limpieza y esterilización en autoclave de prevacío
• Limpieza y esterilización a baja temperatura Steris® Amsco® V-PRO®
• Limpieza y esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno STERRAD®
INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES
•Sumerja todos los componentes en una solución de limpieza enzimática de pH neutro Siguiendo las instrucciones del fabricante de la solución.
• Con los componentes sumergidos en la solución de limpieza, utilice un cepillo de cerdas blandas para limpiar las superficies de todos los componentes (la espátula, el tornillo de retención y el soporte de la luz) hasta que se elimine toda la contaminación visible.
RECOMENDACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO.
Las valvas deben esterilizarse antes del primer uso y entre un uso y el siguiente mediante cualquier método de esterilización.
REFERENCIAS
69061. Hoja de laringoscopio maclntosh # 1
69062. Hoja de laringoscopio maclntosh # 2
69063. Hoja de laringoscopio maclntosh # 3
69064. Hoja de laringoscopio maclntosh # 4