TÉCNICA ELECTROMÉDICA	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS	FO-LB-001
		VERSIÓN 3.0
		VALIDEZ 13 MARZO 2017

IDENTIFICACION DEL EQUIPO



NOMBRE DEL EQUIPO	EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED		
MARCA	**WELCH ALLYN**	MODELO	77710-71ML
SERIE	**22-320**	PLACA TEM	NT
FECHA	**27/8/2024**	RG SANITARIO	2012DM-0009186

PRINCIPIO FISIOLÓGICO DE FUNCIONAMIENTO

Equipo para diagnosticar órganos de los sentidos.

REPUESTOS, COMPONENTES O ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	REFERENCIA	CANTIDAD
OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	NT	NT	23810L	1
OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	NT	NT	11720L	1
SOPORTE PARED	WELCH ALLYN	NT	NT	NT	1
ADAPTADOR AC/DC	WELCH ALLYN	NT	NT	NT	1

SEGURIDAD ELECTRICA		COLOR		FUENTES DE ALIMENTACIÓN		DIMENSIONES		
TIPO B		BLANCO	X	AGUA		ALTO	15	cm
TIPO BF	X	BEIGE		AIRE		ANCHO	4	cm
TIPO CF		AZUL		GAS		LARGO	5	cm
		CROMADO		VAPOR		**TIPO DE EQUIPO**		
				ELECTRICIDAD	X	FIJO		
				OTROS		MOVIL	X	

CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		RIESGO	
DIAGNOSTICO	X	MECANICO		MUY ALTO RIESGO III	
TRATAMIENTO Y MANT. DE VIDA		ELECTRICO		ALTO RIESGO II b	
PREVENCIÓN		ELECTRÓNICO	X	MODERADO RIESGO IIa	X
REHABILITACIÓN		HIDRAULICO		BAJO RIESGO I	
ANALISIS DE LABORATORIO		NEUMATICO			

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO			
VOLTAJE	100 - 240 V	PRESION (PSI)	NA	3 MESES		6 MESES	
AMPERAJE	0,18 A	VEL. (RPM)	NA	4 MESES		12 MESES	x
POTENCIA	NT	TEMP. (ºC)	NA	**MANUALES**			
FRECUENCIA	50 - 60 Hz	PESO (Kg)	0,100 kg	SERVICIO		COMPONENTES	
CAPACIDAD	NA	VIDA UTIL	NO ESPECIFICA	USUARIO	X	DESPIECE	

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Precaucion de no golpear los cabezales, usar solo por personal capacitado.
Leer instrucciones de uso