

GUIA RÁPIDA

EQUIPO DE ORGANOS 77710-71ML



1. Revise que el equipo de órganos esté conectado a la red eléctrica, que todos los conectores estén bien puestos y el indicador de corriente se encuentre encendido

2. Verifique que los cabezales de los instrumentos de Welch Allyn 3.5 V (otoscopio y oftalmoscopio) estén bien conectados a los mangos del equipo y que tengan puesto el bombillo para su correcto funcionamiento.




3. Para utilizar el instrumento levante el mango de la base, inmediatamente se enciende el instrumento, recuerde que solo se puede encender un instrumento a la vez.

4. Ajuste la luz del instrumento con el reostato del mango.



5. Cuando termine de usar el instrumento coloque nuevamente el mango en el equipo.



6. El usuario debe seguir las instrucciones de uso del cabezal cuando examine a un paciente.