EQUIPO	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
ANALIZADOR DE QUÍMICA CA 200	 - El lugar de instalación debe estar bien ventilado y libre de polvo. - El analizador debe ser conectado a una UPS de 2 Kva mínimo. - Evite exponerlo a lugares con altas temperaturas y luz solar directa. - Temperatura de área de trabajo: 15°C - 30°C. - Humedad Relativa: 35% - 85% sin condensación - Requerimiento de voltaje: AC 100 - 240V 50/60Hz - Potencia disipada: 1400VA - Se recomienda uso de aire acondicionado en el lugar de ubicación. - Toma eléctrica REGULADA cercana al equipo. - Toma eléctrica con polo a tierra menor de 1 voltio. - Espacio a cada lado del analizador de 10 cms. - Espacio suficiente para colocar agua, detergente y desechos en la parte inferior del analizador. - Se debe instalar en una superficie resistente al peso del equipo (85Kg), con un orificio de 10 cms de diámetro para pasar mangueras. - Dimensiones del equipo: L150cms x H51cms x W54cms, incluye Computador.

WWW.LABTRONICS.NET

- El diseño de instalación del instrumento se encuentra a continuación. La distancia circundante es el espacio recomendado para acceso al equipo en caso de mantenimientos.

