ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
ELEMENTO	**TIPO**	**IMAGEN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**NORMATIVA**
TAPABOCAS	TRES CAPAS, TERMOSELLADO.		Preferiblemente fabricados en tela no tejida de polipropileno de tres capas, sellados por ultrasonido, de tres pliegues interiores y exteriores para mayor cobertura facial;deseable que cuente con capas de calibre de 40 gramos; puede ser en color azul, blanco, negro o colores hospitalarios. resitente a fluidos. Debe contar con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. El ajuste a la nariz debe ser suave y liviano para una asegurar adaptabilidad y confort. El tapabocas debe: 1. Asegurar eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. 2. Proveer comodidad para uso prolongado. 3.Presentar alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos corporales. 4. No debe producir partículas, y que garantice la prevención de eventos alérgicos al contacto con la piel. 5. Ser empacado y sellado individualmente . 6. Permitir respiración normal. 8. No contener productos o deribados tóxicos. 9. Venir en cajas por 50 unidades. 10. Contar con registro INVIMA.	Norma Técnica Colombiana NTC 1733, en 14683, ASTM F-2101,AATCC 42, ISO 18695 AATCC 22, ISO 4920 ASTM-F 1862,NTC 6449:2020 ;NTC 3610:2020
TAPABOCAS	N95		El tapabocas debe contar con: 1.Calificación N95 aprobada por NIOSH. 2.Clip de nariz ajustable (puede ser incrustado o visible). 3.Preferiblemente contar con pliegue plano vertical. 4.Correas en elástico. 5.Embalados individualmente. 6.Contar preferiblemente con cojín de nariz en material hipoalergénico 7.Brindar preferiblemente un factor de protección de 10 (OSHA) 8.Los broches, clips o materiales de aseguramiento, deben ser en materiales inoxidables.	NTC 1733 de 2020, NIOSH 42 CFR 84, NTC-EN 1827 de 2020 y NTC 3852 2020
GUANTES	NITRILO		Los guantes, preferiblemente deben ser: 1. Desechables 2.Ambidiestros 3.Fabricados 100% en Nitrilo 4.No estériles 5. Con buena resistencia al rasgado 6.Garantes de buen agarre en ambientes húmedos, grasientos y secos 7. Libres de talco 8.Puntas dactilares texturizadas 9.Hipoalergénicos 10. Libres de latex 11.Fabricados en materiales no tóxicos	EN 388:2003 EN ISO 374-1 EN 16523-1:2015 GB/T 12624 - 2009 EN ISO 374-4:2019 EN ISO 21420:2020 EN 16523-1 : 2015+A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018 ISO 16604–2004 ; EN ISO 374-5:2016 EPI89-686CEE, EN420

FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO
CC.: 1.121.860.063 de Villavicencio