MEDITEC S.A.	**FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS** **FT-DV01-01** **REV. 0**	Rev. # 0 Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO	
MARCA	RICHARD WOLF	
MODELO	8422351	
REFERENCIA	8422351	

DESCRIPCIÓN

• Registro sanitario: 2019DM-0020357
• Clasificación de riesgo: IIA
• Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania
• Para resectoscopios con sistema optico de 4mm 30, 25, 12 grados
• Para vaina de 22 charr • Para vaina de irrigación continua 25.5 charr
• Lazo de alambre 0.35 mm • Estabilizador

DATOS TÉCNICOS							
Voltage (VAC)	N/A	Diametro (mm)	N/A	Desechable	☐	Reutilizable	x
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	menos 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN

Esterilización de los productos con el método de prevacío fraccionado (segúnISO13060/ISO17665) Tiempo de mantenimiento :4min a 134C + 4°C (273 F +7°F), 4 min a 132 C + 4°C (270 F +7°F) ' Tiempo de secado: 10-20min. ' Temperatura máxima de esterilización: 138 C