MEDITEC S.A.	**FICHA TÉCNICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS** **FT-DV01-01** **REV. 0**	Rev. # 0 Fecha de Vigencia: 2020-02-03

INFORMACIÓN GENERAL		
DISPOSITIVO	ELECTRODO	
MARCA	RICHARD WOLF	
MODELO	8622131	
REFERENCIA	8622131	

DESCRIPCIÓN

- Registro sanitario: 2019DM-0020357
- Clasificación de riesgo: IIA
- Fabricante: Richard Wolf GmbH con domicilio en Alemania
- Uso: Para el corte y coagulacion de tejidos blandos
- Composicion: 1.4301 - AISI 304 / 1.4310-AISI 301
- Para resectoscopios con sistema optico de 30, 12 grados
- Bipolar
- Para vaina 24, 24/26, 26 charr
- Lazo de alambre 0.3 mm
- Estabilizador amarillo
- Horquilla azul
- Electrodo de corte
- Precauciones: Examinar el producto, sobre todo la parte distal, cambios en la superficie, aristas vivas.
- Disposición final: Bajo los protocolos de desecho biológico del cliente.

DATOS TÉCNICOS							
Voltaje (VAC)	N/A	Diametro (mm)	0.3	Desechable	☐	Reutilizable	X
Frecuencia (Hz)	N/A	Longitud (mm)	N/A				

CONDICIONES DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE	
Condiciones de servicio	10 C a 40 C, humedad relativa 30 % a 75 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	- 20 C a +60 C, humedad relativa 10 % a 90 %, presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

METODO DE ESTERILIZACIÓN

Esterilización de los productos con el método de prevacío fraccionado (segúnISO13060/ISO17665) Tiempo de mantenimiento :4min a 134°C + 4°C (273°F +7°F), 4 min a 132°C + 4°C (270°F +7°F) ' Tiempo de secado: 10-20min. ' Temperatura máxima de esterilización: 138°C