Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

# FICHA TÉCNICA

| Nombre Comercial del Producto |
|---|
| SEDA PERMA-HAND |
| **CÓDIGO** |
| **623H** |

| Material | Calibre Hebra | Longitud de hebra (cm) | Nombre Aguja | Longitud Aguja (mm) | Curvatura Aguja | Punta Aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estereoisómero isostático cristalino de polipropileno | 2-0 | 75 | KS | 60 | Recta | Reverso Cortante Recta |

| Numero de Agujas | Numero de Hebras | Tamaño Pledget (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | No Aplica |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Descripcion: | SILK*BLACK 2-0 75cm 1AG.KS |
| Tipo: | Trenzado |
| Materia Prima | Proteína orgánica llamada fibroína |
| Color del Material: | Negro |
| Color Empaque: | Azul Claro |
| Retención fuerza tensil in vivo: | La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que retiene su fuerza tensil por aproximadamente un año. |

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Tiempo de absorcion: | No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso. |
| Reacción Tisular: | Reacción inflamatoria aguda |
| Usos Frecuentes: | Para aproximación y/o ligadura de tejidos en todas las especialidades |
| Presentación: | Caja por 36 Unidades |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 5,5 años |
| Tipo de Dispositivo: | INVASIVO |
| Riesgo: | III |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2021 DM - 0000231 - R2 |