# DATA SHEET CENTER 1.0

Johnson&Johnson

## INGRESE EL CÓDIGO DEL DISPOSITIVO

VCP

- VCP168H
- VCP316H
- VCP318H
- VCP334H
- VCP603H
- XYVCP122H
- XYVCP123H
- XYVCP303H
- XYVCP304H
- XYVCP305H
- XYVCP311H
- XYVCP315H
- XYVCP317H
- XYVCP322H

## VISUALICE LOS RESULTADOS PREVIAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE SE CORRESPONDAN CON EL DISPOSITIVO QUE ESTÁ BUSCANDO.

| Parent Code | Nombre Comercial | Descripcion de producto | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 5424H | NUROLON | NUROLON*PT 0 75CM 1AG.CT-1 | INVIMA 2019 DM - 000179 - R4 |

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

# FICHA TÉCNICA

| Nombre Comercial del Producto |
|---|
| NUROLON |
| **CÓDIGO** |
| **5424H** |

| Material | Calibre Hebra | Longitud de hebra (cm) | Nombre Aguja | Longitud Aguja (mm) | Curvatura Aguja | Punta Aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estereoisómero isostático cristalino de polipropileno | 0 | 75 | CT-1 | 36.4 | 1/2 Circulo | Punta Ahusada |

| Numero de Agujas | Numero de Hebras | Tamaño Pledget (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | No Aplica |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Descripcion: | NUROLON*PT 0 75CM 1AG.CT-1 |
| Tipo: | Monofilamento |
| Materia Prima | Polímeros alipaticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6. |
| Color del Material: | Negro |
| Color Empaque: | Verde menta |
| Retención fuerza tensil in vivo: | La hidrólisis progresiva puede causar perdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que pierde aproximadamente 20% de su fuerza tensil cada año |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Tiempo de absorcion: | No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso. |
| Reacción Tisular: | Reacción inflamatoria aguda minima. |
| Usos Frecuentes: | Para aproximación de tejidos, en procedimientos neurológicos, oftalmológicos y microcirugía |
| Presentación: | Caja por 36 Unidades |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 5 años |
| Tipo de Dispositivo: | Invasivo quirúrgico |
| Riesgo: | III |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2019 DM - 000179 - R4 |

| | |
|---|---|
| Fabricante: | ETHICON INC. calle Durango No. 2751, Lote Bravo, Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico C.P. 32575 \| ETHICON INC ROUTE 22 WEST, Somerville, NJ USA 08876 (USA) \| ETHICON LLC. 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo, PR USA 00969 |
| Importadores: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA |