Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

# FICHA TÉCNICA

| Nombre Comercial del Producto |
|---|
| PDS PLUS |
| **CÓDIGO** |
| **PDP304H** |

| Material | Calibre Hebra | Longitud de hebra (cm) | Nombre Aguja | Longitud Aguja (mm) | Curvatura Aguja | Punta Aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polidioxanona con recubrimiento antibacterial | 4-0 | 70 | RB-1 | 17 | 1/2 Circulo | Punta Ahusada |

| Numero de Agujas | Numero de Hebras | Tamaño Pledget (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | No Aplica |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Descripcion: | PDS PLUS VLT 4-0 70CM RB1 |
| Tipo: | Monofilamento |
| Materia Prima | Polímero de poliéster, polidioxanona, recubiuerto con IRGACARE MP (Triclosan). |
| Color del Material: | Violeta |
| Color Empaque: | Plateado |
| Retención fuerza tensil in vivo: | 3-0 y Mayor<br>80% en 2 semanas<br>70% en 4 semanas<br>60% en 6 semanas<br><br>4-0 y Menor<br>60% en 2 semanas<br>40% en 4 semanas<br>35% en 6 semanas |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Tiempo de absorcion: | Absorción completa entre 182-238 días.Se absorbe por hidróliisis. |
| Reacción Tisular: | Ligera |
| Usos Frecuentes: | Aproximación de tejidos:Cierre pared abdominal , Anastomosis , Cirugía Pedíatrica,Ortopedia, Cirugía Cardiovascular |
| Presentación: | Caja por 36 Unidades |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 2 años |
| Tipo de Dispositivo: | Invasivo quirurgico |
| Riesgo: | III |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2019 DM - 0001873 - R1 |

| | |
|---|---|
| Fabricante: | ETHICON INC. calle Durango No. 2751, Lote Bravo, Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico C.P. 32575 \| ETHICON INC ROUTE 22 WEST, Somerville, NJ USA 08876 (USA) \| ETHICON LLC. 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo, PR USA 00969 |
| Importadores: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA |