Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto
PDS
CÓDIGO
W9109H

Material	Calibre Hebra	Longitud de hebra (cm)	Nombre Aguja	Longitud Aguja (mm)	Curvatura Aguja	Punta Aguja
Polidioxanona	4-0	90	RB-1	17	1/2 Circulo	Punta Ahusada

Numero de Agujas	Numero de Hebras	Tamaño Pledget (mm)
2	1	No Aplica

INFORMACION GENERAL	
Descripcion:	PDS* II VLT 4-0 90CM RB1(2)
Tipo:	Monofilamento
Materia Prima	Polímero de poliéster.
Color del Material:	Violeta
Color Empaque:	Plateado
Retención fuerza tensil in vivo:	3-0 y Mayor 80% en 2 semanas 70% en 4 semanas 60% en 6 semanas 4-0 y Menor 60% en 2 semanas 40% en 4 semanas 35% en 6 semanas

INFORMACION GENERAL	
Tiempo de absorcion:	Absorción completa entre 182-238 días. Se absorbe por hidrólisis.
Reacción Tisular:	Ligera
Usos Frecuentes:	Cierre pared abdominal - Anastomosis - Cirugía Pediátrica- Ortopedia - Cirugía Cardiovascular
Presentación:	Caja por 36 Unidades
Transporte y almacenamiento:	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
Recomendaciones de Uso:	Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas
Disposición Final:	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

INFORMACION GENERAL	
Vida Util:	60 meses
Tipo de Dispositivo:	Invasivo quirurgico
Riesgo:	III
Registro Sanitario:	INVIMA 2016 DM - 0015060

Fabricante:	ETHICON INC. calle Durango No. 2751, Lote Bravo, Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico C.P. 32575 | ETHICON INC ROUTE 22 WEST, Somerville, NJ USA 08876 (USA) | ETHICON LLC. 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo, PR USA 00969
Importadores:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA