Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

# FICHA TÉCNICA

**Nombre Comercial del Producto**

## CATGUT CROMADO

**CÓDIGO**

G123T




| Material | Calibre Hebra | Longitud de hebra (cm) | Nombre Aguja | Longitud Aguja (mm) | Curvatura Aguja | Punta Aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colágeno de ovinos y bovinos sanos | 2-0 | 70 | SH | 26 | 1/2 Circulo | Punta Ahusada |

| Numero de Agujas | Numero de Hebras | Tamaño Pledget (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.0 | No Aplica |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Descripcion: | CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH |
| Tipo: | Monofilamento Virtual |
| Materia Prima | Derivado de colageno de ovinos y de bovinos sanos. Recubierta de sales de cromo. |
| Color del Material: | Beige |
| Color Empaque: | Marrón |
| Retención fuerza tensil in vivo: | Retiene aproximadamente durante 21-28 días. Las caracterfsticas individuales del paciente pueden afectar el tiempo de perdida de la fuerza tensil. |

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Tiempo de absorcion: | Esencialmente completa despues de 90 días. Se absorbe por un proceso proteolítico de enzimas digestivas. |
| Reacción Tisular: | Moderada |
| Usos Frecuentes: | Para aproximación y/o ligadura de tejidos. |
| Presentación: | Caja por 24 Unidades |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 60 meses |
| Tipo de Dispositivo: | Invasivo de tipo quirurgico |
| Riesgo: | III |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4 |

| | |
|---|---|
| Fabricante: | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E CÓMERCIO DE PRODUCTOS PARA SALÚDE LTDA Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, N°2041 ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B-Vila Nova ConceiÇão-São Paulo- SP- BRASIL \| ETHICON, LLC CALLE 475 C, LOS FRAILES INDUSTRIAL PARK, SUITE 401, GUAYNABO, PR USA 00969 \| ETHICON LLC Highway 183, Km, 8.3 San Lorenzo, PR 00754 USA \| ETHICON INC. Calle Durango No. 2751. Ciudad Juarez. Lote Bravo. Chihuahua, México. CP 32575 \| JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 SAO JOSE DOS CAMPOS, SAO PAULO BRAZIL 12240-908 \| ETHICON INC. WEST SOMERVILLE, NJ. 08876-0151- EE.UU. |
| Importadores: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA |