Tema: Acta de reunión donde consta la entrega de tecnología biomédica en calidad de Comodato No. 7150687 por parte de la Secretaría Distrital de Salud a la CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA EN SALUD "CUNCITS".

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Bienes y Servicios	Propiedad, Planta y Equipo

Objetivo	Fecha: 26 de Diciembre de 2024			
Dejar constancia de la entrega de la tecnología biomédica solicitada por la CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA EN SALUD "CUNCITS", la cual se encuentra suscrita dentro del contrato de comodato No. 7150687.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (x) Entrega y constancia mediante acta de entrega de la tecnología biomédica en calidad de Comodato No. 7150687		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Cl. 44 #59-75, Teusaquillo, Bogotá			
	Hora Inicio: 9:00 A. M. Hora Fin: 11:30 M.			
	Notas por: Daniel Felipe Sánchez Sánchez – Ingeniero Biomédico SByS - SDS.			
	Próxima Reunión: N/A			
	Quien cita: Subdirección de Bienes y Servicios (SByS)			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Conforme a la tecnología biomédica que fue entregada en el marco de la pandemia por Covid-19, la CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA EN SALUD "CUNCITS", manifestó mediante carta de aceptación con fecha del 14 de Noviembre de 2024, su deseo de aceptar la suscripción de un contrato de comodato a título precario, en razón a su intención de seguir haciendo uso de la siguiente tecnología biomédica:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200844491083A1V
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200851171083A1V
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0386
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0387
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0388
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0389
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0390
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0394

VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0395
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0396
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0397
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0398
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0399
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0400
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3751
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3752
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3818
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3982
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3992
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4007
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4008
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4010
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4019
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4021
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4026
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4029
CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248233
CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248234
CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248235
CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248236

Así las cosas, se reúnen en las instalaciones de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SALUD "CUNCITS", ubicada en Cl. 44 #59-75, Teusaquillo, Bogotá, los Ingenieros Biomédicos de la Subdirección de Bienes y Servicios de la SDS: Daniel Felipe Sánchez y Carmen Rocio Arias, el Almacenista General Código 215 Grado 30 Víctor Manuel Cuervo Garzón, y el Supervisor del Contrato de Comodato N°7150687, Carlos Fernando Meza Solís. Por parte de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SALUD "CUNCITS": Sebastián Mauricio Cástro Pérez, en calidad de Coordinador de Biomédica del Hospital Universitario Nacional, con el objetivo de hacer la entrega material de la totalidad

de la tecnología biomédica suscrita en el contrato de comodato N°7150687, descrita de la siguiente manera: Dos (2) Ventiladores Mecánicos de la Marca: Neumovent, Modelo: TS, Doce (12) Ventiladores Mecánicos de la Marca: Drager, Modelo: Savina 300, Doce (12) Monitores de signos vitales de la Marca: Drager, Modelo: Vista 120S y cuatro (4) Cánulas de alto flujo de la Marca: FISHER & PAYKEL Modelo: AERVO 2, dando así, cumplimiento a las siguientes obligaciones del suscrito Comodato en mención:

"(...)

DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La entrega física de los equipos biomédicos asignados a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SALUD "CUNCITS" ubicada en la Calle 44 No. 59 – 75, Bogotá D.C., se realizó en el marco de la declaratoria de emergencia y estadio de la pandemia, como se nombra en los antecedentes del documento, cuentan con Acta entrega, documentos que hacen parte integrante del presente contrato.
(...)"

En virtud de lo anterior, se relacionan las series correspondientes a la tecnología suscrita en el Contrato de Comodato N° 7150687:

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES	ACCESORIOS		
1	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200844491083A1V	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Manguera de Aire	1	Buen estado
						Trampa	1	Funcional
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
2	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200851171083A1V	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Manguera de Aire	1	Buen estado
						Trampa	1	Funcional
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
3	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0386	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado

					el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
4	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0387	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
5	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0388	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
6	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0389	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
7	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0390	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
8	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0394	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
9	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0395	Se realizó pruebas de funcionamiento,	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado

					se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
10	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0396	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
11	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0397	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
12	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0398	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
13	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0399	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
14	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA 300	ASNM-0400	Se realizó pruebas de funcionamiento, se realiza test inicial el cual es aprobado. Se pone el equipo a ciclar. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y en correcto funcionamiento.	Brazo	1	Completo y buen estado
						Base rodable	1	Buen estado
						Cable AC	1	Buen estado
						Manguera de Oxigeno	1	Buen estado
						Batería recargable de litio	1	Funcional
						Válvula exhalatoria	1	Funcional
15	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3751	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se	Cable Ac.	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional

					entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
16	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3752	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
17	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3818	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
18	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3982	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional

						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
19	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3992	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
20	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4007	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
21	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4008	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional

						Brazo Soporte	1	Funcional
22	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4010	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4019	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
24	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4021	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
25	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4026	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en	Cable Ac	1	Funcional
						Batería De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional

					correcto funcionamiento.	Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
26	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4029	Se enciende el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en correcto funcionamiento.	Cable Ac	1	Funcional
						Bateria De Litio	1	Funcional
						Cable Troncal Ecg	1	Funcional
						Cable Ecg 5 Leads	1	Funcional
						Manguera NIBP Con Brazalete	1	Funcional
						Sensor Spo2	1	Funcional
						Interfaz Spo2	1	Funcional
						Sensor De T°	1	Funcional
						Cable De Gasto Cardiaco	1	Funcional
						Cable De Presión Invasiva	2	Funcional
						Brazo Soporte	1	Funcional
27	CÁNULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248233	Equipo Operativo y Funcional	Filtro De Aire		Buen estado
						Base Rodable		Buen estado
						Cable AC		Buen estado
						Circuito de Desinfección		Buen estado
						Maletín de transporte		Buen estado
						Manual de desinfección		Buen estado
						Manual de Usuario		Buen estado
						Guías rápidas		Buen estado
28	CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248234	Equipo Operativo y Funcional	Filtro De Aire		Buen estado
						Base Rodable		Buen estado
						Cable AC		Buen estado
						Circuito de Desinfección		Buen estado
						Maletín de transporte		Buen estado
						Manual de desinfección		Buen estado
						Manual de Usuario		Buen estado
						Guías rápidas		Buen estado
29	CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248235	Equipo Operativo y Funcional	Filtro De Aire		Buen estado
						Base Rodable		Buen estado
						Cable AC		Buen estado
						Circuito de Desinfección		Buen estado
						Maletín de transporte		Buen estado

						Manual de desinfección: Buen estado Manual de Usuario: Buen estado Guías rápidas: Buen estado
30	CANULAS DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AERVO 2	210218248236	Equipo Operativo y Funcional.	Filtro De Aire: Buen estado Base Rodable: Buen estado Cable AC: Buen estado Circuito de Desinfección: Buen estado Maletin de transporte: Buen estado Manual de desinfección: Buen estado Manual de Usuario: Buen estado Guías rápidas: Buen estado

Se deja constancia, que la tecnología biomédica relacionada anteriormente, se encuentra en buen estado de físico y funcionamiento, razón por la cual se hace entrega a conformidad a la CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA EN SALUD "CUNCITS" de acuerdo con lo señalado en la presente acta y se emite por parte de Almacén General de la SDS, el comprobante de salida de bienes, con número de egreso: 202400034, con fecha de aprobación del 26 de Diciembre de 2024.

Asimismo, se hizo entrega de la documentación técnica (Física y Digital) que hace parte integral de la tecnología biomédica, la cual contiene lo siguiente:

Réportes de Mantenimiento Preventivo Físicos	SI
Certificados de Calibración	SI
Declaración de Importación	SI
Manuales de los equipos	SI
Registro Sanitario	SI
Guías Rápida (Instaladas en cada equipo)	SI

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Sebastián Mauricio Castro Pérez	coordinadorbiomedico@hun.edu.co	3904888 ext. 12002	Coordinador Biomédico Hospital Universitario Nacional	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
2	Victor Manuel Cuervo Garzón	vmcuervo@saludcapital.gov.co	3649090 Ext. 9024	Almacenista General SDS	
3	Carlos Fernando Meza Solís	cfmeza@saludcapital.gov.co	3005510039	Supervisor Contrato de Comodato No. 7150687	
4	Daniel Felipe Sánchez	dfsanchez@saludcapital.gov.co	3178869259	Subdirección de Bienes y Servicios	
5	Rocío Arias Vanegas	crarias@saludcapital.gov.co	3144205156	Subdirección de Bienes y Servicios	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	No ( )	