



VivaChek™ Eco BGMS

Cumplimiento de todos los requisitos
de En ISO 15197:2015



amaño **pequeño** Comportamiento **inteligente**



 Facilidad de uso	 Pantalla grande	 Diseño de un botón
 Codificación automática	 5 segundos de tiempo de prueba	 0,5 µL Muestra de sangre

Principio de funcionamiento: Determinación fotométrica de la glucosa mediante tinción de glucosa con oxidorreductasas, reacción mediante glucosa deshidrogenasa. Tiempo de medición: Aproximadamente 5 segundos. Aproximadamente 10 segundos (aplicación de sangre con tira reactiva fuera del medidor).




- ✓ **Tamaño compacto y diseño ergonómico** – cómodo de sostener
- ✓ **Pantalla grande** – fácil de leer
- ✓ **Paquete individual disponible** – más higiene y extiende la vida útil de las tiras de prueba a 24 meses
- ✓ **300 memorias con fecha y hora, y 7, 14, 30 días promedio**
- ✓ **Apagado automático en 2 minutos** después de la última acción

Especificaciones

Rango de prueba	10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L)
Calibración del resultado	Equivalentes de plasma
Tipo de muestra	Sangre capilar entera fresca
Enzima	Glucosa Oxidasa
Muestra	~0.5 µL
Tiempo de prueba	~5 segundos
Temperatura de operación	5°C - 45°C (41°F - 113°F)
Humedad de operación	10% - 90%
Peso	Aproximadamente 39 g (con la batería instalada)
Batería	Una(1)CR2032 3.0V pila de botón
Vida de la batería	Más de 1,000 pruebas
Memoria	300 resultados con fecha y hora
Apagar automático	120 segundos después de la última acción



Figuras avanzadas 8 electrodos



- Calibración de codificación (automática)
- Garantizar suficiente muestra
- Eliminar interferencia de temperatura
- Verificar el posible daño de la tira reactiva
- Verificar la exposición a la humedad