GRUPO No. 15. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

ITEM	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	PAIS FABRICANTE

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO

instrumento especialmente diseñado para el uso en el ejercicio de la odontología. Puede ser accionado manualmente a motor o de ambas maneras

ITEM	ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	No FOLIO
15	**16.1 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO / APLICADOR DE DYCAL (10 UNIDADES)**	**16.1.1 Generales**	a. Mango liso hexagonal			
			b. En acero inoxidable			
			c. esterilizable a vapor			
16	**16.2 ALVEOLÓTOMO O PINZA DE GUBIA (4 UNIDADES)**	**16.2.1 Generales**	a. De 16 cm En acero quirúrgico			
			b. esterilizable a vapor			
17	**16.3 ARCO DE YOUNG (4 UNIDADES)**	**16.3.1 Generales**	a. En acero inoxidable			
			b. esterilizable a vapor			
18	**16.4 CURETA DE LUCAS (6 UNIDADES)**	**16.4.1 Generales**	a. De doble extremo Número 85			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
19	**16.5 CK6 (2 UNIDADES)**	**16.5.1 Generales**	a. En acero inoxidable			
			b. esterilizable a vapor			
20	**16.6 CONDENSADOR A 25 (4 UNIDADES)**	**16.6.1 Generales**	a. Espaciador digital puntiagudo			
			b. Fabricado en acero inoxidable			
			c. Indicados para procedimientos de obturación en frio			
21	**16.7 CONDENSADOR A 30 4 UNIDADES)**	**16.7.1 Generales**	a. Espaciador digital puntiagudo			
			b. Fabricado en acero inoxidable			
			c. Indicados para procedimientos de obturación en frio			
22	**16.8 CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES (30 UNIDADES)**	**16.8.1 Generales**	a. Doble extremo Partes activas circulares Pequeñas con filo			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
23	**16.9 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 13-14 (4 UNIDADES)**	**16.9.1 Generales**	a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
24	**16.10 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 17-18 (4 UNIDADES)**	**16.10.1 Generales**	a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
25	**16.11 DENTIMETRO (4 UNIDADES)**	**16.11.1 Generales**	a. Reglilla con marquillas en alto relieve de 1mm a 50mm			
			b. En acero inoxidable			
			c. esterilizable a vapor			
26	**16.12 ELEVADOR ANGULADO (4 UNIDADES 2 DERECHOS Y 2 IZQUIERDOS)**	**16.12.1 Generales**	a. Mango liso hexagonal			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
27	**16.13 ELEVADOR BANDERA (4 UNIDADES 2 DERECHOS Y 2 IZQUIERDOS)**	**16.13.1 Generales**	a. Mango liso hexagonal			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
28	**16.14 ELEVADOR DE SELDING (4 UNIDADES)**	**16.14.1 Generales**	a. En acero inoxidable y/o acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
	16.15 ELEVADOR RECTO (15		a. Tamaño mediano.			

29	**16.15 ELEVADOR RECTO (15 UNIDADES GRUEGO Y 15 UNIDADES DELGADO)**	**16.15.1 Generales**	b. Mango liso hexagonal.			
			c. En acero quirúrgico			
			d. esterilizable a vapor			
30	**16.16 ESPÁTULA DE RESINA / FP3 (30 UNIDADES)**	**16.16.1 Generales**	a. Dobles con una parte final redondeada			
			b. Tamaño mediano			
			c. Mango liso hexagonal			
			d. En acero inoxidable			
			e. esterilizable a vapor			
31	**16.17 ESPATULA DE WARD NO 2 (8 UNIDADES)**	**16.17.1 Generales**	a. Número 2 Mango liso hexagonal			
			b. En acero inoxidable			
			c. esterilizable a vapor .			
32	**16.18 ESPATULA PARA CEMENTO (4 UNIDADES)**	**16.18.1 Generales**	a. doble extremo Una parte plana con los cantos redondos de +/- 6.0 mm.			
			b. Una parte plana acabada en punta de +/- 6.2 mm. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable.			
			d. esterilizable a vapor.			
33	**16.19 EXPLORADOR DE CONDUCTOS (16 UNIDADES)**	**16.19.1 Generales**	a. De doble extremo			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
34	**16.20 EXPLORADOR DOBLE EXTREMO NO.5 (30 UNIDADES)**	**16.20.1 Generales**	a. Número 5			
			b. Doble extremo			
			c. Mango liso hexagonal En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
35	**16.21 FORCEPS 150 PEDIATRICO (6 UNIDADES)**	**16.21.1 Generales**	a. Parte activa fina			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
36	**16.22 FORCEPS 151 PEDIATRICO (6 UNIDADES)**	**16.22.1 Generales**	a. Parte activa fina			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
37	**16.23 FORCEPS 16 ADULTO (6 UNIDADES)**	**16.23.1 Generales**	a. Parte activa fina			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
38	**16.24 FORCEPS 24 ADULTO (6 UNIDADES)**	**16.24.1 Generales**	a. Parte activa fina			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
39	**16.25 FORCEPS 69 ADULTO (6 UNIDADES)**	**16.25.1 Generales**	a. Parte activa fina			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
40	**16.26 JERINGAS CÁRPULAS CON ASPIRACIÓN (8 UNIDADES)**	**16.26.1 Generales**	a. Con auto aspiración			
			b. En acero inoxidable			
			c. esterilizable a vapor			
41	**16.27 LIMAS PARA HUESO RECTAS (2 UNIDADES)**	**16.27.1 Generales**	a. Con una parte activa para limar hueso			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero quirúrgico			
			d. esterilizable a vapor			
42	**16.28 MANGO CON ESPEJO BUCAL NO.5. (30 UNIDADES)**	**16.28.1 Generales**	a. Rosca Sencilla número 5			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. Compatible con espejo número 5			
			d. acero inoxidable			
			e. esterilizable a vapor			
43	**16.29 MANGO PARA BISTURÍ NO. 3 (4 UNIDADES)**	**16.29.1 Generales**	a. Mango número 3			
			b. Mango plano de 12cm			
			c. En acero quirúrgico			
			d. esterilizable a vapor			
44	**16.30 PERFORADOR (2 UNIDADES)**	**16.30.1 Generales**	a. En acero inoxidable			
			b. esterilizable a vapor			
45	**16.31 PERIOSTOTOMO (4 UNIDADES)**	**16.31.1 Generales**	a. Con mango y dos partes activas Tamaño mediano			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero quirúrgico			
			d. esterilizable a vapor.			

46	**16.32. PINZA KELLY CURVA (4 UNIDADES)**	**16.32.1 Generales**	a. En acero quirúrgico sin dientes			
			b. Con cierre tipo cremallera de precisión			
			c. esterilizable a vapor			
47	**16.33 PINZAS ALGODONERAS ESTRIADAS (30 UNIDADES)**	**16.33.1 Generales**	a. Pinza de 15 cm para algodón			
			b. Estriada			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor.			
48	**16.34 PORTABANDA - PORTA MATRIZ (10 UNIDADES)**	**16.34.1 Generales**	a. Formato Universal			
			b. Tornillo terminado en punta			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
49	**16.35 PORTA AGUJAS (4 UNIDADES)**	**16.35.1 Generales**	a. De mango con cremallera			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
50	**16.36 PORTA GRAPA (4 UNIDADES)**	**16.36.1 Generales**	a. En acero quirúrgico			
			b. esterilizable a vapor			
51	**16.37 SELLADORA DE MINESOTA (SEPARADOR MINESOTA) (4 UNIDADES)**	**16.37.1 Generales**	a. En acero inoxidable y/o acero quirúrgico			
			b. Longitud de 14 cm			
			c. esterilizable a vapor			
52	**16.38 SONDA DE WHO (30 UNIDADES)**	**16.38.1 Generales**	a. Con una sola parte activa Formada por un gancho recto Milimetrado para diagnóstico			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor.			
53	**16.39 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO (16 UNIDADES)**	**16.39.1 Generales**	a. Doble extremo - Un extremo en 1/2 circulo. - Un extremo recto Partes activas finas con medidas cada 2mm			
			b. Mango liso hexagonal			
			c. En acero inoxidable			
			d. esterilizable a vapor			
54	**16.40 TIJERA PARA RETIRAR SUTURA (4 UNIDADES)**	**16.40.1 Generales**	a. 14 cm			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			
55	**16.41 TIJERA PARA RETIRAR TEJIDO RECTA (4 UNIDADES)**	**16.41.1 Generales**	a. Con punta roma recta de 14 cm			
			b. En acero quirúrgico			
			c. esterilizable a vapor			

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
42	15	16	0

CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No FOLIO**
16.42 GARANTIA	**16.42.1 1 AÑO**			
	16.42.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.			
	16.42.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.			

	16.42.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.			
16.43 CERTIFICACION	Se requiere certificación ante fabrica que garantice la durabilidad y brillo de el instrumental odontológico.			
16.44. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.			
16.45 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo pasados los 8 meses de la entrega de los equipos a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo (incluyendo el afilado del instrumental que lo requiera). El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.			
CARACTERISTICAS AMBIENTALES	Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.			