Sello de Calidad

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CAMAS ELECTROMECÁNICAS DE HOSPITAL

Fabricado y Comercializado por **INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METÁLICAS S.A.S,** en la **Calle 2 No. 50 - 185, Medellín, Antioquia, Colombia**

Manufactured and Trader by **INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METÁLICAS S.A.S,** in the **Calle 2 No. 50 - 185, Medellín, Antioquia, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC-IEC 60601-1 (2005)

Equipo electromédico. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y el desempeño esencial.

Medical electrical Equipment Part 1 General requirements for basic safety and essential performance

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER633575
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-09-12
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-09-11
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METÁLICAS S.A.S

NTC-IEC 60601-1 (2005)

Anexo Certificado CSC -CER633575
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-09-12
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-09-11
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DOMETAL	CAMA ELECTRICA CON ACCESORIO	CAMAS ELECTRICAS	Ref: 72010100	Cama Hospitalaria Eléctrica construida en acero, con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación lectroestática, en colores incluidos en la gama del pantone. Tiene 4 planos, uno fijo y tres móviles, recubiertos por Lámina Pintada, Lámina Inoxidable y/o Plástico (ABS – Polietileno – Poliestireno – Polipropileno – Acrílico). Cabecero y Piecero desmontables, baranda de seguridad de doble sección. Comandos Electrónicos: Manual, Baranda, Piecero y/o Pedal. Ruedas con bloqueo central y direccional. Baterías Integradas VRLA. Voltaje de alimentación: 100- 240 VAC 50-60 HZ	Calle 2 No. 50 - 185, Medellín, Antioquia, Colombia

INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METÁLICAS S.A.S

NTC-IEC 60601-1 (2005)

Anexo Certificado CSC -CER633575
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-09-12
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-09-11
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
DOMETAL	CAMA ELECTRICA CON ACCESORIO	CAMAS ELECTRICAS	Ref: 72010100	Cama Hospitalaria Eléctrica construida en acero, con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación lectroestática, en colores incluidos en la gama del pantone. Tiene 4 planos, uno fijo y tres móviles, recubiertos por Lámina Pintada, Lámina Inoxidable y/o Plástico (ABS – Polietileno – Poliestireno – Polipropileno – Acrílico). Cabecero y Piecero desmontables, baranda de seguridad de doble sección. Comandos Electrónicos: Manual, Baranda, Piecero y/o Pedal. Ruedas con bloqueo central y direccional. Baterías Integradas VRLA. Voltaje de alimentación: 100- 240 VAC 50-60 HZ	Calle 2 No. 50 - 185, Medellín, Antioquia, Colombia