CONTRATO NÚMERO: 1.220.17.13-9817 **FECHA:** 08-08-2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

CONTRATISTA: CM Y COMPAÑIA LIMITADA

VALOR: CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($40.055.400)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500009521 del 25/01/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500038628 del 12-08-2024

FUENTE DE FINANCIACION:
Fondo: 12322901 - Part y der expl monop lic...Rent Ced CSF
Centro Gestor: 1106 - SECRETARIA DE SALUD
Posición Presupuestaria: 2-320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
Área Funcional: 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
Elemento PEP: PI30-102347/1/1/03/08 - Dotar con suministros el laboratorio de salud
Cuenta Mayor: 5502160019 - Mantenimiento y Reparación de Equipos medico.

SUPERVISOR Y/OINTERVENTOR: JUAN CARLOS CARMONA ARANGO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, EN LAS MAGNITUDES DE PH, CONDUCTIVIDAD, LONGITUD DE ONDA, CÁMARAS ISOTÉRMICAS DE FRIO, MASA, VOLUMEN, TERMOMÉTRICOS, CÁMARAS ISOTÉRMICAS DE CALOR Y TIEMPO CON UN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO EN LA NORMA ISO/1EC 17025:2017 POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA.

Los suscritos JUAN CARLOS CARMONA ARANGO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.516.354, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, LUZ NELLY GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.221.333, representante legal de CM Y COMPAÑIA LIMITADA obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en la instalación del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

El contratista CM Y COMPAÑIA LIMITADA realizó la calibración y entrega de certificados para el Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca como se relaciona a continuación.

ID	Ítem	Unidad
1	CALIBRACIÓN(CONTRATO No. 1.220-17.13-9817 OBJETO: CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, EN LAS MAGNITUDES DE PH, CONDUCTIVIDAD, LONGITUD DE ONDA, CAMARAS ISOTERMICAS DE FRIO, MASA, VOLUMEN, TERMOMETRICOS, CAMARAS ISOTERMICAS DE CALOR Y TIEMPO CON UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO EN LA NORMA ISO/IEC 170252017 POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA.)-Ref: S1-81141504	Servicio

GRUPO 2

			CÁMARAS ISOTÉRMICAS DE FRÍO	
CODIGO DEL EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SERIE
AA-036	NEVERA	ICOMAGER	NA	NA
AA-041	NEVERA	METHER	MPC5V415	2335000408MPC-5V415
AFA-010	NEVERA	ICOMAGER	NA	ICR-52
AFA-011	NEVERA	ICOMAGER	ICR-10	SD
CD-016	NEVERA	QLS	CR23-A-SSA-(DER)	170921143
CD-033	NEVERA	METHER	MPC5V415	2332000101MPC-5V415
EN-037	NEVERA	METHER	MPC5V415	2335000608MPC-5V415
MB-016	CONGELADOR	SANYO	HF-5017	111001588
MC-022	NEVERA	SANYO	SR14110W	110900419
MC-094	NEVERA	CONGELAR	Vertical	SD
MC-120	CONGELADOR	THERMO SCIENTIFIC	04LFEETSA	1163447501191031
MC-130	NEVERA	METHER	MPC5V415	2335000208MPC-5V415
MC-132	NEVERA	METHER	MPC5V415	2335000508MPC-5V415
PA-018	NEVERA	ICOMAGER	ICR-56	11828
RC-022	NEVERA	ICMG	SD	SD
VI-023	NEVERA	CHALLENGER	CR152 TITANIUM	180312-01613
VI-027	ULTRACONGELADOR	PANASONIC	NDF-U-33V-PA	16110353
VI-070	CONGELADOR	CHALLENGER	CV 430	SD
VI-080	NEVERA	METHER	MPC5V415	2332000201MPC-5V415
VI-081	NEVERA	METHER	MPC5V415	2335000308MPC-5V415
IN-099	NEVERA	ARCTIKO	LR 700 ST	1128801
MB-070	ULTRACONGELADOR	ARCTIKO	ULUF 125	0523 1122664
PA-32	NEVERA	ARCTIKO	LR 700 ST	1128803
VI-088	NEVERA	ARCTIKO	LR 700 ST	1128802


GRUPO 4

				VOLUMETRICO
CODIGO DEL EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SERIE
AFA-V-008	MICROPIPETA	BRAND	704780	19E73532
AL-V-003	DISPENSADOR	BRAND	DISPENSETTE	17L27602
IN-V-001	MICROPIPETA	BRAND	704770	12Z4507
IN-V-006	MICROPIPETA	BRAND	704774	10Z6624
MC-V-019	MICROPIPETA	THERMO SCIENTIFIC	Finnipette F2	OU29873
MC-V-020	MICROPIPETA	THERMO SCIENTIFIC	Finnipette F2	MJ00549
MC-V-029	MICROPIPETA	BRAND	705880	21B24063
MC-V-032	MICROPIPETA	BIOMERIEUX	V1222	12620495
MC-V-033	MICROPIPETA	ISOLAB	001.02.901	NA
PA-V-001	MICROPIPETA	BOECO	SD	6089712
PA-V-002	MICROPIPETA	BOECO	SD	60719717
RC-V-005	MICROPIPETA	BRAND	704780	17k13427
VI-V-005	MICROPIPETA	BRAND	704770	07N12914
VI-V-006	MICROPIPETA MULTICANAL	ACUMAX	PRO	IC465056
VI-V-024	MICROPIPETA MULTICANAL	BRAND	703708	18J08656
VI-V-035	MICROPIPETA	BRAND	704778	18E28212
VI-V-042	MICROPIPETA	BRAND	Transferpette S	21H25671
VI-V-043	MICROPIPETA	BRAND	Transferpette S	21H25673
VI-V-044	MICROPIPETA	BRAND	Transferpette S	21J38610

GRUPO 6

CÁMARAS ISOTÉRMICAS I				
CODIGO DEL EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SERIE
AL-026	ESTUFA DE VACIO	NAPCO	5851	602072132
AL-079	MUFLA	CENTRICOL	SD	0645
AL-081	MUFLA	TERRIGENO	D8	1483
AL-085	BLOQUE DE CALENTAMIENTO	TALBOYS	TALBOYS	81009004
MB-017	CUARTO CALIENTE	SPK	TC45	SD
MB-004	INCUBADORA	BINDER	BD-53UL	10-11985
MC-005	INCUBADORA	BINDER	BD115UL	0913748
MC-023	BAÑO MARÍA	LAUDO	AQUALINE AL5	LCB4724-10-0029
VI-035	INCUBADORA	BINDER	BD-53UL	09-07556

CERTIFICADOS



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion

No. V-1105-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

DIRECCIÓN: CARRERA 76 N° 4 - 30

CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO: PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE

FABRICANTE: BOECO GERMANY

MODELO: SD

NÚMERO SERIAL: 6089712

CÓDIGO: PA-V-002

INTERVALO DE MEDICIÓN: 5 µL a 50 µL

RESOLUCIÓN: 0,5 µL

UBICACIÓN: PARASITOLOGIA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion

No. V-1101-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

DIRECCIÓN: CARRERA 76 N° 4 - 30

CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO: PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE

FABRICANTE: BOECO GERMANY

MODELO: SD

NÚMERO SERIAL: 6071917

CÓDIGO: PA-V-001

INTERVALO DE MEDICIÓN: 100 µL a 1000 µL

RESOLUCIÓN: 5 µL

UBICACIÓN: PARASITOLOGIA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion
Certificate of Calibration

No. V-1104-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE Manufacturer	THERMO SCIENTIFIC
MODELO Model	FINNPIPETTE F2
NÚMERO SERIAL Resolution	MU00549
CÓDIGO Code	MC-V-020
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	10 µL a 100 µL
RESOLUCIÓN Scale Interval	0,2 µL
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion
Certificate of Calibration

No. V-1100-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE Manufacturer	BIOMERIEUX
MODELO Model	V1222
NÚMERO SERIAL Resolution	12620495
CÓDIGO Code	MC-V-032
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	280 µL
RESOLUCIÓN Scale Interval	1
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion
Certificate of Calibration

No. V-1102-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE Manufacturer	THERMO SCIENTIFIC
MODELO Model	FINNPIPETTE F2
NÚMERO SERIAL Resolution	OU29873
CÓDIGO Code	MC-V-102
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	20 µL a 200 µL
RESOLUCIÓN Scale Interval	0,2 µL
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion
Certificate of Calibration

No. V-1103-24

Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE Manufacturer	BRAND
MODELO Model	TRANSFEPETTE S
NÚMERO SERIAL Resolution	21B24063
CÓDIGO Code	MC-V-029
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN Scale Interval	0,001 µL
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración
Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-447-24

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	NEVERA
FABRICANTE Manufacturer	ARTIKO
MODELO Model	LR 700 ST
NÚMERO SERIAL Serial Number	1128803
CÓDIGO Code	PA-32
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	PARASITOLOGIA



CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración
Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. BT-076-24

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	BAÑO MARIA
FABRICANTE Manufacturer	LAUDA
MODELO Model	AQUALINE SL5
NÚMERO SERIAL Serial Number	LCB4724-10-0029
CÓDIGO Code	MC-023
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	AMBIENTE a 100 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-449-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	METHER
MODELO	MPC5V415
NÚMERO SERIAL	2332000308MPC-5V415
CÓDIGO	VI-081
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-448-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	METHER
MODELO	MPC5V415
NÚMERO SERIAL	2332000201MPC-5V415
CÓDIGO	VI-080
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-451-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	INCUBADORA
FABRICANTE	BINDER
MODELO	BD 53-UL
NÚMERO SERIAL	10-11985
CÓDIGO	MB-004
INTERVALO DE MEDICIÓN	AMBIENTE a 100°C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-450-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	ARTIKO
MODELO	LR 700 ST
NÚMERO SERIAL	1128802
CÓDIGO	VI-088
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-454-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	CUARTO CALIENTE
FABRICANTE	SPK
MODELO	TC45
NÚMERO SERIAL	NA
CÓDIGO	MB-017
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-453-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	QLS
MODELO	CR23-A-SSA-(DER)
NÚMERO SERIAL	NA
CÓDIGO	CD-016
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	RECEPCION DE AGUAS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-452-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	METHER
MODELO	MPC5V415
NÚMERO SERIAL	2332000101MPC-5V415
CÓDIGO	CD-033
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	RECEPCION DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-456-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	ARTIKO
MODELO	LR 700 ST
NÚMERO SERIAL	1128801
CÓDIGO	IN-09
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	INMONOLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-455-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	ICOMAGER
MODELO	NA
NÚMERO SERIAL	NA
CÓDIGO	AA-036
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	ABSORCION ATOMICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-458-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	ICMG
MODELO	NA
NÚMERO SERIAL	NA
CÓDIGO	RC-22
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	RESIDUOS Y CONTAMINANTES

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-457-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	METHER
MODELO	MPC5V415
NÚMERO SERIAL	2335000408MPC-5V415
CÓDIGO	AA-041
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	ABSORCION ATOMICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-460-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	CONGELADOR
FABRICANTE	CHALLENGER
MODELO	CV430
NÚMERO SERIAL	NA
CÓDIGO	VI-070
INTERVALO DE MEDICIÓN	0 °C a -30 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	RECEPCION ZOONOSIS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-459-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	NEVERA
FABRICANTE Manufacturer	ICOMAGER
MODELO Model	ICR-52
NÚMERO SERIAL Serial Number	NA
CÓDIGO Code	AFA-010
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	FISICOQUIMICO DE AGUAS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-462-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	NEVERA
FABRICANTE Manufacturer	METHER
MODELO Model	MPC5V415
NÚMERO SERIAL Serial Number	2335000608MPC-5V415
CÓDIGO Code	EN-037
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	ENTOMOLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-461-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	NEVERA
FABRICANTE Manufacturer	SANYO
MODELO Model	SR14110W
NÚMERO SERIAL Serial Number	110900419
CÓDIGO Code	MC-022
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-464-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	CONGELADOR
FABRICANTE Manufacturer	SANYO
MODELO Model	HF-5017
NÚMERO SERIAL Serial Number	11101588
CÓDIGO Code	MB-139
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	0 °C a -30 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-463-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	NEVERA
FABRICANTE Manufacturer	METHER
MODELO Model	MPC5V415
NÚMERO SERIAL Serial Number	2335000508MPC-5V415
CÓDIGO Code	MC-132
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 3

No. MI-466-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	CUARTO FRIO
FABRICANTE Manufacturer	NA
MODELO Model	NA
NÚMERO SERIAL Serial Number	NA
CÓDIGO Code	MB-018
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA Scale Interval	0,1 °C
UBICACIÓN Location	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-465-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	METHER
MODELO	MPC5V415
NÚMERO SERIAL	2335000208MPC-5V415
CÓDIGO	MC-130
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-468-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	CONGELADOR
FABRICANTE	THERMO SCIENTIFIC
MODELO	04LFEETSA
NÚMERO SERIAL	1163447501191031
CÓDIGO	MC-120
INTERVALO DE MEDICIÓN	0 °C a -30 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-467-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	INCUBADORA
FABRICANTE	BINDER
MODELO	BD 115-UL
NÚMERO SERIAL	09-13748
CÓDIGO	MC-005
INTERVALO DE MEDICIÓN	AMBIENTE °C a 100 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-470-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	NEVERA
FABRICANTE	CHALLENGER
MODELO	CR152 TITANUM
NÚMERO SERIAL	UALK180312-01613
CÓDIGO	VI-023
INTERVALO DE MEDICIÓN	2 °C a 8 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	VIROLOGIA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

No. MI-469-24

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 N° 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	INCUBADORA
FABRICANTE	BINDER
MODELO	BD 115-UL
NÚMERO SERIAL	02-29911
CÓDIGO	MC-123
INTERVALO DE MEDICIÓN	AMBIENTE °C a 100 °C
DIVISIÓN DE ESCALA	0,1 °C
UBICACIÓN	MICROBIOLOGIA CLINICA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibracion

No. V-1160-24

Página 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE	BRAND
MODELO	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL	21H25671
CÓDIGO	VI-V-042
INTERVALO DE MEDICIÓN	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN	1 µL
UBICACIÓN	VIBROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1161-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	21H25673
CÓDIGO / Code	VI-V-044
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	1 µL
UBICACIÓN / Location	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1162-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	19E73532
CÓDIGO / Code	AFA-V-008
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	1 µL
UBICACIÓN / Location	FISICOQUIMICO DE AGUAS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1163-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRSNSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	19H26781
CÓDIGO / Code	VI-V-021
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	1 µL
UBICACIÓN / Location	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1164-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	17K13427
CÓDIGO / Code	RC-V-005
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	100 µL a 1000 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	1 µL
UBICACIÓN / Location	RESIDUOS Y CONTAMINANTES

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1165-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	DISPENSETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	17L27602
CÓDIGO / Code	AL-V-003
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	1 mL a 5 mL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	0,2 mL
UBICACIÓN / Location	FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1166-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	DISPENSADOR DE DESCARGA UNICA
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	DISPENSETTE
NÚMERO SERIAL / Resolution	10E23644
CÓDIGO / Code	AL-V-008
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	1 mL a 10 mL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	0,2 mL
UBICACIÓN / Location	FISICOQUIMICO DE ALIMENTOS

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1167-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE
NÚMERO SERIAL / Resolution	21J38610
CÓDIGO / Code	VI-V-044
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	20 µL a 200 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	0,2 µL
UBICACIÓN / Location	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1168-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	18E28212
CÓDIGO / Code	VI-V-035
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	20 µL a 200 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	0,2 µL
UBICACIÓN / Location	VIROLOGIA

CM y cia. ltda. ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-016

Certificado de Calibracion — Certificate of Calibration — **No. V-1169-24** — Pagina 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN / Adress	CARRERA 76 NO. 4 - 30
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	PIPETA TIPO PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
FABRICANTE / Manufacturer	BRAND
MODELO / Model	TRANSFERPETTE S
NÚMERO SERIAL / Resolution	19G94712
CÓDIGO / Code	AA-V-006
INTERVALO DE MEDICIÓN / Measurement Interval	20 µL a 200 µL
RESOLUCIÓN / Scale Interval	0,2 µL
UBICACIÓN / Location	ABSORCION ATOMICA

CM y cia. ltda.

PLANILLA SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
FA-0091-PA-0015
Revisión 09

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE — FECHA: 2024-12-18
DIRECCIÓN: CARRERA 76 N- 4-30 — CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

NÚMERO DE CERTIFICADO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO / INVENTARIO	PUNTO (S) CALIBRADO (S)	AJUSTE SI	AJUSTE NO	OBSERVACIONES
MI-465-24	NEVERA	MEMMERT	MR-5415	2335000 2084MPC-5415	MC-130	5°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
BT-BK-24	BAÑO MARIA	LAUDA	AQUALINE AL5	LCB 4724-B 0024	MC-023	45°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA

RECIBIDO POR: — ELABORADO POR: — AUTORIZADO POR:

Carrera 25 No 70-07 PBX (601) 541 1926 316 691 3051 – 316 024 6262
E-MAIL: dirtecnico@cmycialtda.com – dircomercial@cmycialtda.com – www.cmycialtda.com
Bogotá - Colombia

CM y cia. ltda.


PLANILLA SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
FA-0091-PA-0015
Revisión 09

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE — FECHA: 2024-12-19
DIRECCIÓN: CARRERA 76 N- 4-30 — CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

NÚMERO DE CERTIFICADO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO / INVENTARIO	PUNTO (S) CALIBRADO (S)	AJUSTE SI	AJUSTE NO	OBSERVACIONES
MI-466-24	CUARTO FRIO	NA	NA	NA	AD-018	5°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
MI-467-24	INCUBADORA	BINDER	BD-115L	09-13748	MC-003	25°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
MI-468-24	CONGELADOR	THERMO SCIENTIFIC	04 LFREE 3A	110344956 191031	MC-120	-20°C	~	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
MI-469-24	INCUBADORA	BINDER	BD-115 CL	02-29911	MC-123	37°C	X	-	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
MI-470-24	NEVERA	CHALLENGER	CR 152 TITANIUM	OMLK 18030 01613	VI-023	°C	-	X	UBICACION VIROLOGIA

RECIBIDO POR: — ELABORADO POR: — AUTORIZADO POR:

Carrera 25 No 70-07 PBX (601) 541 1926 316 691 3051 – 316 024 6262
E-MAIL: dirtecnico@cmycialtda.com – dircomercial@cmycialtda.com – www.cmycialtda.com
Bogotá - Colombia



CM y cía. Ltda.


PLANILLA SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
FA-0091-PA-0015
Revisión 09

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE — FECHA: 2024-12-17
DIRECCIÓN: CARRERA 36 N: 4-30 — CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

NÚMERO DE CERTIFICADO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO / INVENTARIO	PUNTO (S) CALIBRADO (S)	AJUSTE SI	AJUSTE NO	OBSERVACIONES
M1-462-24	NEVERA	METHER	MRC5V415	233000601 MRC-5V415	CD-033	4 °C	-	X	SERVICIO N: 352-24 UBICACION RECEPCION DE ALIMENTOS
M1-463-24	NEVERA	QLS	CRJ3-A-35A (DOR)	NA	CD-016	4°C	-	X	UBICACION RECEPCION DE AGUAS.
M1-464-24	CUARTO CALIENTE	SPIR	TC45	NA	MB-017	36°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
M1-465-24	NEVERA	ICOMAGR	NA	NA	AA-036	4°C	-	X	UBICACION ABSORCION ATOMICA
M1-466-24	NEVERA	ARTIKO	LR 700 SI	1128802	M-99	5°C	-	X	UBICACION MICOLOGIA

RECIBIDO POR: — ELABORADO POR: — AUTORIZADO POR:

Carrera 25 No 70-07 PBX (601) 541 1926 316 691 3051 - 316 024 6262
E-MAIL: dirtecnico@cmycialtda.com - dircomercial@cmycialtda.com - www.cmycialtda.com
Bogotá - Colombia



CM y cía. Ltda.


PLANILLA SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
FA-0091-PA-0015
Revisión 09

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE — FECHA: 2024-12-17
DIRECCIÓN: CARRERA 36 N: 4-30 — CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

NÚMERO DE CERTIFICADO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO / INVENTARIO	PUNTO (S) CALIBRADO (S)	AJUSTE SI	AJUSTE NO	OBSERVACIONES
M1-467-24	NEVERA	METHER	MRC5V415	233500 0608 MRC5V 415	AA-041	5 °C	-	X	UBICACION ABSORCION ATOMICA
M1-468-24	NEVERA	ICMG	NA	NA	RC-22	5°C	-	X	UBICACION RESIDUOS Y CONTAMINANTES
M1-469-24	NEVERA	ICOMAGR	ICR-52	NA	AFA-010	4°C	-	X	UBICACION FISICOQUIMICO DE AGUAS

RECIBIDO POR: — ELABORADO POR: — AUTORIZADO POR:

Carrera 25 No 70-07 PBX (601) 541 1926 316 691 3051 - 316 024 6262
E-MAIL: dirtecnico@cmycialtda.com - dircomercial@cmycialtda.com - www.cmycialtda.com
Bogotá - Colombia



CM y cía. Ltda.

PLANILLA SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
FA-0091-PA-0015
Revisión 09

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE — FECHA: 2024-12-18
DIRECCIÓN: CARRERA 36 N: 4-30 — CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

NÚMERO DE CERTIFICADO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO / INVENTARIO	PUNTO (S) CALIBRADO (S)	AJUSTE SI	AJUSTE NO	OBSERVACIONES
M1-460-24	CONGELADOR	CHALLENGER	CU430	NA	VI-040	-30 °C	-	X	UBICACION RECEPCION ZOONOSIS.
M1-461-24	NEVERA	SANYO	SR 1411DW	11090049 BARE	MC-022	5 °C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
M1-462-24	NEVERA	METHER	MRC5V415	233000665 BARE-5V415	EN-037	5 °C	-	X	UBICACION ENTOMOLOGIA.
M1-463-24	NEVERA	METHER	MRC5V415	2335000 508 MRC-5V415	MC-132	5°C	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA
M1-464-24	CONGELADOR	SANYO	HF-5017	11110588	MB-138	-20	-	X	UBICACION MICROBIOLOGIA CLINICA

RECIBIDO POR: — ELABORADO POR: — AUTORIZADO POR:

Carrera 25 No 70-07 PBX (601) 541 1926 316 691 3051 - 316 024 6262
E-MAIL: dirtecnico@cmycialtda.com - dircomercial@cmycialtda.com - www.cmycialtda.com
Bogotá - Colombia

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió en un 100% con las actividades descritas en el contrato.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 40.055.400
Valor ejecutado:	$ 40.055.400
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 40.055.400
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales	$ 0
Interés moratorio:	$ 0
Total, pagado:	$ 0
Saldo a favor de El Contratista:	$ 40.055.400
Saldo a favor de El Departamento:	$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, el 26 de diciembre de 2024. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).

Nombre: JUAN CARLOS CARMONA ARANGO
C.C: 15.516.354
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

LUZ NELLY GONZALEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por LUZ NELLY GONZALEZ MARTINEZ
Fecha: 2024.12.26 11:01:14 -05'00'

Nombre: LUZ NELLY GONZALEZ
C.C: 52.221.333
CONTRATISTA