	FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE DISPOSITIVOS	CÓDIGO: AP-AT-F-96
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTE TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 05/11/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

NOMBRE DEL DISPOSITIVO:	MATERIAL IMPLANTABLE
FABRICANTE:	OC 001-2025
MARCA:	SEGÚN CORRESPONDA
MODELO O LOTE:	SEGÚN CORRESPONDA
CLASIFICACIÓN RIESGO:	IIB
UBICACIÓN:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
UNIDAD:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PROMED QUIRÚRGICOS			Logistica para dispositivos médicos SAS			SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
CLAVO DE TIBIA CON INSTRUMENTAL PARA TIBIA ABORDAJE SUPRAPATELAR CON DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE					NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO DE TIBIA CON INSTRUMENTAL PARA TIBIA ABORDAJE TRANSPATELAR DE DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE					NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA CON GUIA DE BLOQUEO DISTAL NAVEGADA			NO APLICA			NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO UNIVERSAL PARA FÉMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS ANTEROGRADO MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	CUMPLE					NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO UNIVERSAL PARA FÉMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS RETROGRADO MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	CUMPLE					NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO CEFALOMEDULAR CON ANGULACIÓN DE 120 , 125 y 130 INCLUIDO LARGO	CUMPLE					NO APLICA	CUMPLE			
CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	CUMPLE					NO APLICA			NO APLICA	
PLACA TIBIA MALEOLO POSTERIOR 3.5MM		NO CUMPLE				NO APLICA	CUMPLE			
PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILÓN TIBIAL 3.5MM		NO CUMPLE			NO CUMPLE		CUMPLE			
PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL Y MALEOLO POSTERIOR 3.5MM		NO CUMPLE			NO CUMPLE		CUMPLE			

3. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:


Logistica para dispositivos médicos SAS:
La ficha técnica del ítem "PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILÓN TIBIAL 3.5MM" no registra el set completo para dar integralidad al sistema articulado con Maleolo Posterior
La ficha técnica del ítem " PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL Y MALEOLO POSTERIOR 3.5MM" no se evidencia información relacionada con el MALEOLO POSTERIOR.

Promed Quirúrgicos

La ficha técnica del ítem "PLACA TIBIA MALEOLO POSTERIOR 3.5MM" no corresponde a la medida solicitada, ficha evidenciada con diametro de 5.0mm
La ficha técnica del ítem "PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILÓN TIBIAL 3.5MM" no corresponde a la medida solicitada, ficha evidenciada con diametro de 5.0mm
La ficha técnica del ítem "PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL Y MALEOLO POSTERIOR 3.5MM" no corresponde a la medida solicitada, ficha evidenciada con diametro de 5.0mm

4. CONCEPTO TÉCNICO

CUMPLE / NO CUMPLE

DIEGO ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ	ORTOPEDISTA Y TRAUMATÓLOGO	
NOMBRE DE EVALUADOR Y FIRMA	CARGO	
ANDREA MARCELA HURTADO MENDOZA	INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	
NOMBRE DE EVALUADOR Y FIRMA	CARGO	
MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO	INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	
NOMBRE DE EVALUADOR Y FIRMA	CARGO	

05/11/2024