



Innovamos y nos transformamos para cuidarte mejor

EVALUACION TECNICA PARA CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TOMÓGRAFO MODELO: AQUILION PRIME, RAYOS X MODELO: RADREX Y ECOGRAFO MODELO: NEMIO 20 DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

En concordancia con el contenido de la invitación para contratar la compra e instalación del tubo de rayos x y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tomógrafo modelo: aquilion prime, rayos x modelo: radrex y ecografo modelo: nemio 20 del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E, se procede a verificar los documentos de la propuesta presentada por la empresa: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

REQUISITO					EVALUACION																
a) Presentar propuesta económica firmada de acuerdo a las especificaciones técnicas del incluye la compra e instalación del tubo de rayos x y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tomógrafo modelo: aquilion prime, rayos x modelo: radrex y ecografo modelo: nemio 20 del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.					CUMPLE. El valor de la propuesta presentada se adapta al valor del presupuesto del Hospital, contenido en la Disponibilidad Presupuestal N°78 del 14 de enero de 2025																
DESCRIPCIÓN	No. DE PARTE	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL																	
TUBO DE RAYOS X	CXB-750G	1	COP \$563.000.000	COP \$563.000.000																	
			IVA	COP \$106.970.000																	
			TOTAL	COP \$669.970.000																	
<table><tr><th>Equipo</th><th>Visitas preventivas</th><th>Visitas Correctivas</th><th>Valor mano de obra</th></tr><tr><td>Rayos X Modelo: RADREX serie: G3C13Z2090</td><td>2</td><td>Ilimitadas, las requeridas</td><td>\$ 9.889.403 + IVA</td></tr><tr><td>Ecógrafo Modelo: NEMIO 20 SERIE: P5614442</td><td>2</td><td>Ilimitadas, las requeridas</td><td>\$ 11.743.666 + IVA</td></tr><tr><td>tomógrafo modelo AQUILION PRIME serie SCA2012071</td><td>3</td><td>Ilimitadas, las requeridas</td><td>\$ 70.381.329 + IVA</td></tr></table>					Equipo	Visitas preventivas	Visitas Correctivas	Valor mano de obra	Rayos X Modelo: RADREX serie: G3C13Z2090	2	Ilimitadas, las requeridas	\$ 9.889.403 + IVA	Ecógrafo Modelo: NEMIO 20 SERIE: P5614442	2	Ilimitadas, las requeridas	\$ 11.743.666 + IVA	tomógrafo modelo AQUILION PRIME serie SCA2012071	3	Ilimitadas, las requeridas	\$ 70.381.329 + IVA	
Equipo	Visitas preventivas	Visitas Correctivas	Valor mano de obra																		
Rayos X Modelo: RADREX serie: G3C13Z2090	2	Ilimitadas, las requeridas	\$ 9.889.403 + IVA																		
Ecógrafo Modelo: NEMIO 20 SERIE: P5614442	2	Ilimitadas, las requeridas	\$ 11.743.666 + IVA																		
tomógrafo modelo AQUILION PRIME serie SCA2012071	3	Ilimitadas, las requeridas	\$ 70.381.329 + IVA																		
b) Evidenciar experiencia mediante una certificación, contrato o factura relacionado con mantenimiento de los equipos objeto del contrato.					Cumple. Presenta copia de los contratos: (1) 166-2024 celebrado con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. POR VALOR DE \$100.198.695 IVA incluido. (2) 093 de 2024 celebrado con el Hospital Universitario de Santander por valor de \$503.027.925.																
c) Aportar carta o certificación del proveedor exclusivo del bien que pretende adquirir el Hospital.					Cumple. Entrega certificado de representación expedido por CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, en donde se acredita lo solicitado.																

WhatsApp: (+57) 312 821 1434
Teléfono: (002) 9380363

Call: 15 N° 17 A - 196
La Ladera - Popayán, Cauca
Colombia

www.hesusana.gov.co

VIGILADO Supersalud





Innovamos y nos transformamos para cuidarte mejor

Por lo anterior, se sugiere a la gerencia contratar con la empresa: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. identificado con Nit 860.350.543 - 9, para realizar la compra e instalación del tubo de rayos x y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tomógrafo modelo: aquilion prime, rayos x modelo: radrex y ecografo modelo: nemio 20 del Hospital Susana Lpoez de Valencia E.S.E, por el valor de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$779.467.133.) IVA INCLUIDO, al evidenciar el cumplimiento de los requisitos técnicos dados en la invitación a ofertar.

Se solicita a la oficina jurídica incluir la descripción de los productos objeto de la contratación y las obligaciones del contratista que se describieron en el estudio de necesidad, con el ánimo de fortalecer la supervisión del contrato.

Acta realizada en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, el 20 de enero de 2025.


JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN
Subdirector Administrativo


ING. PAUL EDUARDO MUÑOZ RODRIDUEZ
Afiliado Participe a ASIES- Apoyo Técnico

Elaboro y reviso: Ing. Lizeth Natalia Victoria M – Afiliado Participe a ASIES
Ing. Paul Eduardo Muñoz R – Afiliado Participe a ASIES

WhatsApp: (+57) 318 821 1493
Teléfono: (602) 3386363

Calle 13 N° 17 A -196
La Ladera- Popayán, Cauca
Colombia

 www.hosusana.gov.co

VIGILADO Supersalud    