ANEXO. No. 4
PROPUESTA ECONOMICA

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES
Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro
Flandes Tolima

REF.: INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-XXX-2024

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXX

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Cant</th><th>Valor unitario</th><th>Valor total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Turbidímetros Portátiles ISO 7027
<table>
<tr><td>Rango FTU</td><td>0.00 a 50.00 FTU *50 a 1000 FTU *</td></tr>
<tr><td>Resolución FTU</td><td>0,01 FTU* (0.00 a 50.00 FTU) 1 FTU (50 a 1000 FTU</td></tr>
<tr><td>Precisión</td><td>±0,5 FTU o ±5% de lectura cualquiera mayor</td></tr>
<tr><td>Calibración</td><td>Tres puntos (0 FTU, 10 FTU Y 500 FTU)</td></tr>
<tr><td>Fuente de luz</td><td>LED infrarrojo</td></tr>
<tr><td>Tipo de batería / vida</td><td>1.5V AA (4) /Aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones; auto apagado tras 5 minutos sin uso]</td></tr>
<tr><td>Ambiente</td><td>0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 95% sin condensación</td></tr>
<tr><td>Dimensiones</td><td>220 x 82 x 66 mm (8,7 x 3,2 x 2,6 pulgadas)</td></tr>
<tr><td>Peso</td><td>510 g (1,1 libras)</td></tr>
</table></td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Colorimetro portable cloro libre HC 0 a 2.5
<table>
<tr><td>Rango</td><td>0.00 a 2.50 ppm (Mg/L)</td></tr>
<tr><td>Resolución</td><td>0.01 ppm (Mg/L)</td></tr>
<tr><td>Precisión</td><td>±0.03 ppm ±3% de la lectura</td></tr>
</table></td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	Fuente de luz	LED @ 525 nm			
	Detector de luz	Fotocelda de silicio			
	Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% no condensante			
	Tipo de batería/duración	(1) 1.5V AAA			
	Apagado automático	Después de dos minutos sin uso y diez segundos después de leer			
	Dimensiones	81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")			
	Peso	64 g (2.25 oz.)			
	Método	Adaptación del método de USEPA 330.5, método DPD			
3	**Reactivos de Cloro Libre (25 tests)**		**1**		
4	**Checker Digital para Hierro**		**1**		
	Rango	0.00 a 5.00 ppm (mg/l)			
	Resolución	0.01 ppm (mg/l)			
	Precisión	LED @525 nm			
	Fuente de luz	LED @ 525 nm			
	Detector de luz fotómetro/colorímetro	Fotocelda de silicio			
	Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); H.R. max 95% no condensante			
	Tipo de batería/duración	(1) 1.5 V AAA			
	Apagado automático	Después de tres			

		y diez segundo después de leer			
	Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2" x 2.4" x 1.5")			
	Peso	64 g (2.25 oz.)			
5	**Set de Reactivos de Hierro (25 tests)**		**1**		
6	**Checker Manganeso Rango Alto**		**1**		
	Rango	0.0 a 20.0 ppm			
	Resolución	0.1 ppm			
	Exactitud Manganeso	±5% de la lectura ± 0.2 ppm			
	Método Manganeso	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método del Periodato. La reacción entre el manganeso y los reactivos provoca un color rosado en la muestra.			
	Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro	LED a 525 nm			
	Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro	Fotocelda de silicio			
	Tipo de Batería/Duración	(1) 1.5V AAA			
	Apagado Automático	Después de diez minutos de inactividad			
	Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 95% sin condensación			
	Peso	64 g (2.25 oz.)			
	Dimensiones	81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")			

7	**Reactivo para Checker Manganeso Rango Alto**	**1**		
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO				

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: EN LETRAS Y NUMEROS ($XXXXXXXXXXX)
(Nombre o *Razón Social*)
(*Firma del proponente o representante legal*)
(C.C. o *NIT*)

VALIDEZ DE LA OFERTA XXXXXXXXX DIAS
NOMBRE DEL PROPONENTE
C.C. o NIT
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO DE CONTACTO