



DIGITOP

Topografía Digital

Carrera 74 # 15 - 53 Pácora de Limonar
Tel: 4028623 Cel: 3002536324

CERTIFICADO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO

N-187-24

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO

MARCA: TOPCON

REFERENCIA: AT-G6

NÚMERO DE SERIE: 9M9567

CÓDIGOS -> 1=Correcto, Revisado 2=Ajustado, Reparado 3=No Aplica

Componente	Código	Componente	Código
Ajuste	2	Lecturas	1
Base Nivelante	2	Limpieza	2
Batería	1	Lubricación	1
Display	1	Movimiento Lento Horizontal	1
Distancia de Calibración	30m	Nivel Circular	2
Eje Central	1	Plomada Óptica	3
Enfoque	1	Retículos	1
Enfoque del Retículo	1	Rodamientos	1
Enfoque Mínimo	1	Sistema de Compensadores	1
Espejos	1	Verticalidad de Retículos	1
Iluminación	1		

Lecturas de Chequeo (Mts):

L1: 1.041

L2: 0.542

Dif. = 0.499

Dif. de Referencia: 0.499

Error: 0.000

Ajuste (Mts):

L1: 1.041

L2: 0.542

Dif. = 0.499

Dif. de Referencia: 0.499

Error: 0.000

DIGITOP Topografía Digital S.A.S. Certifica que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, ajustado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento del fabricante.

Fecha de Revisión: JULIO 12 de 2024

Pág. 1 de 2

Cra 74 # 15 - 53 Tel 4028623 Cel 3002536324 - 3006106705 informacion@digitopcolombia.com

AGRIMENSURA, AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ALCANTARILLADO, ALQUILER EQUIPOS, DIBUJO EN AUTOCAD EDIFICIOS, EQUIPOS GNSS, MANTENIMIENTO EQUIPOS, REPARACIÓN EQUIPOS, URBANISMO, VENTA EQUIPOS, VÍAS
digitopcolombia.com



DIGITOP

Topografía Digital

Carrera 74 # 15 - 53 Prados de Limonar
Tel: 4028623 Cel: 3002536324

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO
REFERENCIA: AT-G6

MARCA: TOPCON
NÚMERO DE SERIE: 9M9567

FECHA DE EXPEDICIÓN: JULIO 12 de 2024

FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN SUGERIDA: ENERO 12 de 2025

OBSERVACION: Asegúrese siempre de que su instrumento esté bien calibrado antes de hacer cualquier medición, Incluso aunque no haya usado el instrumento durante un periodo largo de tiempo, revíselo cada 6 meses o las veces que sean necesarias según la carga de trabajo.

DIGITOP Topografía Digital S.A.S. Certifica que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, ajustado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento según el manual del fabricante.

PATRONES DE TRAZABILIDAD UTILIZADOS:

- ESTACIÓN TOTAL KOLIDA KTS-442R10 (K144458): CALIBRADO ENERO 02 DEL 2024
- NIVEL AUTOMATICO LEICA NA-730 (5451899): CALIBRADO ENERO 02 DEL 2024

ADVERTENCIA: NINGUNA PERSONA O EMPRESA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MODIFICAR FECHAS Y/O CUALQUIER DATO AQUÍ SUMINISTRADO SO PENA DE INCURRIR EN SANSIONES PENALES Y/O ADMINISTRATIVAS POR EL DELITO DE FALSEAD.

Elaboro:

ALBERTO DURÁN
Jefe de laboratorio
Técnico en electrónica

DIGITOP
TOPOGRAFIA DIGITAL

Aprobó:

ANTONIO M. ALZATE
Gerente
Topógrafo

Pág. 2 de 2