



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202441450200030104

Fecha: 2024-12-24

TRD: 4145.020.14.12.466.003010

Rad. Padre: 202441450200030104

CARLOS EDUARDO PINZÓN FLÓREZ

Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud

Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

Asunto: Informe Entrega Parcial Contrato No. 4145.010.32.1.2416-2024 Proveedor:
Alternativa Social Colombia Nit 901608365-2

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud, enviamos informe de la entrega parcial de los elementos del Contrato No. 4145.010.32.1.2416-2024 suscrito con ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA NIT 901608365-2, cuyo objeto es “Adquirir insumos y elementos médico- veterinarios, suministros hospitalarios, materiales y equipos, que apoyen el mantenimiento y seguimiento de la cadena de frio del biológico antirrábico y alimento concentrado para los animales perros y gatos resultantes de las acciones de prevención y control de las zoonosis y vectores, en el desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA, Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONOTICO Y VECTORIAL EN SANTIAGO DE CALI FICHA BP 26005480”

Fecha en que el proveedor realizó entrega parcial 19 de diciembre de 2024

Se acordó con el Proveedor Alternativa Social Colombia, el día 19 de diciembre de 2024, la entrega de los elementos suscritos, en cumplimiento del Contrato No. 4145.010.32.1.2416-2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
1	Pistola medidor de temperatura con tecnología láser infrarrojo.	Pistola medidor de temperatura con tecnología láser infrarrojo. Resolución óptica (distancia a objetivo) de 12:1 Doble láser de enfoque del objetivo; autoescaneo; máx./mín./prom./dif.; alarma alta/baja; pantalla retroiluminada y función de apagado automático Protección ante caídas desde 6,6' (2 m) Rango de medición: -22 a 752 °F (-30 a 400 °C) No es un dispositivo médico; el termómetro NO se debe utilizar en personas ni animales.	Unidad	5





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
2	Termómetro de alcohol	Termómetro de alcohol porta vacunas, con base en acrílico. Escala de -10 a 110 °C	Unidad	21
3	Refrigerador horizontal	Refrigerador horizontal multizona con pared de hielo, Rango de Temperatura sobre 25°C a 43°C AMB +2 a +8 Capacidad de Vacuna (Litros) brutos 113 litros Consumo de Energía kWh/24 hrs, funcionamiento estables (cu. ft.) 0.71 kw conectado Dimensiones Externas (aprox) 84 x 72 x 70 cm Superficie exterior: Acero galvanizado pintado al horno Numero Canastillas 3 con código PQS,	Unidad	1
4	Congelador horizontal	Congelador Horizontal de 387 Litros Brutos Congelador dual, cuenta con opciones de congelador de 0°C a -18°C y refrigerador de 1°C a 5°C, cuerpo y tanque en lámina galvanizada prepintada más resistente al óxido.	Unidad	1
5	Nevera tipo caja térmica para transporte de biológico avalado por OMS	Neveras tipo caja térmica para transporte de biológico: Capacidad 22,4 litros - Avalado por la OMS Peso cargado completamente: 49,2 Kilos Peso vacío: 18,15 Kilos Material superficial externo: Polyethylene Material de revestimiento interno: Polyethylene Material del aislamiento: Polyurethane Grueso del aislamiento: 100 mm Dimensiones externas aproximadas: 77 x 61,5 x 51,5 cm Dimensiones internas aproximadas: 52 x 37 x 28,2 cm Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas: 44,8 x 29,8 x 16,8 cm Tipo de tapa y fijación: Bisagras fijas Numero de paquetes fríos incluidos: 31 de 0.6 litros Vida actual de frío sin abrir a 43°C + 1°C: 153,5 Horas PQS: E004/046	Unidad	2
6	Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS.	Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS. Peso Vacío: 1.8 Kilos Peso cargado: 6.5 Kilos Espesor Aislamiento: 25 - 35 mm Color Externo: Gris Dimensiones Externas: 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas: 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas: 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir: 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo:	Unidad	16



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
		Polipropileno Aislamiento: Poliuretano Paquetes fríos: 8 Tipo de Paquete frío: 400 cc Tapa Tipo: Removable Verification Protocol: PQS E004/VC01- VP.2 Código PQS: E004/032		
7	Prueba rápido virus de leucemia y SIDA felino	Kit X 10 unidades	Unidad	5
8	Prueba rápido virus de moquillo	Kit X 10 unidades	Unidad	5
9	Prueba de babesia, anaplasma y erlichia	Kit X 10 unidades	Unidad	3
10	Furosemida	Fco X 10 ml	Unidad	1
11	Gentamicina base 0,3 g/100 ml, mometasona furoato 0,1 g/100ml, clotrimazol 0,1 g/100ml. Tubo x 15 ml	Tubo X 15 ml	Unidad	2
12	Etamsilato 125 mg	Fco X 50 ml	Unidad	1
13	Doxapram clorhidrato 2 g.	Fco X 10 ml	Unidad	1
14	Adrenalina	Fco x 20 ml	Unidad	1
15	Ivermectina 1% inyectable	Fco x 50 ml	Unidad	1
16	Tabletas anticoccidias: Composición febendazol 500 mg, prazicuantel 50 mg, toltrazuril 150 mg	Caja X 30 tabletas	Unidad	40
17	Antiparasitario externo Amitrazal al 12,5 % para uso en aspersión	Frasco 1000 ml	Unidad	1
18	Amonio cuaternario de sexta generación	Galon X 4 litros	Unidad	1
19	Desinfectante, detergente de cadena lineal al 11,5%	Galon X 4 litros	Unidad	20
20	Solución de Clorhexidina: composición Clorhexidina digluconato al 0.5% en vehículo acuoso	Galon X 4 litros	Unidad	4
21	Cloruro de sodio	Bolsa X 500 ml	Unidad	15
22	Esparadrapo tipo hospitalario	Contenedor x 5 rollos	Unidad	1
23	Guantes de nitrilo Talla M	Caja X 100 unidades	Unidad	5
24	Recolector de cortopunzantes - guardián X 1,5 litros	Unidad	Unidad	100
25	Bolsa roja riesgo biologico tamaño 70 X 90 cm calibre minimo 2	Unidad	Unidad	400
26	Bolsa roja riesgo biologico tamaño 45 X 60 cm calibre minimo 2	Unidad	Unidad	1600



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
27	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 30 x 40 cm	Unidad	Unidad	1000
28	Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 10 litros	Unidad	Unidad	10
29	Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 20 litros	Unidad	Unidad	10
30	Alcohol antiséptico	Galon X 4 litros	Unidad	6
31	Concentrado gatos, todas las razas, croquetas bulto 8 kg, proteína a base de pollo concentrado para gatos, todas las razas, croquetas Proteína Mínimo 31.00% Grasa Mínimo 10.00% Fibra Máximo 4.00% Humedad Máximo 12.00% Calcio Mínimo 1.00% Fósforo Mínimo 0.80% Taurina Mínimo 0.10% Empaque plástico herméticamente sellado	Bulto X 8 kg	Unidad	8
32	Concentrado para perros adultos, para todas las razas. croquetas. Proteína Cruda (Mín.) 22.0% Grasa Cruda (Mín.) 10.0% Fibra Cruda (Máx.) 4.0% Humedad (Máx.) 10.0% Cenizas (Máx) 8.0% Calcio (Mín) 1.0% Fósforo (Min) 0.8% empaque plástico sellado herméticamente	Bulto x 25 kg	Unidad	20
33	Pértiga de control animal en acero giro 360 • Empuñaduras antideslizantes • Mecanismo de bloqueo automático • Soga grande con resorte interno y sistema de liberación prolongado • Protector de mordida • Soga recubierta • Control deslizante fácil de usar (Lanzamiento instantáneo) • Perilla de liberación Lanzamiento rápido) Mecanismo de liberación dual (Lanzamiento rápido o	Unidad	Unidad	1



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
	instantáneo)			
34	Kit de soporte portamanguera de pared con manivela de rueda libre para 50 metros de manguera, incluye la manguera de 50 metros diámetro 13 mm	Unidad	Unidad	1

NOTA 1. El contratista deberá entregar productos de excelente calidad, no podrán ser productos genéricos, sino de laboratorios reconocidos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo, con fechas de vencimiento no inferior de Veinticuatro (24) meses para medicamentos veterinarios y suministros hospitalarios y no más de doce (12) meses de vencimiento para alimento concentrado para perros y gatos, contados a partir de la entrega de los insumos al Almacén General de la SSP.

NOTA 2. El contratista deberá presentar la ficha técnica expedida por el Fabricante de los bienes ofertados a la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, durante el proceso de selección, en la que se relacione el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas

NOTA 3. Todo medicamento de uso veterinario y alimento para animales que se produzca o importe para su comercialización en el territorio nacional, debe tener registro ICA.

NOTA 4. Las Cajas térmicas para la conservación de vacunas al igual que los refrigeradores, deben cumplir requerimiento de la OMS, cumplimiento de certificación PQS: Performance (Desempeño), Quality (Calidad) and Safety (Seguridad)

El proveedor se presentó el día 19 de diciembre en la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali -área almacén, con los siguientes elementos, los cuales presentaron observaciones:

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
1	Pistola medidor de temperatura con tecnología infrarrojo.	Pistola medidor de temperatura con tecnología láser infrarrojo. Resolución óptica (distancia a objetivo) de 12:1 Doble láser de enfoque del objetivo; autoescaneo;	Unidad	5	Elemento recibido diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación, sin embargo fue recibido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del elemento, falta el aporte de la ficha técnica.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
		máx./mín./prom ./dif.; alarma alta/baja; pantalla retroiluminada y función de apagado automático Protección ante caídas desde 6,6' (2 m) Rango de medición: -22 a 752 °F (-30 a 400 °C) No es un dispositivo médico; el termómetro NO se debe utilizar en personas ni animales.			
2	Prueba rápido virus de moquillo	Kit X 10 unidades	Unidad	5	No cumple por fecha de vencimiento
3	Furosemida	Fco X 10 ml	Unidad	1	Elemento recibido diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación, sin embargo fue recibido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del elemento, falta el aporte de la ficha técnica.
4	Gentamicina base 0,3 g/100 ml, mometasona furoato 0,1 g/100ml, clotrimazol 0,1 g/100ml. Tubo x 15 ml	Tubo X 15 ml	Unidad	2	No cumple por fecha de vencimiento
5	Etamsilato 125 mg	Fco X 50 ml	Unidad	1	Elemento recibido diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación, sin embargo fue recibido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del elemento. Falta el aporte de la ficha técnica.
6	Ivermectina inyectable 1%	Fco x 50 ml	Unidad	1	Elemento recibido diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
					evaluación, sin embargo fue recibido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del elemento. Falta el aporte de la ficha técnica.
7	Tabletas anticoccidias: Composición febendazol 500 mg, praziquantel 50 mg, toltrazuril 150 mg	Caja X 30 tabletas	Unidad	40	No cumple por fecha de vencimiento
8	Amonio cuaternario de sexta generación	Galón X 4 litros	Unidad	1	Elemento devuelto diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación , no cumple con la adenda N° 1 del contrato 2416- 2024 en el enunciado especificaciones técnicas del bien obra , o servicio, NOTA 1.El contratista deberá entregar productos de excelente calidad, no podrán ser productos genéricos, sino de laboratorios reconocidos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo, con fechas de vencimiento no inferior de Veinticuatro (24) meses para medicamentos veterinarios y suministros hospitalarios y no más de doce (12) meses de vencimiento para alimento concentrado para perros y gatos , contados a partir de la entrega de los insumos al Almacén General de la SSP.
9	Desinfectante, detergente de cadena lineal al 11,5%	Galón X 4 litros	Unidad	20	Elemento devuelto diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación y con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas. no cumple con la adenda N° 1 del contrato 2416-2024 en el enunciado especificaciones técnicas del bien obra , o servicio, NOTA 1.El contratista deberá entregar productos de excelente calidad, no podrán ser productos



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
					genéricos, sino de laboratorios reconocidos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo, con fechas de vencimiento no inferior de Veinticuatro (24) meses para medicamentos veterinarios y suministros hospitalarios y no más de doce (12) meses de vencimiento para alimento concentrado para perros y gatos , contados a partir de la entrega de los insumos al Almacén General de la SSP.
10	Solución de Clorhexidina: composición Clorhexidina digluconato al 0.5% en vehículo acuoso	Galon X 4 litros	Unidad	4	Elemento devuelto no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas se solicitó solución de clorhexidina al 0,5% y presentan Digluconato de Clorhexidina al 4%
11	Cloruro de sodio	Bolsa X 500 ml	Unidad	15	No cumple por fecha de vencimiento
12	Esparadrado tipo hospitalario	Contenedor x 5 rollos	Unidad	1	Elemento recibido cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
13	Guantes de nitrilo Talla M	Caja X 100 unidades	Unidad	5	Elemento recibido cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
14	Recolector de cortopunzantes - guardián X 1,5 litros	Unidad	Unidad	100	Elemento recibido cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
15	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 70 X 90 cm calibre mínimo 2	Unidad	Unidad	400	Elemento devuelto no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas se solicitó bolsa de riesgo biológico entregan bolsa roja sin indicación de uso para riesgo biológico, diferente a ficha técnica aportada en la evaluación del proceso.
16	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 45 X 60 cm calibre mínimo 2	Unidad	Unidad	1600	Elemento devuelto no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas se solicitó bolsa de riesgo biológico entregan bolsa roja sin indicación de uso para riesgo biológico, diferente a ficha técnica aportada en la evaluación



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
					del proceso.
17	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 30 x 40 cm	Unidad	Unidad	1000	Elemento devuelto no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas se solicitó bolsa de riesgo biológico entregan bolsa roja sin indicación de uso para riesgo biológico, diferente a ficha técnica aportada en la evaluación del proceso.
18	Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 10 litros	Unidad	Unidad	10	Elemento recibido cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
19	Nevera portátil de poliestireno, con manijas laterales y cuerda colgante de 20 litros	Unidad	Unidad	10	Elemento recibido cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
20	Alcohol antiséptico	Galón X 4 litros	Unidad	6	No cumple por fecha de vencimiento
21	Concentrado gatos, todas las razas, croquetas bulto 8 kg, proteína a base de pollo concentrado para gatos, todas las razas, croquetas ProteínaMínimo31.00% GrasaMínimo10.00% FibraMáximo4.00% HumedadMáximo12.00% CalcioMínimo1.00% FósforoMínimo0.80% TaurinaMínimo0.10% Empaque plástico herméticamente sellado	Bulto X 8 kg	Unidad	8	Elemento devuelto diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación y con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas. no cumple con la adenda N° 1 del contrato 2416-2024 en el enunciado especificaciones técnicas del bien obra , o servicio, NOTA 1.El contratista deberá entregar productos de excelente calidad, no podrán ser productos genéricos, sino de laboratorios reconocidos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo, con fechas de vencimiento no inferior de Veinticuatro (24) meses para medicamentos veterinarios y suministros hospitalarios y no más de doce (12) meses de vencimiento para alimento concentrado para perros y gatos , contados a partir de la entrega de los insumos al Almacén General de la SSP.



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Observación
22	Concentrado para perros adultos, para todas las razas. croquetas. Proteína Cruda (Mín.) 22.0% Grasa Cruda (Mín.) 10.0% Fibra Cruda (Máx.) 4.0% Humedad (Máx.) 10.0% Cenizas (Máx.) 8.0% Calcio (Mín) 1.0% Fósforo (Min) 0.8% empaque plástico sellado herméticamente	Bulto x 25 kg	Unidad	20	Elemento devuelto diferente al relacionado en las fichas técnicas aportadas durante el proceso de evaluación y con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas. no cumple con la adenda N° 1 del contrato 2416-2024 en el enunciado especificaciones técnicas del bien obra , o servicio, NOTA 1.El contratista deberá entregar productos de excelente calidad, no podrán ser productos genéricos, sino de laboratorios reconocidos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo, con fechas de vencimiento no inferior de Veinticuatro (24) meses para medicamentos veterinarios y suministros hospitalarios y no más de doce (12) meses de vencimiento para alimento concentrado para perros y gatos , contados a partir de la entrega de los insumos al Almacén General de la SSP.

Del total de 34 elementos solicitados en el contrato, hace falta por entregar por parte del proveedor, 24 elementos, incluyendo los que no cumplieron por especificaciones técnicas, fechas de vencimiento y los que no fueron entregados el día 19 de diciembre por parte del proveedor, que se enuncian a continuación:

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
1	Termómetro de alcohol	Termómetro de alcohol porta vacunas, con base en acrílico. Escala de -10 a 110 °C	Unidad	21
2	Refrigerador horizontal	Refrigerador horizontal multizona con pared de hielo, Rango de Temperatura sobre 25°C a 43°C AMB +2 a +8 Capacidad de Vacuna (Litros) brutos 113 litros Consumo de Energía kWh/24 hrs, funcionamiento estable s (cu. ft.) 0.71 kw conectado Dimensiones Externas	Unidad	1



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
		(aprox) 84 x 72 x 70 cm Superficie exterior: Acero galvanizado pintado al horno Numero Canastillas 3 con código Código PQS,		
3	Congelador horizontal	Congelador Horizontal de 387 Litros Brutos Congelador dual, cuenta con opciones de congelador de 0°C a -18°C y refrigerador de 1°C a 5°C, cuerpo y tanque en lámina galvanizada prepintada más resistente al óxido.	Unidad	1
4	Nevera tipo caja térmica para transporte de biológico avalado por OMS	Neveras tipo caja térmica para transporte de biológico: Capacidad 22,4 litros - Avalado por la OMS Peso cargado completamente: 49,2 Kilos Peso vacío: 18,15 Kilos Material superficial externo: Polyethylene Material de revestimiento interno: Polyethylene Material del aislamiento: Polyurethane Grueso del aislamiento: 100 mm Dimensiones externas aproximadas: 77 x 61,5 x 51,5 cm Dimensiones internas aproximadas: 52 x 37 x 28,2 cm Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas: 44,8 x 29,8 x 16,8 cm Tipo de tapa y fijación: Bisagras fijas Numero de paquetes fríos incluidos: 31 de 0.6 litros Vida actual de frío sin abrir a 43°C + 1°C: 153,5 Horas PQS: E004/046	Unidad	2
5	Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS.	Termo para transporte de biológico: Capacidad 2,6 litros. - Avalado por la OMS. Peso Vacío: 1.8 Kilos Peso cargado: 6.5 Kilos Espesor Aislamiento: 25 - 35 mm Color Externo: Gris Dimensiones Externas: 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas: 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas: 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir: 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo: Polipropileno Aislamiento: Poliuretano Paquetes fríos: 8 Tipo de Paquete frío: 400 cc Tapa Tipo: Removible Verification Protocol: PQS E004/VC01- VP.2 Codigo PQS: E004/032	Unidad	16
6	Prueba rápido virus de leucemia y SIDA felino	Kit X 10 unidades	Unidad	5
7	Prueba rápido virus de moquillo	Kit X 10 unidades	Unidad	5



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
8	Prueba de babesia, anaplasma y erlichia	Kit X 10 unidades	Unidad	3
9	Gentamicina base 0,3 g/100 ml, mometasona furoato 0,1 g/100ml, clotrimazol 0,1 g/100ml. Tubo x 15 ml	Tubo X 15 ml	Unidad	2
10	Doxapram clorhidrato 2 g.	Fco X 10 ml	Unidad	1
11	Adrenalina	Fco x 20 ml	Unidad	1
12	Tabletas anticoccidias: Composición febendazol 500 mg, prazicuantel 50 mg, toltrazuril 150 mg	Caja X 30 tabletas	Unidad	40
13	Antiparasitario externo Amitraz al 12,5 % para uso en aspersión	Frasco 1000 ml	Unidad	1
14	Amonio cuaternario de sexta generación	Galón X 4 litros	Unidad	1
15	Desinfectante, detergente de cadena lineal al 11,5%	Galón X 4 litros	Unidad	20
16	Solución de Clorhexidina: composición Clorhexidina digluconato al 0.5% en vehículo acuoso	Galón X 4 litros	Unidad	4
17	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 70 X 90 cm calibre mínimo 2	Unidad	Unidad	400
18	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 45 X 60 cm calibre mínimo 2	Unidad	Unidad	1600
19	Bolsa roja riesgo biológico tamaño 30 x 40 cm	Unidad	Unidad	1000
20	Alcohol antiséptico	Galón X 4 litros	Unidad	6
21	Concentrado gatos, todas las razas, croquetas bulto 8 kg, proteína a base de pollo concentrado para gatos, todas las razas, croquetas ProteínaMínimo31.00% GrasaMínimo10.00% FibraMáximo4.00%	Bulto X 8 kg	Unidad	8



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Ítem	Descripción del suministro	Detalle	Unidad de medida	Cantidad
	HumedadMáximo12.00% CalcioMínimo1.00% FósforoMínimo0.80% TaurinaMínimo0.10% Empaque plástico herméticamente sellado			
22	Concentrado para perros adultos, para todas las razas. croquetas. Proteína Cruda (Mín.) 22.0% Grasa Cruda (Mín.) 10.0% Fibra Cruda (Máx.) 4.0% Humedad (Máx.) 10.0% Cenizas (Máx) 8.0% Calcio (Mín) 1.0% Fósforo (Min) 0.8% empaque plástico sellado herméticamente	Bulto x 25 kg	Unidad	20
23	Pértiga de control animal en acero giro 360 • Empuñaduras antideslizantes • Mecanismo de bloqueo automático • Soga grande con resorte interno y sistema de liberación prolongado • Protector de mordida • Soga recubierta • Control deslizante fácil de usar (Lanzamiento instantáneo) • Perilla de liberación Lanzamiento rápido) . Mecanismo de liberación dual (Lanzamiento rápido o instantáneo)	Unidad	Unidad	1
24	Kit de soporte portamanguera de pared con manivela de rueda libre para 50 metros de manguera, incluye la manguera de 50 metros diámetro 13 mm	Unidad	Unidad	1


Es importante mencionar que ninguno de los elementos se ha recibido oficialmente en el almacén hasta tanto no haya cumplimiento total del contrato.



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud

El proveedor solicitó prorroga hasta el 27 de diciembre de 2024, fecha máxima en la que deberá realizar la entrega de los elementos restantes con la respectiva subsanación de las observaciones, incluyendo el cumplimiento de las fichas técnicas de todos elementos.

Cordialmente,



ELIANA KATHERINE MORENO PERALTA
Profesionario Universitario
Subgrupo de Gestión Integral de las Enfermedades Zoonóticas

CC. Guillermo Andrés Fernández Rojas – Contratista
Luis Guillermo Echeverry Marulanda – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión

Proyectó: Luz Marina Trujillo Becerra - Contratista
Elaboró: María Eugenia Becerra Cocuñame - Contratista
Revisó: Eliana Katherine Moreno Peralta - Profesional Universitario

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php



Calle 4ª B # 36-00 San Fernando Cali
www.cali.gov.co/salud