Componente Administrativo:

8**) Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente: (solo equipos de medición)**

-Verificaciones intermedias del mes en ejecución, sino se han realizado se debe redactar la fecha de la última verificación intermedia y el resultado de esta.

Equipo	Ultima verificación	Resultado	Próxima verificación
Pesa bebés	Diciembre 2024	Cumple	Marzo 2025
Pesa personas	Diciembre 2024	Cumple	Marzo 2025
Gramera	Diciembre 2024	Cumple	Marzo 2025
Termómetros	Diciembre 2024	Cumple	Enero 2025

-Calibraciones que se hayan realizado del mes en ejecución, sino se han realizado se debe redactar la fecha de la última calibración y el resultado de esta.

Equipo	Ultima Calibración	Resultado	Próxima calibración
Pesa bebés	04/04/2024	Cumple	04/04/2025
Pesa personas	02/02/2022	Cumple	02/02/2026
Gramera	25/09/2024	Cumple	25/09/2028
Talli metro	13/08/2024	Cumple	13/08/2026
Infanto metro	31/03/2022	Cumple	31/03/2025

-Formato de inspección de equipos solo del mes en vigencia: se anexa formatos de inspección de equipos mes de diciembre

-Certificaciones o informes de los mantenimientos preventivos o correctivos de equipos de enfriamiento, dicha información debe tener fecha del mantenimiento, descripción de lo realizado en el mantenimiento, y fecha del próximo mantenimiento: este mes los cuartos fríos se desinstalaron por remodelación del servicio de alimentos y serán cambiados por equipos nuevos.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS

FECHA: diciembre 19/2024		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**			
Bascula (Pesa personas)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Bascula (Pesa bebes)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Tallímetro (Estadiometro 1)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Ensamblaje adecuado del equipo, estable y firme.	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
Infantómetro (Estadiometro 2)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Revision de los topes, su desplazamiento y plegado sin dificultad	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		

Escaneado con CamScanner

INSPECCION DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: 19 de Diciembre 2024		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**			
Nevera (Refrigeración 1- 2) Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		
Nevera (Congelación 1 -2) Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		
Gramera y Basculas (1- 2) Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Termómetro (1 - 2 -3) Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Escala del termómetro legible.	✓		
	Respuesta a las mediciones de temperatura.	✓		
	Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.	✓		

Revisado por: Diana Cohen

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/0
		Versión 2	Págir
		Clasificación de la Informaci Pública	

SERVICIO: _____ UNIDAD DE SERVICIO: ____ FANA | | | | |

CENTRO ZONAL: _____ REFRIGERADOR No. _____

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: DICIEMBRE **AÑO: 2024**

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPO
1	7am	5	Maiken	12	7am	5	Maiken	23	7 am	4	Maiker
	4pm	4	Maiken		4pm	4	Maiken		4pm	5	Maiken
2	7am	5	Maiken	13	7 am	5	Maiken	24	7am	6	Maiken
	4pm	4	Maiken		4pm	6	Maiken		4pm	5	Maiken
3	7am	5	Maiken	14	7am	6	Maiken	25	7am	6	Maiken
	4pm	5	Maiken		4pm	5	Maiken		4pm	5	Maiken
4	7am	6	Maiken	15	7am	6	Maiken	26	7am	4	Lila
	4pm	5	Maiken		7am	5	Lila		4pm	4	Lila
5	7am	5	Maiken	16	4pm	4	Lila	27			
	4pm	4	Maiken		4pm	5	Maiken				
6	7am	5	Maiken	17	7am	5	Maiken	28			
	4pm	6	Maiken		4pm	6	Maiken				
7	7am	5	Maiken	18	7am	5	Lila	29			
	4pm	4	Maiken		4pm	5	Lila				
8	7am	5	Maiken	19	7am	6	Maiken	30			
	4pm	6	Maiken		4pm	5	Maiken				
9	7am	4	Lila	20	7am	4	Maiken	31			
	4pm	5	Lila		4pm	6	Maiken				
10	7am	6	Maiken	21	7am	5	Maiken				
	4pm	6	Lila		4pm	6	Maiken				
11	7am	5	Lila	22	7am	5	Lila				
	4pm		Lila		4pm	5	Lila				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Rovira REFRIGERADOR No.

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7:00	2.1°	Coll	12	7am	4.5	Karen	23	7am	4	Karen
	16:00	4.1°	Coll		4pm	4	Karen		4pm	4	Kar
2	7:00	1.3°	Coll	13	7am	4	Karly	24	7am	4	Karen
	16:00	3.4°	Coll		4pm	3	Karen		4pm	4	Kar
3	7:00	3.4°	Coll	14	7am	4	Karly	25	7am	3	Karen
	16:00	3.8°	Coll		4pm	4	Karly		4pm	4	Karly
4	7:00	2.1°	Coll	15	7am	3	Karen	26	7A	3	Leidy
	16:00	4.1°	Coll		4pm	4	Karly		AP	5	Leidy
5	7:00	3.3°	Coll	16	7am	3	Karly	27			
	16:00	3.8°	Coll		4pm	4	Karly				
6	7:00	3.9°	Coll	17	7am	4	Karly	28			
	16:00	4.0°	Coll		4pm	3	Karen				
7	7:00	7.7°	Coll	18	7am	4	Karen	29			
	16:00	3.6°	Coll		4pm	4	Lila				
8	7:00	7.8°	Coll	19	4pm	4	Lila	30			
	16:00	4.1°	Coll		4pm	3	Lila				
9	7:00	1.3°	Coll	20	4pm	3	Lila	31			
	16:00	3.1°	Coll		4pm	4	Lila				
10	7:00	2.3°	Coll	21	7am	4	Karen				
	16:00	3.1°	Coll		4pm	3	Karly				
11	7am	4	Lila	22	7am	3	Karen				
	4pm		Lila		4pm	4	Karen				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Regional CONGELADOR No.

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES: DICIEMBRE **AÑO:** 2024

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7:00	-21	Coll	12	7am	-20	Maku	23	7 am	-20	Maku
	16:00	-19	Coll		4pm	-18	Mau		4 pm	-18	Mal
2	7:00	-21	Coll	13	7am	-19	Mau	24	7am	-20	Mak
	16:00	-20	Coll		4pm	-18	Mak		1pm	-2	Mau
3	7:00	-19	Coll	14	7am	-19	Mau	25	7au	-19	Mak
	16:00	-19	Coll		4pm	-19	Mak		4pm	-18	Mak
4	7:00	-21	Coll	15	7am	-20	Mak	26	7Am	-18	Leidy
	16:00	-20	Coll		4Pm	-19	Mau		4Pm	-18	Leidy
5	7:00	-20	Coll	16	7am	-20	Mau	27			
	16:00	-19	Coll		4pm	-19	Mak				
6	7:00	-21	Coll	17	7am	-20	Mak	28			
	16:00	-20	Coll		4 pm	-18	Maku				
7	7:00	-20	Coll	18	7am	-20	Maku	29			
	16:00	-21	Coll		4pm	-20	Lila				
8	7:00	-21	Coll	19	7am	-18	Lila	30			
	16:00	-21	Coll		4Pm	-19	Lila				
9	7:00	-21	Coll	20	7am	-18.	Lila	31			
	16:00	-20	Coll		4Pm	-16	Lila.				
10	7:00	-20	Coll	21	7am	-20	Maku				
	16:00	-21	Coll		4pm	-19	Mak				
11	7am	-20	Lila	22	7au	-20	Mak				
	4pm		Lila		4pm	-18	Mau				

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TP12	Braxeo	TP300	No porta	Servicio de alimentos FALLA	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-084-24	24/05/17	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/12/25	0 ± 1	0.94	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP Versión 4	30/05/2023 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO	
TP12	Braxco	TP300	No porta	SERVICIO ALIMENTOS FAVA	Carolina Ochoa U V-D	

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-0647	24/05/23	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/08/24	90±1	90.8	-	Cumple	Coll		20/09/24
	0±1	0.4	-	Cumple	Coll		20/09/24
20/09/24	90±1	91	-	Cumple	Coll	Hervor.	18/10/24
	0±1	0.6	-	Cumple	Coll	Punto hielo	18/10/24
18/10/24	90±1	90.7	-	Cumple	Coll		18/11/24
	0±1	0.8	-	Cumple	Coll		18/11/24
18/11/24	90±1	90.9	-	Cumple	Coll		20/12/24
	0±1	0.3	-	Cumple	Coll		20/12/24
20/12/24	90±1	91	-	Cumple	Nutricionista	Ninguna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TF 9	Brixco	TP101	No porta	Servicio de Alimentos Falla	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			TAT-083-24	2024/05/17	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/12/24	90±1	91	-	OK	Nutricionista	Ninguna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TF 9	Brixco	TP101	No porta	Servicio de Alimentos Fami	Cristian Dchaza N.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT083-24	2024/05/17	OK	4/10/2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/08/24	90 ± 1	90.4	-	Cumple	Coll		20/09/24
	0 ± 1	0.7	-	Cumple	Coll		20/09/24
20/09/24	90 ± 1	90.04	-	Cumple	Coll		18/10/24
	0 ± 1	0.84	-	Cumple	Coll		18/10/24
18/10/24	90 ± 1	90.3	-	Cumple	Coll		20/11/24
	0 ± 1	0.72	-	Cumple	Coll		20/11/24
20/11/24	0 ± 1	0.84	-	Cumple	Coll		20/12/24
	90 ± 1	90.8	-	Cumple	Coll		20/12/24
20/12/24	0 ± 1	0.72	-	Cumple	Natividad M	Ninguna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TC 8	Taylor	9842	NO porta	Servicio Alimentos FAMA	Carolina Ochoa

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			Cal-085-24	24/05/17	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/12/24	90±1	90.8	-	Cumple	Instrumentista	Ninguna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TC8	Taylor	9842	NO POSEE	Servicio de Alimentos FAMA	Carolina Ochoa M

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			Cert-085424	24/05/17	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
20/08/24	90±1	91	-	Cumple	Coll		20/09/24
	0±1	0.9	-	Cumple	Coll		20/09/24
20/09/24	90±1	90.2	-	Cumple	Coll		18/10/24
	0±1	0.26	-	Cumple	Coll		18/10/24
18/10/24	90±1	90.3	-	Cumple	Coll		20/11/24
	0±1	0.12	-	Cumple	Coll		20/11/24
20/11/24	0±1	0.9	-	Cumple	Coll		20/12/24
	90±1	91	-	Cumple	Coll		20/12/24
20/12/24	0±1	0.43	-	Cumple	Mantenimiento	Ningna	20/01/25

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Escaneado con CamScanner