


HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	N° HISTORIA CLINICA
31/01/2024	ADMIEL ALBERTO BRICEÑO DURAN	7896346
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		EAPB
CRANEOTOMIA PARA RESECCION TUMOR		PGP CAPITAL SALUD EPS
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	CIRUJANO	PROVEEDOR
CAROLINA SIERRA NIÑO	OSCAR FERNANDO GUTIÉRREZ RINCÓN	IMQUIRURGICOS
N° DE REMISION	SOPORTE TECNICO	N° DE CONSECUTIVO
128	LORENA RODRIGUEZ	CO-51325

REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
A.A.U.S	GENERADOR DE ASPIRACION ULTRASONICA	1	2487100	2,487,100
TOTAL COP \$2,487,100				

OBSERVACIONES: NA

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	CAROLINA SIERRA NIÑO	FIRMA	
NOMBRE DEL CIRUJANO	OSCAR FERNANDO GUTIÉRREZ RINCÓN	FIRMA	

SOPORTE TÉCNICO

LORENA RODRIGUEZ

FIRMA

LORENA R.



ADMZEL ALBERTO BRICENO

DR. CUTLER

PT 7896 346

HOSPITAL SANTA CLARA

DESICCATED - 100% FRY POSTERIOR

31 - ENERO - 2024

FIRMA ESPECIALISTA

INSTRUMENTADORA



IMQUIRURGICOS S.A.S

REMISION N°128

PACIENTE:

ADMIEL ALBERTO BRICEÑO DURAN

DOCUMENTO:

PT7896346

DOCTOR:

GUTIERREZ

EPS

CAPITAL SALUD

CLINICA

SANTA CLARA

FECHA DE CIRUGIA:

31/01/2024

INVIMA 2023EBC-0009053-R1 MARCA STRYKER MODELO UST- 2001 SERIAL 1419600224

REF.	DESCRIPCION	CANT.
5450850000	CONSOLA ASPIRADOR SONOPET	1
SONOPET	PIEZA DE APOYO UNIVERSAL	1
5450850038	TORQUE UNIVERSAL WRENCH 7 MM	1
5450850001	REUSABLE SUCTION CANISTER	1
5450800278	PIEZA DE MANO 7 MM UNIVERSAL	1
	PEDAL	1
P.A	PUNTA ASPIRACION CORTA	11
AM 01	LAINER	1
AM08	MANGUERAS	2
AM 05	PROTECTORES DE SILICONA (Transparentes)	10
A.A.U.S	GENERADOR DE ASPIRACION ULTRASONICA	1

SERVICIO POR UN VALOR DE \$ 2.090.000 MAS IVA

FAVOR ESTERILIZAR A STERRAD


ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

1(unc)



FICHA TÉCNICA



- **NOMBRE COMERCIAL:** sistema de aspiración quirúrgica por ultrasonido
- **NOMBRE GENÉRICO:** Aspirador ultrasónico
- **MARCA:** STRYKER
- **MODELO:** SONOPET
- **REGISTRO INVIMA:** 2023EBC-0009053-R1
- **FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO INVIMA:** 10 de mayo 2033

- **REFERENCIAS:**
Dimensiones: 23,6 cm x 41 cm x 40 cm
Peso: 21.1kg
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**
Voltaje MAX: 110v
Voltaje MIN: 100v
Corriente MAZ: 3A
Potencia: 100 W
Frecuencia: 50/60 Hz
- **Método de esterilización**
NO esterilice la consola ni el pedal
NO sumerja la consola ni el pedal en líquido
Para limpiar el equipo, se prefiere un detergente a base de amonio cuaternario
NO utilice disolventes, lubricantes ni otros productos químicos como el glutaraldehído o limpiadores químicos similares.
Para esterilizar la pieza de mano y las puntas use el método de
 - Oxido de etileno
 - Sterrad
- **Condiciones de almacenamiento**
Temperatura: -40 °C a +60 °C
Humedad: 10 % a 90 %