	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Gestión del Conocimiento Ambiental	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: M-CA-FO70	VERSIÓN 2	**BITACORA PARA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE**	

Estacion:	**COLEGIO GAITAN**		
Fecha	**Hora**	**Actividad(es) realizada(s)**	**Responsable**
19/2/2025	9:00 a. m	Revisión y/o limpieza pluviometro	Manuel Campos
		Revisión corrientes y voltajes estación	
		Se realizó verificación de flujo y prueba de fugas, calibración de verificación a SO2_TRS y O3.	
24/2/2025	7:00 a.m.	Se realizó verificación de la desviación de la temperatura de la estación, encontrandose dentro del rango de +- 2.1°C	Manuel Campos
		Se realiza Comprobación de parámetros ópticos, eléctricos y de flujos mediante conexión remota a los equipos analizadores.	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Gestión del Conocimiento Ambiental	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: M-CA-FO70	VERSIÓN 2	**BITACORA PARA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE**	

Estacion:	**CLUB UNION**		
Fecha	**Hora**	**Actividad(es) realizada(s)**	**Responsable**
24/2/2025	7:00 a.m.	Se realizó verificación de la desviación de la temperatura de la estación, encontrandose dentro del rango de +- 2.1°C	Manuel Campos
		Se realiza Comprobación de parámetros ópticos, eléctricos y de flujos mediante conexión remota a los equipos analizadores.	
25/2/2025	6:05 a.m.	Revisión y/o limpieza pluviometro	Manuel Campos Emilio Medina
		Limpieza del sistema neumático	
		Revisión corrientes y voltajes estación	
		Se realizó verificación de flujo y prueba de fugas, calibración de verificación a SO2, CO, y O3, multipunto NOX.	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Gestión del Conocimiento Ambiental	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: M-CA-FO70	VERSIÓN 2	**BITACORA PARA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE**	

Estacion:	**CENTRO CULTURAL DANIEL MANTILLA - PIEDECUESTA**		
Fecha	**Hora**	**Actividad(es) realizada(s)**	**Responsable**
24/2/2025	7:00 a.m.	Se realizó verificación de la desviación de la temperatura de la estación, encontrandose dentro del rango de +- 2.1°C Se realiza Comprobación de parámetros ópticos, eléctricos y de flujos mediante conexión remota a los equipos analizadores.	Manuel Campos
27/2/2025	6:05 a.m.	Revisión y/o limpieza pluviometro Limpieza del sistema neumático Revisión corrientes y voltajes estación Se realizó verificación de flujo y prueba de fugas, calibración de verificación a SO2, CO, y O3, multipunto NOX.	Manuel Campos Emilio Medina

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.			
	ELABORÓ: Gestión del Conocimiento Ambiental	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÓDIGO: M-CA-FO70	VERSIÓN 2	BITACORA PARA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE		

Estacion:	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE		
Fecha	Hora	Actividad(es) realizada(s)	Responsable