Barranquilla, 31 de Enero de 2.025.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Avenida Carrera 46 No. 61-15
Ciudad.

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO CON RADICADO No. 20253330000009431 – SEGÚN CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 08008682025

De acuerdo al requerimiento recibido en virtud de la ejecución del contrato de mínima cuantía según asunto, nos permitimos expresar lo siguiente:

HECHOS:

PRIMERO: Que el día 28 de diciembre de 2024 se suscribió contrato No. 08008682024 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y el proveedor R&R Ingeniería Biomédica S.A.S., cuyo objeto es: *"COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA METROLÓGICA APLICABLE A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF."*

SEGUNDO: El día 24 de enero de 2025, se envían mediante WhatsApp las fichas técnicas de los equipos y recibimos confirmación de fecha de recepción de los equipos para el día 28 de enero 2025.

TERCERO: El día martes 28 de enero de 2025 se realiza entrega de 16 básculas pesa persona Marca Health o meter Modelo 349 KLX, debidamente calibradas en un laboratorio certificado por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), lo cual indica que fueron manipuladas en efecto de cumplir con el propósito de la calibración, resultando dos de las cajas (empaque original de fabricante) un poco maltratadas, cabe resaltar, que los equipos no han sufrido ningún daño ni perjudicó la calibración.

De igual manera, se comunica que la entrega de las 16 básculas Marca Health o meter Modelo 349 KLX se realizó con verificación en sitio de cada una de ellas, con encendido,

pruebas de diferentes masas, prueba de función TARA, funcionando a cabalidad y ajustadas a las necesidades.

Bajo certificado de aprobación de modelo acorde con OIML R 76-1 o la norma correspondiente según el país o región de origen, informe de verificación inicial acorde con OIML R 76-1 o la NTC 2031:2002 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, requisitos metrológicos y técnicos.

CUARTO: El día viernes 31 de enero de 2025 a las 9.40am, se reunieron en las instalaciones del ICBF Barranquilla, un representante de R&R Ingeniería Biomédica S.A.S., junto con un representante de la Asistente técnica del ICBF y la supervisora adjunta al contrato en mención del ICBF. En dicha reunión, se expusieron las especificaciones técnicas de los equipos, llegando a común acuerdo entre las partes que sí se reciben las 16 básculas pesa persona Marca Health o meter Modelo 349 KLX, las cuales, CUMPLEN con las especificaciones relacionadas en el contrato, que se detallan a continuación:

> Balanza de pie (portátil) Cada una de las balanzas debe ser entregada con certificado de aprobación de modelo acorde con OIML R 76-1 o la norma correspondiente según el país o región de origen, informe de verificación inicial acorde con OIML R 76-1 o la NTC 2031:2002 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, requisitos metrológicos y técnicos, y cumplir con las siguientes características técnicas específicas: - Tipo: digital, clase III - Unidad: kilogramo (kg) - Resolución o división de escala: 100 g - Capacidad: Mín. 2Kg acorde con la clase - Máx. 150 kg - Funciones: tara (la cual permite pesar madre e hijo), ajuste interno/externo -Material: superficie de pesaje antideslizante en polímero que garantice la resistencia para el uso en personas de hasta 150 kg. Base en acero inoxidable. Con bases originales de fábrica antideslizantes, antideslizantes y capaz de absorber las desnivelaciones del piso. – Con burbuja de nivelación. - Limpieza: Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. - Alimentación por baterías y/o baterías recargables (con su correspondiente cargador con capacidad para un juego completo de baterías) - Peso máximo del equipo: 5 kg No se aceptan balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gramos) según Resolución 2121 de 2010.

Las 16 básculas pesa persona Marca Health o meter Modelo 349 KLX han sido calibradas conforme a la Norma 17025 de 2017, bajo los estándares de la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que es el organismo encargado de acreditar a las entidades en Colombia. La acreditación es un sello de calidad que garantiza que las entidades cumplen con los estándares internacionales.

Algunos de los estándares ONAC son:

ISO 15189 para laboratorios médicos o clínicos
ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo y calibración
ISO/IEC 17043 para proveedores de ensayo de aptitud
ISO 17034 para productores de materiales de referencia

De acuerdo a lo anterior, se acordó la aceptación de las 16 básculas pesa persona Marca Health o meter Modelo 349 KLX, con las bases originales de fábrica antideslizantes, las cuales se verificaron en sitio cada una de ellas, con encendido, pruebas de diferentes masas, prueba de función TARA, funcionando a cabalidad y ajustadas a las necesidades.

QUINTO: Para dar cumplimiento al requerimiento técnico, solicitamos respetuosamente una prórroga de un mes, para entregar los 6 infantómetros con las especificaciones técnicas requeridas (con marca, referencia y documentación), al igual que los maletines para cada uno de los equipos, según las indicaciones. Así mismo, con propósito de suministrar el documento que soporte el comportamiento clase III de las básculas.

SEXTO: R&R INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S., está atenta y disponible para cumplir con la obligación de ACEPTACION DE OFERTA No. 08008682024, los cuales se citan a continuación:

1. El contratista deberá entregar y ubicar los elementos objeto del contrato en la fecha, hora y lugar acordados con el supervisor del contrato, asumiendo todos los costos asociados al transporte.
2. El contratista deberá garantizar la calidad de los equipos suministrados.

Agradecemos su atención y comprensión.

Cordialmente,

ROSA DELIA TORRES ARAGÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.098.670.964
R&R INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.
DIRECCIÓN: CR 11 No. 10 - 81
CIUDAD: Plato – Mag.
CELULAR: 3042020577
CORREO ELECTRÓNICO: rringemed@gmail.com
NIT: 901.375.143-2