
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA
COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
CONVENIO 8132

N°	MES	JUNIO-2024				JULIO-2024				AGOSTO-2024				SEPT-2024				OCT-2024				NOV-2024				DIC-2024			
	SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	EQUIPO																												
1	TERMOMETRO PARA FRIO																												
2	TERMOMETRO PARA CALOR																												
3	GRAMERA DIGITAL																												
4	BASCULA INDUSTRIAL																												
5	NEVERA #1																												
6	NEVERA #2																												
7	CONGELADOR #1																												
8	CONGELADOR #2																												
9	LICUADORA SEMIINDUSTRIAL																												
10	LICUADORA INDUSTRIAL																												
11	ESTUFA INDUSTRIAL																												
12	ESTUFA ENANA INDUSTRIAL																												
13	HORNO																												
14	HORNO MICROONDAS																												
15	OLLAS Y SARTENES																												

REVISIÓN Y APROBACIÓN				
	FECHA	NOMBRE	CARGO/ROL	FIRMA
ELABORÓ	31-12-2024	ANGEL HIGUERA ORTEGA	NUTRICIONISTA	
APROBÓ	31-12-2024	LADY JOHANNA ESCOBAR	COORDINADORA	

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

C.C.M CELS: 300 3006398 - 321 4258591 - EQUIPO CALIBRADO
AÑO 24 MES 07 DÍA 16
REFERENCIA 7133 CERTIFICADO No. 9597 RESPONSABLE Jhon VENCE AÑO 25 MES 07 DÍA 16

LABORATORIO TEMPERATURA

CERTIFICADO No.9597

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C.	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOMETRO DIGITAL
MARCA:	TP
MODELO:	DIGITAL300
SERIE:	ETH7133
RANGO DE TEMPERATURA:	-50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PROXIMA CALIBRACION:	2025/07/16
LUGAR DE CALIBRACION:	LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

C.C.M
CELS: 300 3006398 - 321 4258591 - EQUIPO CALIBRADO

AÑO	MES	DIA
24	07	16

REFERENCIA	CERTIFICADO No.	RESPONSABLE	VENCE
7093	9596	Hoy	16/07/25

LABORATORIO TEMPERATURA

CERTIFICADO No.9596

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C.	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOMETRO DIGITAL
MARCA:	TP
MODELO:	DIGITAL300
SERIE:	ETH7093
RANGO DE TEMPERATURA:	-50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PROXIMA CALIBRACION:	2025/07/16
LUGAR DE CALIBRACION:	LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

C.C.M AÑO 24 MES 07 DIA 16
CELS: 300 3006398 - 321 4258591 - EQUIPO CALIBRADO
REFERENCIA 7213 CERTIFICADO No. 9594 RESPONSABLE Hay VENCE AÑO 25 MES 07 DIA 16

LABORATORIO TEMPERATURA

CERTIFICADO No.9594

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C.	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOMETRO DIGITAL
MARCA:	TP
MODELO:	DIGITAL300
SERIE:	ETH7213
RANGO DE TEMPERATURA:	-50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PROXIMA CALIBRACION:	2025/07/16
LUGAR DE CALIBRACION:	LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

C.C.M AÑO 24 MES 07 DÍA 16
CELS: 300 3006398 - 321 4258591 - EQUIPO CALIBRADO

REFERENCIA	CERTIFICADO No.	RESPONSABLE	VENCE AÑO	MES	DÍA
7173	9595	Hoy	25	07	16

LABORATORIO TEMPERATURA

CERTIFICADO No.9595

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C.	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOMETRO DIGITAL
MARCA:	TP
MODELO:	DIGITAL300
SERIE:	ETH7173
RANGO DE TEMPERATURA:	-50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PROXIMA CALIBRACION:	2025/07/16
LUGAR DE CALIBRACION:	LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT / C.C:	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOHIGROMETRO
MARCA:	GENERICO
MODELO:	DIGITAL
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	MEDICAMENTOS
SERIE:	ETH7013
RANGO DE TEMPERATURA:	-10°C a 50°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
RANGO DE HUMEDAD:	10% a 99%RH
RESOLUCION DE HUMEDAD:	± 5%RH
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PRÓXIMA CALIBRACIÓN:	2025/07/16

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termo higrómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

LABORATORIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
CERTIFICADO No.9981

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT / C.C:	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOHIGROMETRO
MARCA:	GENERICO
MODELO:	DIGITAL
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	MEDICAMENTOS
SERIE:	ETH7053
RANGO DE TEMPERATURA:	-10°C a 50°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA:	±1
RANGO DE HUMEDAD:	10% a 99%RH
RESOLUCION DE HUMEDAD:	± 5%RH
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2024/07/16
PRÓXIMA CALIBRACIÓN:	2025/07/16

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termo higrómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2571

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

NIT/ C.C: 830018406-7

DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT

CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA

TELEFONOS: 311 228 13 14

FECHA RECEPCION: 2024/07/14

FECHA CALIBRACION: 2024/07/16

FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2025/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE:	20,1± 0,18°C
HUMEDAD RELATIVA:	60,03± 2,09 % RH

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: GRAMERA

MARCA: ELECTRONIC KITCHEN SCALA

SERIE: ETH 7253

MODELO: SF-400

ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE

UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA

LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO

RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD 100gx1g/353ozx0.1oz

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrologìa mantiene los patrones de referencia en condiciones fisìcas adecuadas para su conservacion, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquia de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2574

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

NIT/ C.C: 830018406-7

DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT

CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA

TELEFONOS: 311 228 13 14

FECHA RECEPCION: 2024/07/14

FECHA CALIBRACION: 2024/07/16

FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2025/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: 20,1± 0,18°C

HUMEDAD RELATIVA: 58,03± 2,09 % RH

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA PERSONAS

MARCA: MORESCO

SERIE: ETH19050229

MODELO: A27

ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE

UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA

LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO

RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 150Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrologìa mantiene los patrones de referencia en condiciones fisìcas adecuadas para su conservacion, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquia de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2574

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

NIT/ C.C: 830018406-7

DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT

CIUDAD: VEREDA LA SERENA CHINAUTA

TELEFONOS: 311 228 13 14

FECHA RECEPCION: 2024/07/14

FECHA CALIBRACION: 2024/07/16

FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2025/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: 20,1± 0,18°C

HUMEDAD RELATIVA: 58,03± 2,09 % RH

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA ALIMENTOS

MARCA: TEXON

SERIE: ETH7373

MODELO: TX-007BD

ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE

UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA

LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO

RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 150Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrologìa mantiene los patrones de referencia en condiciones fisìcas adecuadas para su conservacion, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquia de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2572

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

NIT/ C.C: 830018406-7

DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT

CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA

TELEFONOS: 311 228 13 14

FECHA RECEPCION: 2024/07/14

FECHA CALIBRACION: 2024/07/16

FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2025/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: 20,1± 0,18°C

HUMEDAD RELATIVA: 58,03± 2,09 % RH

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA ALIMENTOS

MARCA: TEXON

SERIE: ETH7293

MODELO: TX-007BD

ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE

UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA

LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO

RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 40Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrologìa mantiene los patrones de referencia en condiciones fisìcas adecuadas para su conservacion, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquia de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

Powered by CamScanner

C.C.M
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2577

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

NIT/ C.C: 830018406-7

DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT

CIUDAD: VEREDA LA SERENA CHINAUTA

TELEFONOS: 311 228 13 14

FECHA RECEPCION: 2024/07/14

FECHA CALIBRACION: 2024/07/16

FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2025/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: 20,1± 0,18°C

HUMEDAD RELATIVA: 58,03± 2,09 % RH

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA DE PISO

MARCA: MORESCO

SERIE: 1905229

MODELO: A27

ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE

UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA

LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO

RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 200Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrologìa mantiene los patrones de referencia en condiciones fisìcas adecuadas para su conservacion, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquia de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130,180 Y 200 kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

Powered by CamScanner

Fusagasugá, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2024

GARANTÍA

(GT 003-2.1)

CONTRATANTE: **CORPORACIÓN MULTIETNIAS (CHINAUTA)**

CONTRATISTA: **JORGE ENRIQUE SANCHEZ –NIT 80500293-8**

PROYECTO: **REVISIÓN-MANTENIMIENTO- SERVICIO TÉCNICO PREVENTIVO**

FECHA DE EJECUCIÓN: 29 de noviembre de 2024.

ALCANCE DE GARANTÍA

De esta manera se integran en correcto funcionamiento y por medio de la presente certificamos y damos garantía sobre los siguientes equipos que fueron revisados por el técnico en mantenimiento:

	EQUIPO
1	TERMOMETRO PARA FRIO
2	TERMOMETRO PARA CALOR
3	GRAMERA DIGITAL
4	BASCULA INDUSTRIAL
5	NEVERA #1
6	NEVERA #2
7	CONGELADOR #1
8	CONGELADOR #2
9	LICUADORA SEMIINDUSTRIAL
10	LICUADORA INDUSTRIAL
11	ESTUFA INDUSTRIAL
12	ESTUFA ENANA INDUSTRIAL
13	HORNO
14	HORNO MICROONDAS
15	OLLAS Y SARTENES

TIEMPO DE GARANTIA

Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2024

Fecha de finalización: 29 de mayo de 2025

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía esta condicionada al uso adecuado de los equipos e instalaciones amparadas (áreas intervenidas), para lo cual es responsabilidad del cliente la adecuada operación y administración de los insumos instalados. Las siguientes son causales de pérdida de garantía:

Scanned with CamScanner

- Daños ocasionados por mala manipulación, golpes, casos fortuitos como: robo, terremotos, asonada, inundaciones, fenómenos naturales, etc., es decir todo lo que no tenga relación directa con el uso normal.
- Negligencia, almacenaje inapropiado, condiciones ambientales u operativas inadecuadas, falta de mantenimiento básico o mantenimiento inadecuado.
- Desatender las instrucciones dadas por los técnicos en capacitación formal, para la correcta operación de los equipos. En este caso se hará un análisis técnico para determinar la responsabilidad de cualquier solicitud.
- Revisiones o reparaciones realizadas por personal no autorizado por el técnico contratista (Jorge Enrique Sánchez).

ACLARACIONES

Jorge Enrique Sánchez suministra el presente soporte como garantía durante el periodo contratado y se cuente con soporte activo de fábrica en los equipos intervenidos.

Garantía de materiales y/o equipos es la dada por el fabricante.

Para constancia se firma en la ciudad de Fusagasugá, el 29 de noviembre de 2024

JORGE ENRIQUE SANCHEZ

C.C. 80500293

Scanned with CamScanner