FICHA TECNICA
FILTRO MICROGARD IIB
FILTER + NOSECLIP



Este filtro bacteriano/vírico junto a su kit debería de ser usado únicamente por expertos y personal entrenado al objeto a garantizar un uso adecuado del mismo.

Uso previsto: La serie de filtros MicroGard® II de CareFusion previenen a los equipos de función pulmonar y a las válvulas y tubos flexibles conectados a ellos de la contaminación derivada de partículas en suspensión que pueden encontrarse en el aire exhalado del paciente con peso superior a 27,5 kg.

Contraindicaciones: No es adecuado para su uso con sistemas de provocación, de respiración artificial y de ergoespirometría.

Condiciones Ambientales:

- Temperatura de 0 °C A 42 °C
- Humedad relativa del aire: Mantener seco

Datos Técnicos:

- Resistencia inspiratoria:

<0,4 cm H20/L/S a 1 L/S

- Resistencia espiratoria:

<0,4 cm H20/L/S a 1 L/S

- Eficiencia de filtrado frente a contaminación cruzada:

%BFE >= 99.999% (Laboratorios Nelson)

%VFE >= 99.999% (Laboratorios Nelson)

- Volumen de filtración: 55 mL
- Conexiones: Abertura cónica de 30 mm Diam. Int. Y 30 Diam. Ext.
- Conexiones (Filtro con Boquilla Integrada): Abertura cónica de 30 mm diam. Int.
- No reutilizable
- El producto no contiene látex

Descripción:

- Tamaño: Largo 5,5 cm, Diámetro 3 cm
- Color Blanco
- Material Plástico
- Vida Útil: Desechable (Un solo uso por paciente)
- Presentación: Caja x 80 unidades

Aplicación del MicroGard® IIB: Coloque el filtro para virus y bacterias entre el paciente (O la boquilla independiente) Y el equipo de función pulmonar. El filtro para virus y bacterias Microgard está disponible tanto con una boquilla incorporada como con un adaptador para una boquilla independiente. En el caso de niños de menos de 13 años, el filtro Microgard solo debe usarse en mediciones de la función pulmonar cuya duración sea inferior a 30 segundos. El producto médico debe calibrarse siempre con el filtro adaptado. Le rogamos que para la calibración emplee adaptadores recomendados por CareFusion.

Referencia: V-892391	**Nombre:** FILTRO MICROGARD IIB
Fabricante: VYAIRE MEDICAL.	**País de fabricación:** ALEMANIA.
Registro Sanitario: 2017DM -0001642 R1	**Vence:** – 19 – diciembre - 2027.

Carrera 15ª N° 118-12
Conmutador:7477836
instrumentacion@instrumentacion.com.co
www.instrumentacion.com.co
Bogotá D.C -Colombia

Instrumentación S.A
Soluciones que mejoran la Vida