Medellín - Antioquia, 21 de Agosto de 2020

Señora Coronel
ANA ILSY MONTOYA CASAS
Gerente de Proyecto proceso 423-DIGSA-DISAN-DMMED-2020

Asunto: Evaluación técnica del proceso de Mínima Cuantía N° 423-DIGSA-DISAN-DMMED-2020, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE MEDELLIN Y LA BR14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2020.**

PARTICIPANTE:

CI Hospital Care Distribution S.A.S

2.4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad. A continuación se relacionan los servicios requeridos:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	42241703	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	UNIDAD	X	
2	42241705	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	UNIDAD	X	
3	42241702	ARNES DE PAVLIK	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela	UNIDAD	X	
4	49161707	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON	1. Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura. 2. Extensión telescópica y botón para ajuste de altura. 3. Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción. 4. Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica	PAR	X	

		ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO				
5	49161707	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR	1. Elaboradas en aluminio de 1" de alta resistencia con acabado anoizado. 2. Soporte de antebrazo en termoplástico. 3. Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano. 4. Antebrazo ajustable. 5. Parte inferior ajustable. 6. Diseño izquierdo o derecho. 7. Disponible en tamaño médium y large. 8. Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado. 9. Importado	PAR	X	
6	49161707	BASTON CONVENCIONAL	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami	UNIDAD	X	
7	49161707	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	UNIDAD	X	
8	49161707	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	UNIDAD	X	
9	49161707	BASTON TRIPODE	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami	UNIDAD	X	
10	42242104	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE	polipropileno y polietileno	UNIDAD	X	
11	42242101	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	polipropileno y polietileno, correa en velcro	UNIDAD	X	
12	42242104	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO	Características: 1. De 61 cm. 2. Post - operatorio. 3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad. 4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. 5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°. 6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. 7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	UNIDAD	X	
13	42242104	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO	Características: 1. De 61 cm. 2. Post - operatorio. 3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad. 4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. 5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°. 6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. 7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	UNIDAD	X	
14	25172131	CABESTRILLO ADULTO	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando. 2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. 3. Inmovilización por lesión del manguito rotador. 4. Descargar la articulación del hombro. 5. Caracteristicas: Ajustable, Limita movimientos. 6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
15	25172131	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA	Usos: 1. Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. 2, Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.	UNIDAD	X	

		ADULTO	3. nmovilización por lesión del manguito rotador. 4. Descargar la articulación del hombro. 5. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. 6. Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.			
16	25172131	CABESTRILLO NIÑOS	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando. 2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. 3. Inmovilización por lesión del manguito rotador. 4. Descargar la articulación del hombro. 5. Características: Ajustable, Limita movimientos. 6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
17	25172131	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA	Usos: 1. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. 2. Descargar la articulación del hombro. 3. Caracteristicas: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. 4. Composición: Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
18	42211506	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS	1. Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	UNIDAD	X	
19	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO	1, Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad	UNIDAD	X	
20	42211506	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE	1 Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas 2 Acabado en Pintura electrostática y Cromado. 3. Cuatro Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. 4. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal. 5. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	UNIDAD	X	
21	42211506	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE CON RUEDAS	1. Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones: Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	UNIDAD	X	
22	42251701	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS	1. Caracteristicas: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket. 2. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante.	UNIDAD	X	
23	56112304	COJIN EN ESPUMA	1 .Cojin para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
24	42242302	CODERA EN NEOPRENO	1. Caracteristicas: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
25	42242302	CODERA MEDIAL Y LATERAL	Caracteristicas: 1. Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo. 2. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
26	42242302	CODERA PARA EPICONDILITIS	Caracteristicas: 1. provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	

27	56112304	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL	1. Cojin Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18" x 18" celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel. 2. Este cojin es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.	UNIDAD	X	
28	56112304	COJIN PARA ABDUCCION	Composición: 1. poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
29	56112304	COJIN COXIS	Características: 1. reducen la presión al sentarse. 2. Composición: poliuretano y elástico.	UNIDAD	X	
30	42171607	COLLAR DE THOMAS	1. Cuello Thomas Ref:875 2. Referencia: Pediátrico, adultos 3. Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical. 4. Cervicalgia, artrosis y tensión muscular 5. Latigazo cervical. 5. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas. 6. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
31	42241803	COLLAR FILADELFIA	1. Tallas: S - M - L 2. Usos: Tendinitis cervical 3. Inestabilidad y traumas en la región cervical 4. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2. 5. Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
32	42242004	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL	Características: 1. Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia 2. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.	UNIDAD	X	
33	42242004	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA	Caracteristicas: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
34	53102401	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA	Caracteristicas: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
35	42241806	ESPIGA DE PULGAR BLANDA	Características: 1. Ambidiestra 2. Ajustable a su medida 3. Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
36	42240811	FAJA COLOSTOMIA	1. Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec	UNIDAD	X	
37	46182211	FAJA DORSOLUMBAR	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis 2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna . 3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
38	46182211	FAJA DORSOLUMBOSACRA	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis 2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna . 3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
39	46182211	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES	1. Caracteristicas: soporte y ajuste específico. 2. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	

40	46182211	FAJA TIPO CAMP	1. Características: soporte y ajuste específico. 2.Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
41	42241702	FERULA DE DENNIS BROWN	aluminio, calzado infantil	UNIDAD	X	
42	42132202	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS	1. Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. 2. Diseño anatómico, fácil de colocar. 3. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	UNIDAD	X	
43	46182204	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL	polipropileno, velcro	UNIDAD	X	
44	46182204	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST	orthoplast	UNIDAD	X	
45	46182204	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO	polipropileno	UNIDAD	X	
46	46182204	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN	polipropileno, velcro	UNIDAD	X	
47	42132202	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD	1. características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. 2. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	UNIDAD	X	
48	46182204	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO	polipropileno, velcro	UNIDAD	X	
49	46182204	FERULA TUNEL DEL CARPO	1.Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
50	42132202	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
51	53102404	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA	debajo de rodilla, Silicona.	UNIDAD	X	
52	53102401	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
53	42211502	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble	PAR	X	
54	42211502	ULETA PEDIATRICA	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble	PAR	X	
55	46182101	MUÑEQUERA CONVENCIONAL	1. Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. 2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para	UNIDAD	X	

			mejor ajuste.			
56	42241806	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO	orthoplast, correa de velcro	UNIDAD	X	
57	42241806	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO	polipropileno, correas velcro	UNIDAD	X	
58	42241702	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor	UNIDAD	X	
59	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO	polipropileno, aluminio, correa de velcro	PAR	X	
60	42242302	ORTESIS CODO DE TENISTA	1. Caracteristicas: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
61	42241704	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO	polipropileno, aluminio	UNIDAD	X	
62	42241807	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO	material orthoplas con correas, velcro	UNIDAD	X	
63	42241807	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST	material orthoplas con correas, velcro	UNIDAD	X	
64	42241808	ORTESIS PARED ABDOMINAL	1. Caracteristicas: soporte y apoyo abdominal. 2. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
65	46182208	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO	poliuretano espumas deportivas, cuero	UNIDAD	X	
66	42241704	ORTESIS SUBROTULIANA	1. Usos: Síndrome de la condromalacia 2. Tendinitis e inestabilidad de la rótula. 3. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
67	42241701	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA	1. Usos: Prevención de lesiones deportivas, Esguinces leves de tobillo, Tendinitis., post-operatorios, recidivas. 2. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
68	42241701	ORTESIS TOBILLERA BOTIN	polipropileno neopreno	UNIDAD	X	

		ESTABILIZADORA				
69	42241701	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
70	42241702	ORTOSIS DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro	UNIDAD	X	
71	42241703	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO	polipropileno, correa en velcro	UNIDAD	X	
72	46182208	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par	PAR	X	
73	46182208	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR)	plantilla en silicona barra metatarsiana (par)	PAR	X	
74	46182208	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA	plantilla en silicona sin barra metatarsiana	UNIDAD	X	
75	46182208	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII	plantilla para discrepancia de longitud mmii	UNIDAD	X	
76	46182208	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO	plantillas con realce escafoide y realce interno en material blando	UNIDAD	X	
77	46182208	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote	UNIDAD	X	
78	46182208	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR	silicona	PAR	X	
79	46182208	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO	plastazote,polipropileno carbon,espuma eva	UNIDAD	X	
80	42241704	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA	1. Características: bisagras de inmovilización lateral 2. Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.	UNIDAD	X	
81	42241704	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO	1. Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones. 2. Composición: neopreno.	UNIDAD	X	
82	42241706	SEPARADOR DE DEDO TIPO CARRETE	1. Características: X2 unidades. 2. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante. 3. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.	UNIDAD	X	
83	42241706	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS	1. Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea 2. Disminuye la presión evitando la fricción. 3. Composición: gel	UNIDAD	X	

			polímero.			
84	42211508	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
85	42211508	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
86	42211508	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon	UNIDAD	X	
87	42211508	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	silla de ruedas liviana bajo medidas,llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	UNIDAD	X	
88	42211508	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO	silla de ruedas peadiatrica en aluminio,pleglable y basculante,apoya brazos ajustables,reposapies removibles,soporte cefalico y laterales de tronco,graduable y cojin abductor,llantas traseras antipinchazo de desmonte rapido,ruedas deklanteras 6 pulgadas,reposapies elevable,ruedas antivuelco,respaldo ergonomico con cinturon pelvico y escapular,perchera y kit de crecimiento	UNIDAD	X	
89	42211508	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.	silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo,llantas delanteras macizas,llantas traseras removibles,apoya pies monopodal,cinturon pelvico.	UNIDAD	X	
90	53102401	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHG SOBRE MEDIDAS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	PAR	X	
91	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	

92	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
93	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR)	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	PAR	X	
94	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
95	53102401	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
96	42241709	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR	cuero,badana	PAR	X	
97	42241709	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO	cuero,badana	UNIDAD	X	
98	42241501	ZAPATO PARA YESO	1. Uso con el yeso. 2. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
99	53102401	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	PAR	X	
100	10141611	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente	UNIDAD	X	
101	42241702	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS	1. polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro 2. Dispositivo de uso externo.	UNIDAD	X	
102	42241802	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA	Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	UNIDAD	X	
103	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90°, ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
104	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO, ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII	polipropileno ,correa en velcro	UNIDAD	X	
105	42142108	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones.	UNIDAD	X	
106	42241806	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
107	42241702	ORTESIS TIPO JEWETT	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
108	42241802	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	UNIDAD	X	
109	53102401	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente	UNIDAD	X	

		GRADIENTE 30/40	2. Nylon100% 3. Licra100%			
110	42132202	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS	Deformidad en cuello de cisne	UNIDAD	X	
111	42132202	ANILLOS EN OCHO EN ORTHOPLAST DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS	Deformidad en cuello de cisne	UNIDAD	X	
112	42132202	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS	1. Deformidad en dedos por artritis 2. polipropileno	UNIDAD	X	
113	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
114	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
115	42241703	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.	UNIDAD	X	
116	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
117	42241703	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
118	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
119	42211506	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO	1. Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas 2. Acabado en Pintura electrostática y Cromado. 3. Dos Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. 4. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	UNIDAD	X	
120	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual.	UNIDAD	X	
121	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de	UNIDAD	X	

		FRENO	pin, cuatro Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual.			
122	56112304	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
123	56112304	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
124	56112304	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
125	42242004	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
126	42242004	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
127	53102401	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
128	42242001	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA	1. plantilla protésica 2. segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.	UNIDAD	X	
129	42242001	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA	1. Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento 2. Materiai: polopropileno. 3. Espuma.	UNIDAD	X	
130	42132202	DEDIL EN SILICONA	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
131	42191810	COLCHONETA ANTIESCARAS	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.	UNIDAD	X	
132	42211508	SILLA DE RUEDAS ROGUE ALX	Silla de ruedas ultra liviana, cuadro rígido ALX de aluminio 7000, plegado frontal con bloqueo de respaldo, eje para extracción rápida de ruedas, apoya brazos tubulares desmontables, protectores laterales, ruedas delanteras macizas de 15 cm y ruedas traseras neumáticas con cubiertas de alta presión. posibilidad de modificar el centro de gravedad de la silla.	UNIDAD	X	
133	25172131	CABESTRILLO TIPO AVION	1. Ortesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45° para garantizar una excelente rehabilitación. 2. Características: Ajustable, Limita movimientos. 3. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.	UNIDAD	X	

134	42242104	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	UNIDAD	X	
135	42241808	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO	1. La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura. 2. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas,	UNIDAD	X	
136	60123502	GUANTE EN CUERO NIÑO	1. Protección y corrector de miembro superior mano 2. Material: cuero, velcro.	PAR	X	
137	60123502	GUANTE EN CUERO ADULTO	1. Protección y corrector de miembro superior mano 2. Material: cuero, velcro.	PAR	X	
138	53111501	WELKER LARGO	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio.	UNIDAD	X	
139	56112304	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.	UNIDAD	X	

2.4.2 REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran "CUMPLE" o "NO CUMPLE", conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá certificar que cumple con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales:

ITEM	REQUISITO	CONDICION	VERIFICACION	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	INVIMA	El Dispensario Médico de Medellín tendrá en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE (con mínimo 1 año para su vencimiento) el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el comité evaluador.		X EL OFERENTE DEBE ANEXAR EL Registro Sanitario expedido por el INVIMA
2	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS O CERTIFICADO DE	Debe anexar certificado de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA si quien oferta es el fabricante, si los productos son importados, los oferentes deben presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), de acuerdo a establecido en el Decreto 4725 de 26 Diciembre de 2005.		X EL OFERENTE DEBE ANEXAR EL Certificado de

	DISTRIBUCION			Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA)
3	CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL	Material bajo medida como férulas y órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud. Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más de 20 días hábiles. Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata. Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato. Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico Medellín, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente. Las entrega los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.	X	
4	CARTA DE COMPROMISO	El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología dos (02) veces por semestre.	X	
5	CARTA DE COMPROMISO	Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.	X	
6	PORTAFOLIO	PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADO.		X ANEXAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
7	CERTIFICACIÓN DE CAMBIO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS	El oferente mediante certificación expresa suscrita por el representante legal, manifestará que los elementos de prótesis que le sean adjudicados serán cambiados por pronta fecha de vencimiento o baja rotación previa solicitud por parte del establecimiento de sanidad militar 1023.	X	
8	GARANTIA TÉCNICA	El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía Técnica para los bienes ofrecidos. La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Que ampare la calidad del bien. 2. Que ampare el diseño de los bienes. 3. Que sea por un término no inferior a DOS (02) años, contados a partir del recibo a satisfacción, de la entrega de los bienes, que constara en acta suscrita por el supervisor y el contratista. NOTA: Esta garantía debe ser aportada por el proponente en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente.	X	
9	TÉRMINO DE RESPUESTA	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior de cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del DMMED previo informe del	X	

	GARANTÍA TÉCNICA	supervisor, en el evento de que el bien resulte defectuoso para ser remplazado por el contratista. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo la misma norma técnica y/o superior a la establecida en el proceso Contractual. NOTA: La garantía técnica y término de respuesta debe ser aportada por el oferente, suscrita por él.		
10	RECURSO HUMANO	El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años	X	
		El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida.	X	
11	INFRAESTRUCTURA	El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada.	X	
		Área de atención al usuario: esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta.	X	
		Áreas de producción: En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad	X	
		Área administrativa: baños, vistieres, y sala de espera.	X	
		Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.	X	

2.4.3 EXPERIENCIA PROPONENTE

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

El proponente debe acreditar el haber celebrado y ejecutado a la fecha del cierre del proceso, Contratos con entidades públicas y/o privadas, que en la sumatoria de este o de los allegados su valor sea igual o superior al valor del Presupuesto oficial del presente proceso de selección cuyo objeto se relacione con el objeto del presente proceso de contratación es decir "**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO, AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT Y NEVERA DE REACTIVOS DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2020".** Lo anterior se verificara a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante de los bienes a adquirir.
2. NIT de la empresa contratante.
3. Cargo de quien expide la certificación.
4. Fecha de la certificación.
5. Nombre o razón social del contratista.
6. Objeto del contrato.
7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.
8. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.

En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA. NO se aceptan auto certificaciones.

CUMPLE

CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA:

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados en la invitación para el proceso de mínima cuantía N° 423-DIGSA-DISAN-DMMED-2020, se puede establecer que el oferente **CI Hospital Care Distribution S.A.S, NO CUMPLE** Técnicamente con lo solicitado por nuestra entidad, se le recomienda al gerente de proyecto que la entidad debe subsanar los documentos faltantes y requeridos por la entidad para continuar con el proceso.

ST. GAMBOA DANNA MELISSA
Comité Técnico Evaluador Proceso No. 423-DIGSA-DISAN-DMMED-2020