
TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-BT003	**Versión:** 01	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	ALVARO ANDRES VELANDIA ESPECIALISTA CLINICO	**Revisó:** **Cargo**	Martha L. Arévalo Director Técnico	**Aprobó:** **Cargo:**	Nelson Suarez Gerente de Ventas

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR TORÁCICA RELAY PLUS® / RELAY NBS TM CON SISTEMA DE LIBERACIÓN PLUS®
MARCA	BOLTON
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0000586-R1
FECHA VENCIMIENTO	FEBRERO 2028
FABRICANTE	BOLTON MEDICAL
PAIS DE ORIGEN	ESTADOS UNIDOS
ESTERILIZACION	ÓXIDO DE ETILENO
T° DE ALMACENAMIENTO	0 - 30°C
VIDA UTIL	CUATRO (4) AÑOS
PRESENTACIÓN	CAJA X UNIDAD
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	INJERTO DE POLIÉSTER GRADO QUIRÚRGICO MONTADO EN UNA ESTRUCTURA AUTOEXPANSIBLE DE ANILLOS DE NITINOL QUE SE INSERTA EN LA VASCULATURA DE LA AORTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE ENTREGA TIPO CATÉTER.
INDICACIONES DE USO	EL SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR RELAY PLUS Y RELAY NBS PLUS ESTAN INDICADOS PARA LA REPARACION DE ANEURISMA, ULCERA, HEMATOMA Y DISECCION DE AORTA TORACICA.
PRECAUCIONES DE MANEJO	PRODUCTO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO

DESCRIPCIÓN	
Nombre Comercial	RELAY PLUS®, RELAY NBS^{TM}
Producto	SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR TORÁCICA RELAY PLUS® / RELAY NBS TM CON SISTEMA DE LIBERACIÓN PLUS®
Marca	BOLTON
Modelo	RELAY PLUS®, RELAY NBS^{TM}
Referencia	INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DE ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA.
Uso o destino	EL SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR RELAY PLUS Y RELAY NBS PLUS ESTAN INDICADOS PARA LA REPARACION DE ANEURISMA, ULCERA, HEMATOMA Y DISECCION DE AORTA TORACICA.
Principio de funcionamiento	INJERTO DE POLIÉSTER GRADO QUIRÚRGICO MONTADO EN UNA ESTRUCTURA AUTOEXPANSIBLE DE ANILLOS DE NITINOL QUE SE INSERTA EN LA VASCULATURA DE LA AORTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE ENTREGA TIPO CATÉTER.

FOTO



RELAY PLUS®, RELAY NBS^{TM}

Fecha elaboración: martes, 5 de marzo de 2019