TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS006	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	CATETER DE ASPIRACION ELIMINATE
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	2012DM-0009248
FECHA VENCIMIENTO	22/10/2022
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	USA
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X UNIDAD
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER DE ASPIRACIÓN ES PARA PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO CORONARIO Y PERIFÉRICO.
INDICACIONES DE USO	EL CATÉTER DE ASPIRACIÓN ELIMINATE ESTÁ INDICADO PARA LA EXTRACCIÓN DE ÉMBOLOS Y TROMBOS BLANDOS Y DE FORMACIÓN RECIENTE DE LOS VASOS DE LA VASCULATURA. EL LUMEN DE EXTRACCIÓN PERMITE LA EXTRACCIÓN DEL TROMBO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE EXTENSIÓN UTILIZANDO LA JERINGA DE ASPIRACIÓN.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO USAR SI EL EMPAQUE HA SIDO DAÑADO O EXPUESTO AL SOL. USAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABIERTO EL EMPAQUE. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER DE ASPIRACIÓN ESTÁ ELABORADO DE POLIAMIDA Y POLIETILENO), CENTRO DEL CATÉTER POLIAMIDA, RECUBRIMIENTO EXTERNO DE POLIAMIDA Y POLÍMERO HIDROFÍLICO.