INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RADIFOCUS GUIDE WIRE GT WITH GOLD COIL
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM-0016003
FECHA VENCIMIENTO	13/03/2027
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	VEINTICUATRO (24) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	LA MICRO GUÍA GT ES UN CABLE GUÍA CON NÚCLEO ÚNICO EN NITINOL CON ESPIRAL DE ORO DE 20 MM. EN LA PUNTA, DISPONIBLE EN DIÁMETROS DE 0.012, 0.016 Y 0,018 MM. X 180 CM. CON ÁNGULOS DE 45°,90° Y DOBLE DE 90/150° Y PUNTAS FLEXIBLES DE 25 Y 35 CM.
INDICACIONES DE USO	ESTA DISEÑADA PARA UTILIZAR EN LA VASCULATURA CEREBRAL, COMO GUÍA DE LOS CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS, PARA EL DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO, NO UTILIZARLA PARA OTRO PROPÓSITO DIFERENTE AL ESPECIFICADO.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO CAMBIE LA FORMA DE LA MICRO GUÍA POR OTROS MEDIOS, SI TRATA DE CAMBIAR LA FORMA DE ALAMBRE, PUEDE DAÑARLO CON DESPRENDIMIENTO DE FRAGMENTOS DE ALAMBRE EN EL VASO. NO USAR LA GUIA GT SI ESTA DOBLADA, ACODADA, TORCIDA O DAÑADA EN SU EMPAQUE ORIGINAL. ANTES DE UTILIZAR CEBAR EL CATÉTER CON LA SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA HEPARINIZADA PARA ASEGURAR UN MOVIMIENTO SUAVE DE LA GUÍA DENTRO DE ESTE.98
MATERIALES Y PROPIEDADES	NÚCLEO EN POLIURETANO, REVESTIDO CON UN MATERIAL DE POLÍMERO HIDROFILICO, CON POLIETILENO Y POLIPROPILENO; EN LA PARTE DISTAL TIENE UN ESPIRAL DE ORO DE 20 MM. FLEXIBLE ALTAMENTE RADIOPACO, Y COMO ACCESORIO TRAE UN DISPOSITIVO DE TORSIÓN QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN DEL ALAMBRE.