TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS008	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	TR BAND
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0002643-R1
FECHA VENCIMIENTO	21/08/2028
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA (30) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	LA BANDA TR BAND ES UNA PULSERA PARA COMPRESIÓN RADIAL, FABRICADA EN UN MATERIAL TRANSPARENTE CON DOS BALONES DISEÑADOS PARA QUE AL SER INFLADOS COMPRIMAN PUNTUALMENTE EL SITIO DE PUNCIÓN, MANTENIENDO LA IRRIGACIÓN DE LA MANO A TRAVÉS DE LA ARTERIA CUBITAL (ULNAR); LA FUERZA DE COMPRESIÓN SE CONTROLA CON PRECISIÓN A TRAVÉS DE UNA INYECCIÓN DE AIRE CON UNA JERINGA CALIBRADA (25 ML) INCLUIDA EN EL SET Y DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE.
INDICACIONES DE USO	UTILIZADA PARA HACER HEMOSTÁSIS TEMPORAL EN EL SITIO DE PUNCIÓN DESPUÉS DEL CATETERISMO POR MEDIO DE LA ARTERIA RADIAL. ES TRANSPARENTE PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN.
PRECAUCIONES DE MANEJO	ESTE SET DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL DE SALUD ENTRENADO. ES PARA USO ÚNICO, NO REESTERILIZAR O VOLVER A USAR. NO UTILIZAR PARA OTRO PROPÓSITO DIFERENTE AL ESPECIFICADO. EL CONTENIDO ES ESTÉRIL, NO TOXICO Y APIRÓGENO EN UN ENVASE SIN ABRIR Y SIN DAÑOS. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI CON HUMEDAD. EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR.
MATERIALES Y PROPIEDADES	LA PULSERA ESTÁ ELABORADA EN CLORURO DE POLIVINILO, ASÍ MISMO LOS DOS BALONES (GRANDE Y PEQUEÑO) Y EL SOPORTE PLÁSTICO RÍGIDO.