TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS013	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RUNTHROUGH NS EXTENSION WIRE (CABLE DE EXTENSION RUNTHROUGH NS) - TERUMO
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	2011DM-0007938
FECHA VENCIMIENTO	06/10/2021
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	EXTENSIÓN PARA ALARGAR LA GUÍA DE ANGIOPLASTIA FACILITANDO LA SUSTITUCIÓN DE UN CATÉTER EN LESIONES MUY DISTALES. MEDIDA: 0.014 X 150 CM.
INDICACIONES DE USO	INDICADA PARA SER USADA COMO UNA EXTENSIÓN DE LA GUÍA DE ANGIOPLASTIA DURANTE UNA (ACTP) CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR MAYOR DISTANCIA Y LLEGAR A LESIONES TORTUOSAS DISTALES Y ESTENÓTICAS DE LOS VASOS CORONARIOS.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO USAR SI EL EMPAQUE ESTA PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. NO LIMPIAR LA GUÍA CON ALCOHOL O SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHEXIN GLUCÓNICO YA QUE PUEDE AFECTAR, NO USAR GASAS SECAS YA QUE ÉSTAS PUEDEN DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE. EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR DIRECTA, AL AGUA, TEMPERATURAS EXTREMAS Y ELEVADA HUMEDAD DURANTE SU ALMACENAJE. ALMACENAR EN HABITACIÓN CON TEMPERATURA CONTROLADA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	DISEÑADA EN ACERO INOXIDABLE, TUBO HOLDER EN POLIETILENO.