TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS019	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	CLIMBER GUIDING CATHETER / CLIMBER CATÉTER GUIA
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0016354
FECHA VENCIMIENTO	30/05/2027
FABRICANTE	PENDRACARE INTERNATIONAL BV
PAIS DE ORIGEN	PAISES BAJOS
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X UNIDAD
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER GUÍA CORONARIO PARA PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO CORONARIO Y PERIFÉRICO
INDICACIONES DE USO	EL CATÉTER GUÍA CLIMBER CATÉTER HIDROFÍLICO CORONARIO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. DISEÑADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS CORONARIOS Y PERMITIR EL PASO DEL MEDIO DE CONTRASTE.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO USAR SI EL EMPAQUE HA SIDO DAÑADO O EXPUESTO AL SOL. USAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABIERTO EL EMPAQUE. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER GUÍA CORONARIO CONSTRUIDO DE POLIAMIDA Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MODIFICADO (HDPE), ALMA INTERNA DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE, RECUBRIMIENTO EXTERNO DE POLIAMIDA Y POLÍMERO HIDROFÍLICO.