TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS021	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RADIFOCUS GUIDE WIRE M (VIETNAM)
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0015343
FECHA VENCIMIENTO	20/10/2026
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	VIETNAM
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	VEINTICUATRO (24) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	GUÍA DIAGNOSTICA HIDROFÍLICA GLIDEWIRE, EN LA PUNTA EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES: DIÁMETROS: 0.018”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” LONGITUD: 80, 150, 180, 220, 260, 300, 400, 450CM.
INDICACIONES DE USO	LA GUÍA GLIDEWIRE SE HA DISEÑADO PARA DIRIGIR EL CATÉTER HASTA LA LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DESEADA EN LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O INTERVENCIONISTAS.
PRECAUCIONES DE MANEJO	LA GLIDEWIRE DEBE SER UTILIZADA POR UN MÉDICO ESPECIALIZADO FORMADO EN LA MANIPULACIÓN Y OBSERVACIÓN DE GUÍAS BAJO CONTROL FLUOROSCOPIA. TODO EL PROCESO DEBE REALIZARSE EN CONDICIONES DE ASEPSIA. EVÍTESE LA EXPOSICIÓN AL AGUA, A LA LUZ SOLAR DIRECTA, TEMPERATURAS EXTREMAS Y ELEVADA HUMEDAD DURANTE SU ALMACENAMIENTO, ALMACENAR A UNA TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	LA GLIDEWIRE DEBE SER UTILIZADA POR UN MÉDICO ESPECIALIZADO FORMADO EN LA MANIPULACIÓN Y OBSERVACIÓN DE GUÍAS BAJO CONTROL FLUOROSCOPIA. TODO EL PROCESO DEBE REALIZARSE EN CONDICIONES DE ASEPSIA. EVÍTESE LA EXPOSICIÓN AL AGUA, A LA LUZ SOLAR DIRECTA, TEMPERATURAS EXTREMAS Y ELEVADA HUMEDAD DURANTE SU ALMACENAMIENTO, ALMACENAR A UNA TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA.